

**Centrum Zamówień Publicznych**  
**Dział Zamówień Publicznych****DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ****zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.126.2024.ER na: dostawę systemu do rejestracji i analizy obrazów z membran i żeli w zakresie NIR dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Dot. opisu przedmiotu Czy Zamawiający dopuści systemu do rejestracji i analizy obrazów z dodatkowym kanałem wzbudzenia fluorescencji za pomocą źródła światła o długości fali 532nm, który jest jak najbardziej dedykowany do rejestracji żeli agarozowych barwionych za pomocą EtBr lub bezpiecznym odpowiednikiem tego związku?	Zamawiający nie wyraża zgody.
2	Dot. umowy: Dot. § 7 pkt. 6. Prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 16 dni roboczych. Ze względów gwarancyjnych oraz niezawodności oferowanego przed nas sprzętu nie mamy magazynu części na miejscu. Części zamienne sprowadzane są każdorazowo od producenta z zagranicy, czego dodatkową zaletą jest ich aktualizacja i wymiana na najnowsze dostępne. Chyba, że Zamawiający poprzez stwierdzenie „W sytuacji, gdy usunięcie wady w ww. terminie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i usunięcia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym” rozumie właśnie np. sytuację konieczności sprowadzenia części z zagranicy i wtedy kary umowne za wydłużenie terminu naprawy liczone są dopiero od przekroczenia terminu uzgodnionego z Zamawiającym.	Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY  
ds. zamówień publicznych  
  
Ewa Rola