

Znak: ZOZ.V.010/DZP/38/22

Sucha Beskidzka dnia 29.04.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/38/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na
poniższe pytania:

Pakiet nr 2 poz. 18

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 18 z Pakietu nr 2 i utworzy z niej oddzielne zadanie?
Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm
specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 11 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne zadanie?
Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm
specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze bez czerwonego kapturka?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze ze złączem 15F/22M po stronie urządzenia?

Odp. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 22

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 22 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne zadanie?
Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm
specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 0 do 5?

Odp. Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu nr 4 i utworzy z niej oddzielne zadanie?
Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczyński

ch
Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek