



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 27.09.2022 r.

dotyczy: **PN 56/22 dostawa sprzętu jednorazowego użytku II - uzupełnienie**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3*13mm lub 0,4*19mm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA IGŁE 0,3*13.

Pytanie 2

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych, obie warstwy myjki niepodfoliowane, w rozmiarze 15cm x 22cm, o gramaturze 60g/m², niezwiązana w nadgarstku?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie 3

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PRZELICZENIE.

Pytanie 4

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy, nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny, obie warstwy myjki niepodfoliowane, w rozmiarze 14 cm x 20 cm, o gramaturze 90g/m², niezwiązana w nadgarstku?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie 5

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PRZELICZENIE.

Pytanie 6

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z medycznego i nietoksycznego PCV ze śladowymi ilościami ftalanów, posiadającą regulowaną blaszkę na nos oraz bezłateksową gumkę mocującą pozwalającą na zachowanie szczelności przylegania maski?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie 7

Zadanie 10-11

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z nebulizatorem o średniej wielkości wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min -3,23µm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

Pytanie 8

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem o pojemności 30-50ml?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

Pytanie 9

Zadanie 19

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych wykonany z PCV bez zawartości ftalanów z komorą kroplową o długości 55mm w części przezroczystej ze wzmocnioną igłą wykonaną z ABS?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie 10

Zadanie 20

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PRZELICZENIE.

Pytanie 11

Zadanie 21

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze 21G o głębokości wkłucia 2,4mm lub 23G o głębokości wkłucia 1,8mm jak na poniższym zdjęciu?



Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

Pytanie 12

Zadanie 21

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz sterylizowany tlenkiem etylenu i wycenę w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie 13

Zadanie 37-38

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe o pojemności 10ml ze skalą przedłużoną o min.10% od pojemności nominalnej?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,3x13mm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści wycenę strzykawek do pomp firmy Margomed, powszechnie stosowanych w szpitalach, w pełni kompatybilną z wymienionymi pompami?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

