S Z P I T A L P O W I A T O W Y
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28
Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009
tel. sekr. 067-263 25 10, tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78
BDO: 000092629
www.szpital.zlotow.pl e-mail:sekretariat@szpital.zlotow.pl

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
PN-ISO 45001:2018
CERTYFIKAT 2019/34

SZP-EZP/1/2023 Złotów, dnia 09.01.2023 r.

Dotyczy postępowania nr 33/ZP/2022

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 33/ZP/2022, którego przedmiotem jest: **„Dostawa dwóch ambulansów typu C”**. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 7 ustawy Pzp udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SWZ w poniższy sposób:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, iż za przeglądy okresowe samochodu bazowego (jak np. wymiana oleju, itp.) płaci Zamawiający.
Odpowiedź: Za przeglądy okresowe samochodu bazowego (jak np. wymiana oleju, itp.) płaci Wykonawca.

Pytanie nr 2
Prosimy o podane szacunkowego rocznego zakładanego przebiegu pojazdu.
Odpowiedź: Szacunkowy, roczny przebieg pojazdu wynosi ok . 40 000,00 km.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, iż ambulans zastępczy przysługuje tylko w momencie usterki samoistnej, a nie gdy ona zaistniała poprzez osoby trzecie.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z ambulansu zastępczego, tym samym modyfikuje zapisy projektowanych postanowień umowy w § 3 ust. 7, 8, 11 oraz w § 7 ust. 1 pkt 3).

Pytanie nr 4
Prosimy o rezygnację z ambulansu zastępczego co obniży koszt oferty.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z ambulansu zastępczego, tym samym modyfikuje zapisy projektowanych postanowień umowy w § 3 ust. 7, 8, 11 oraz w § 7 ust. 1 pkt 3).

Pytanie nr 5
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosi aby czas po którym przysługuje ambulans zastępczy wynosił 10 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z ambulansu zastępczego, tym samym modyfikuje zapisy projektowanych postanowień umowy w § 3 ust. 7, 8, 11 oraz w § 7 ust. 1 pkt 3).

Pytanie nr 6
Prosimy o dopuszczenie ambulansu o DMC powyżej 3,5 t.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ambulans o DMC powyżej 3,5 t.

Pytanie nr 7
Prosimy o dopuszczenie świateł mijania, drogowych oraz dziennych w technologii halogen.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza światła mijania, drogowe oraz dzienne w technologii halogen.

Pytanie nr 8
Prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaki będzie użytkował Zamawiający aby przygotować odpowiednią stację dokującą.
Odpowiedź: Tablet Durabook R11L.

Pytanie nr 9
Prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansie aby przygotować odpowiedni uchwyt.
Odpowiedź: Drukarka HP Laser Jet P1102.

Pytanie nr 10
Z uwagi, iż Zamawiający wymaga ambulansów typu C - którego wymogiem jest możliwość dojścia do noszy z każdej strony, a więc możliwość ich przesuwu, prosimy o dopuszczenie montażu noszy na lawecie - podstawie pod nosze.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie i nie doszło do omyłki pisarskiej i niektórego wyposażenia medycznego Zamawiający wymaga tylko do jednego ambulansu np. noszy płachtowych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie doszło do omyłki pisarskiej oraz, że w niektórych pozycjach wyposażenia Zamawiający wymaga dostawczenia asortymentu tylko do jednego ambulansu.

Pytanie nr 12
Z uwagi, iż karty pojazdów nie są już wydawane zw związku z nową ustawą - prosimy o wykreślenie tego wymogu przy dokumentach jakie mają być dostarczone do rejestracji.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje zapis projektowanych postanowień umowy w § 2 ust. 2 poprzez usunięcie zapisu dotyczącego wymogu dostarczenia karty pojazdu.

Pytanie nr 13
Dotyczy: Nosze główne elektryczno-hydrauliczne o udźwigu powyżej 300 kg
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze monoblokowe elektryczne Medirol model Vivera z mechanicznym mocowaniem podłogowym z przesuwem bocznym spełniającym wymagania normy PN EN 1865-5 i PN EN 1789, zapewniającym dostęp do pacjenta z każdej strony zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN EN 1789 o poniższych parametrach:

- Nosze fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 r.
- Wykonane z materiału odpornego na korozje
- Długość całkowita noszy: 200 cm, szerokość całkowita noszy: 60 cm
- Elektrycznie regulowana wysokość leża: 38-133 cm

- Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy, chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze
- Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
- Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji
- Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do 90 ° wspomagana sprężyną gazową, zgięcie kolan do 50°
- Rozkładane poręcze boczne, z uchwytami zwalniającymi, zwiększające powierzchnie materaca, regulowane w 6 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych
- Pozycja przeciwwstrząsowa 30°
- Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
- Wyprofilowany materac, w środkowej części dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu zwłaszcza u pacjentów bariatrycznych, mocowany na do noszy. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujących krwi i płynów, odpornych na środki dezynfekujące. Materac niepalny.
- Trwałe graficzne oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy
- Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznie noszy na jednym ergonomicznym poziomie zapewniającym łatwą obsługę dla personelu med. o zróżnicowanym wzroście
- Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora
- Możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie
- Dodatkowo system ręcznego podnoszenia, unoszenia , załadunku i wyładunku noszy
- Maksymalne obciążenie robocze 395 kg, max. waga ciała pacjenta 320kg
- Waga noszy 75 kg zgodnie z normą PN EN 1865-2+A1:2015 i PN EN 1865-3+A1:2015
- Nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń
- Wbudowane automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku z możliwością ręcznego zwolnienia
- Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz załadunkiem noszy z/do ambulansu, eliminujący ręczne podnoszenie pacjenta wraz z noszami zgodne z normą dla noszy z zasilaniem PN EN 1865-2+A1:2015. Potwierdzenie spełnienia normy przez nosze i system mocowania noszy z zasilaniem przez niezależną jednostkę notyfikacyjną
- Mocowanie mechaniczne umożliwiające zasilanie noszy po załadunku do ambulansu
- Panel sterowania z systemem ręcznej obsługi, bez wskaźników ledowych naprowadzających
- Możliwość mocowania noszy na podłodze lub dedykowanej lawecie
- Możliwość kontroli terminu wymaganego przeglądu technicznego za pomocą aplikacji z poziomu telefonu/tabletu
- Płynna automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach ustawiana za pomocą jednego przycisku
- Akumulator na stałe wbudowany w nosze, bez potrzeby stosowania dodatkowych akumulatorów/baterii zasilanie 12V
- Nosze wyposażone w 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z 15 cm średnicą, 2 kółka wyposażone w hamulce
- 2 koła z systemem blokady toczenia (koła kierunkowe)
- Skracana tylna część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach
- Całkowita długość noszy 200 cm, po skróceniu 160 cm
- Możliwość rozłożenia leża noszy po skróceniu tylnej ramy noszy
- 2 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne

- Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o wyższym wzroście
- Odpinany stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak.
- Możliwość mycia ciśnieniowego noszy
- Klasa szczelności IPX6
- Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych zgodnie z normami
- Potwierdzenie spełnienia przez nosze i system mocowania normy EN PN 1789+A2:2015 przez niezależną jednostkę notyfikacyjną
- Nosze zgodne z normą dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Respirator

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A będący na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce posiadający poniższe parametry:

- Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy EN 794-3
- Respirator pneumatyczno elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora – bateria na 2 lata pracy jako respirator ratunkowy
- Zasilany z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu
- Zużycie gazu napędowego poniżej 30 ml/cykl oddechowy
- Temperatura pracy w zakresie od: -18°C do + 60°C
- Klasa odporności na wnikanie ciał stałych/cieczy IP 24
- Waga modułu respiratora ok. 1.1 kg
- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2, bez możliwości pracy w środowisku MRI
- Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek
- Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg
- Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora
- Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV (automatyczny)
- Tryb wentylacji wspomaganej SIMV (wspomagany)
- Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika
- Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji – bez funkcji automatycznej blokady wentylacji – pacjent zawsze dostaje zadaną objętość
- System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta
- Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar
- Manometr z zakresem pomiarowym od -20 do +80 mbar (bez fluoroscencji)
- Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy ok 60 %
- Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej
- Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min umożliwiająca wentylację pacjenta od ok. 10 kg wagi
- Pojedynczy oddech w zakresie 75 – 4000 ml
- Bez funkcji „oddech na żądanie”

- Bez funkcji CPAP
- Bez funkcji ręcznego wyzwalania wdechu
- Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min.
- Zastawka PEEP jako osobny moduł mocowany na zaworze pacjenta – ustawienie do 20 cm H2O
- Manometr manualny
- Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie
- Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu – zasilane z baterii głównej
- Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator transportowy
- Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min
- Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami
- Przepływ regulowany automatycznie
- Uchwyt karetkowy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Krzesełko kardiologiczne płozowe

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzesełko kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzesełka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach
- Kąt pochylenia płóz 26°
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka
- Bez instalacji dodatkowych akcesoriów
- Waga bez akcesoriów ok 13.5 kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 16

Dotyczy: Deska ortopedyczna dla dorosłych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści deskę ortopedyczną o wadze ok 10 kg, o szerokości ok 46 cm, wyposażoną w 14 uchwytów spełniającą pozostałe parametry OPZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17
Dotyczy: Nosze płachtowe:
W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze płachtowe o wymiarach 120x200 cm, wadze ok 1,7 kg, z rączkami wykonanymi z tworzywa, spełniające pozostałe wymagania OPZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18
Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - punkt 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpuszczenie na zasadzie równoważności urządzeni umożliwiający samoczynny powrót klatki piersiowej do pierwotnych rozmiarów, przy jednoczesnym uniesieniu tłoka powyżej klatki piersiowej celem jej rozprężenia w trakcie wentylacji, co będzie się przekładać na brak negatywnego wpływa na podatność płuc w trakcie RKO.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19
Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - punkt 7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie urządzeni do mechanicznej kompresji klatki piersiowej corpuls cpr, w którym czas ładowanie akumulatora do 100 % wynosi maksymalnie 135 min, przy jednoczesnym czasie pracy na 1 akumulatorze nawet do 120 min.
Różnica 15 min czasu lądowania nie będzie miała znaczenie podczas użycia klinicznego ponieważ całkowity czas pracy będzie wystarczający by dotrzeć z pacjentem do szpitala.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20
Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - punkt 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia corpuls cpr umożliwiającego eksport danych z pamięci urządzenie o parametrach prowadzonej resuscytacji po przez kartę SD?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21
Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - punkt 14
Czy w związku ze stale rozwijać się telemedycyną jako osobną dziedzinę medycyny, szczególnie systemów ePCR, Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru po przez transfer danych do urządzeń obsługujących systemy ePCR- między innymi tablety?
Takie rozwiązanie nie wymaga od zamawiającego, żadnych dodatkowych inwestycji, a pozwala w przyszłości na bardzo sprawne, szybkie zarządzenie danymi pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22
Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - punkt 15
podpunkt „podkładka stabilizująca pod głowę”
Czy Zamawiający z racji jednoramiennej budowy i braku konieczności stosowania podkładki stabilizującej pod głowę- dopuści urządzenia pozbawione tego elementu.

Opisany element jest niezbędny w przypadku urządzeń posiadających budowa opartej na kształcie ramy- opisany element nie przekłada się w żaden sposób na hemodynamiczną aspekt pracy urządzenia do kompresji klatki piersiowej.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23
Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - punkt 15
podpunkt „pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia"
Czy w związku z jednoramienną budową urządzenie do kompresji klatki piersiowej i brakiem potrzeby stosowania pasów do mocowanie rąk do urządzenia- Zamawiający zrezygnuje z powyższego zapisu/ lub dopuści urządzenie bez tego typu zabezpieczenia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24
Dotyczy: Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej - punkt 15
podpunkt „jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentam przy masażu (min. 14 szt.)"
Czy w związku z wyposażeniem urządzeni w elementy wielorazowe Zamawiający wyrazi zgodę na redukcje ich ilości do 2?
Proponowane przez nas rozwiązanie pozwoli zamawiającemu na redukcje kosztów.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w dwa fabryczne akumulatory o łącznej pojemności 172 Ah ?
Wyjaśnienie: Nadmieniamy, iż norma PN-EN 1789 wymaga akumulatorów o łącznej pojemności 160 Ah dla ambulansu typu C.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez świateł drogowych oraz mijania w technologii LED?
Wyjaśnienie: Z uwagi na obecną sytuację związaną pandemią SARS COV-2 oraz wojną w Ukrainie producenci pojazdów bazowych ograniczyli lub wstrzymali do odwołania niektóre z elementów wyposażenia pojazdów w tym m.in. przedmiotowe wyposażenie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności system klimatyzacji przedziału medycznego niezależny od klimatyzacji przedziału kierowcy, co w przypadku awarii układu kabiny kierowcy umożliwia dalsze chłodzenie przedziału medycznego? Jednocześnie system został przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789 ppkt. 4.5.5.2 Chłodzenie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ?
Wyjaśnienie. Większa ilość lamp ostrzegawczych (niebieskich) w znacznym stopniu zwiększa widoczność ambulansu na drodze zwłaszcza w trakcie dojazdu do skrzyżowania oraz wlotów / wylotów dróg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zabudowę meblową spełniającą wymagania normy PN-EN 1789 zaprojektowaną i wykonaną wg. poniższej specyfikacji: a. schowki na rękawiczki jednorazowe zlokalizowane na ścianie lewej z przodu przedziału medycznego – 4 szt. (rozmiary: XL. L. M. S), b. szafka ściany działowej wyposażona w blat roboczy wykonany z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania, szafka wyposażona w 4 szuflady, uchylny kosz na śmieci o poj. 10l., pojemnik na zużyte strzykawki, igły oraz szufladę typu „termoboks"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był w pełni zgodny z aktualną normą PN-EN 1789+A2:2015-01 w zakresie ambulansu typu C czy Zamawiający dopuszcza wyłączenia z przedmiotowej normy? Jeżeli Zamawiający dopuszcza wyłączenia, to jakie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza aby przedmiot zamówienia był w pełni zgodny z <u>aktualną</u> normą PN-EN 1789 w zakresie ambulansu typu C. Zamawiający nie dopuszcza wyłączeń z przedmiotowej normy.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do przedmiotu zamówienia Certyfikatu zg. z normą PN-EN 1789+A2:2015-01 w zakresie ambulansu typu C ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza wymóg dostarczenia do przedmiotu zamówienia Certyfikatu zgodnie z <u>aktualną</u> normą PN-EN 1789.

II. Modyfikacje treści SWZ:

1. W **§ 3 ust. 7** projektowanych postanowień umowy, który **otrzymuje nowe brzmienie:**
   Serwisowanie w zakresie zabudowy medycznej ambulansu oraz wyposażenia medycznego (Sprzętu) w okresie gwarancyjnym odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. W sytuacjach uzasadnionych warunkami technicznymi uniemożliwiającymi serwisowanie w siedzibie Zamawiającego serwis odbędzie się u Wykonawcy.

2. W **§ 3 ust. 8** projektowanych postanowień umowy, który **otrzymuje nowe brzmienie:**
   Serwisowanie w zakresie pojazdu bazowego w okresie gwarancyjnym odbywać się będzie w autoryzowanym serwisie ASO producenta pojazdu bazowego.

2. W **§ 3** projektowanych postanowień umowy, **wykreślono zapis ustępu 11**.
   ~~Jeżeli Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy gwarancyjnej w terminie wyznaczonym w ust. 10, Zamawiający może wynająć, na pozostały przewidywany czas wykonania naprawy, ambulans typu C, obciążając wszelkimi kosztami najmu Wykonawcę. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Zamawiającemu gdy Wykonawca w terminie wskazanym w ust. 10 dostarczy do siedziby Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko, ambulans typu C wraz z kompletnym wyposażeniem, spełniający aktualnie obowiązujące wymagania dla pojazdów tego typu, o tożsamych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych w miejsce zgłoszonego do naprawy gwarancyjnej.~~

4. W **§ 7 ust. 1 pkt 3)** projektowanych postanowień umowy, **który otrzymuje nowe brzmienie:**
Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie i usunięciu wad/usterki pojazdu bazowego (ambulansu) w okresie gwarancji lub rękojmi, o którym mowa w § 3 ust.10 - w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki.

5. W **§ 2 ust. 2** projektowanych postanowień umowy, który **otrzymuje nowe brzmienie:**
Wraz z przedmiotem umowy zgodnym z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do umowy Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do korzystania z przedmiotu umowy, w tym w szczególności certyfikaty, dokumenty gwarancyjne, instrukcje użytkowania w języku polskim, opisy i inne posiadane przez niego informacje w formie drukowanej wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji, eksploatacji, obsługi i ubezpieczenia pojazdu takimi jak:
a) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego,
b) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
c) kartę gwarancyjną pojazdu,
d) książkę obsługi (przeglądów) pojazdu,
e) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego tj. po wykonaniu zabudowy**.**

Załączniki:
Załącznik nr 4 do SWZ zmodyfikowany – projektowane postanowienia umowy.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i dokonane zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

Sporządzono w 1 egz.:
1. adresat (strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/706722)
2. a/a
Sporządził: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl