

znak: D25C/251/N/20-33rj/22

Wejherowo, dnia 22.06.2022 r.

D.25C/250/ 484 /2022

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WIELORAZOWYCH NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH, TROKARÓW ORAZ NAPĘDÓW DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/20-33rj/22**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia częściowego**,

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy**;

d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 2

Poz. 1,2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego trokara i gwoźdźca tylko dł. robocza 98mm zamiast 100mm oraz rozmiar 12,5mm zamiast 13mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 2

Poz. 3,4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego trokara i gwoźdźca tylko dł. robocza 97mm zamiast 100mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 2

Poz.5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej redukcji tylko rozmiar 12,5mm/5,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 2

Poz. 6,7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego trokara i gwoźdźcia tylko dł. robocza 95mm zamiast 100mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na wydłużenie terminu realizacji dostaw częściowych z 3 dni roboczych do 20 dni roboczy, są to narzędzia specjalistyczne które nie leżą na półkach u producenta firmy niemieckiej, a czas realizacji standardowo wynosi około 4-6 tygodni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 2 - Trokary wielorazowe laparoskopowe (CPV: 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne)

Pytanie 1 do punktów 1, 3, 6

Czy Zamawiający dopuszcza trokary z równoważnym pod względem ergonomiczności rozwiązaniem, natomiast lepszym pod kątem funkcjonalności? Trokary z zaworem kulkowym lepiej utrzymują insuflację, zawór magnetyczny zabezpiecza je przed zgubieniem a sam zawór nie podlega zniszczeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 2 - Trokary wielorazowe laparoskopowe (CPV: 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne)

Pytanie 2 do punktów 1, 2, 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia równorzędne/równoważne, o identycznych zastosowaniach i parametrach użytkowych, ale odbiegających średnicą od wymaganych w SIWZ? Np. średnica trokara laparoskopowego wymaganego w SIWZ wynosi dokładnie 13 mm, a wielu producentów oferuje trokary o średnicach 12 do 13 mm. Są to parametry nie mające wpływu na ergonomię i zastosowanie medyczne, natomiast skutecznie blokujące zasady uczciwej konkurencji i są sprzeczne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 2 - Trokary wielorazowe laparoskopowe (CPV: 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne)

Pytanie 3 do punktów 3, 4, 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia równorzędne/równoważne, o identycznych zastosowaniach i parametrach użytkowych, ale odbiegających średnicą od wymaganych w SIWZ? Np. średnica trokara laparoskopowego wymaganego w SIWZ wynosi dokładnie 11 mm, a wielu producentów oferuje trokary o średnicach 10 do 11 mm. Są to parametry nie mające wpływu na ergonomię i zastosowanie medyczne, natomiast skutecznie blokujące zasady uczciwej konkurencji i są sprzeczne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

znak: D25C/251/N/20-33rj/22

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause

