



Poznań, dnia 16.08.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP-90/23

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie podstawowym  
na dostawę urządzeń chłodniczych i mrozących na potrzebę GPSK**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**dotyczy części nr 1**

**1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: (W x D x H) 595 x 640 x 1991/2191\*(mm)(\*wysokość z nóżkami) ?**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

**2. Czy Zamawiający dopuści pojemność netto części chłodniczej 189 l, zaś mroźniczej 104 l ?**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**3. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury: +2/+20 °C dla chłodziarki, oraz -25/-5 °C dla części mroźniczej ?**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

**dotyczy części nr 2**

**1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 597 mm oraz głębokości 654 mm ?**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

**2. Czy Zamawiający dopuści pojemność netto 235 l/ brutto - 394 l ?**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**3. Czy Zamawiający dopuści 8 szuflad na wyposażeniu ?**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

**4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o temperaturze + 5 st. C, spełniające normę DIN 13277 ?**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**dotyczy części nr 3**

**1. Czy Zamawiający dopuści wymiary urządzenia wynoszące: H x W x D: (mm) - 1960mm x 750mm x 755mm ?**

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

**2. Czy Zamawiający dopuści pojemność 543 l ?**





Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

3. Czy Zamawiający dopuści drzwi przeszklone prawe ?

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

4. Czy Zamawiający dopuści 5 półek drucianych, powlekanych ?

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

5. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury 2-8 st. C ?

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie farmaceutyczne, nie posiadające normy DIN58345?

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

dotyczy część nr 5

1. czy Zamawiający dopuści wymiary urządzenia: (W x D x H) mm- 595 x 640 x 1776/1976\* (\*z nóżkami) ?

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ.

2. Czy Zamawiający dopuści pojemność netto 312 l, zaś brutto 346 l ?

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

dotyczy część nr 7

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: (H x W x D) - 1510mm x 600mm x 700mm, przy zachowaniu wymaganej pojemności 340 l ?

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów – zgodnie z OPZ

2. Czy Zamawiający dopuści 6 półek drucianych, powlekanych ale bez dodatkowej szuflady z przegrodami ?

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

3. Czy Zamawiający dopuści zakres pracy w zakresie 2-8 st. C z fabrycznie ustawioną temperaturą wynoszącą + 5 st. C ?

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie farmaceutyczne, nie posiadające normy DIN58345

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

