

Ldz. 90 – 0902/680/2019

Olsztyn, dnia 03.04.2019 r.

Nr postępowania: 110/2019/PN/DZP

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowego cytometru przepływowego w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytanie nr 1. Dotyczy formularza opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1 do SIWZ), pkt. 9

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu, że próg detekcji można ustawić na więcej niż jednym parametrze jednocześnie, a maksymalnie na wszystkich parametrach jednocześnie.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż próg detekcji można ustawić na więcej niż jednym parametrze jednocześnie, a maksymalnie na wszystkich parametrach jednocześnie.

Pytanie nr 2. Dotyczy zapisów umowy §4 ust. 5 pkt. c

Prosimy o doprecyzowanie, co zawiera się pod nazwą „niezbędna dokumentacja techniczna przedmiotu umowy”? Jednocześnie informujemy, że instrukcja obsługi cytometru zawiera wszystkie istotne dla Użytkownika informacje dotyczące m.in. obsługi sprzętu, analiz danych, oznaczeń klinicznych, konfiguracji i kontroli jakości cytometru, konserwacji etc. Natomiast szczegółowa dokumentacja techniczna zawierająca schematy i szczegółowe parametry jest zastrzeżona wyłącznie dla firmy produkującej sprzęt.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż poprzez niezbędną dokumentację techniczną Zamawiający rozumie instrukcję obsługi cytometru.

Pytanie nr 3. Dotyczy zapisów §5 ust. 8

Zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie zapisu umowy §5 ust. 8, jak niżej:

„Sprzedawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy – ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 10 dni roboczych, a w sytuacji wymagającej importu części zamiennych – w terminie 14 dni


roboczych – od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 8 umowy poprzez wydłużenie terminu usunięcia wad lub usterek sprzętu w sytuacji wymagającej importu części zamiennych do 14 dni roboczych. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

KANCELARZ


dr inż. Aleksander Socha

Sporządziła: Magdalena Zawisza