



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/341/2023/1

Myszków, 30.11.2023 r.

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:

Dostawa aparatury medycznej do zabiegów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.11.2023 r.,
pod nr 2023/BZP 00514154/01

W związku z wniesionymi zapytaniem, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo Zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.


Pytania nr 1-11 dotyczą załącznika nr 1.2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Techniczna

Pytanie 1: „*Dotyczy: I/ pkt 9 Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego wartość skopi ciągłej wynosi 11mA. Jest to wartość, która różni się minimalnie (tylko o 1 mA) od wymogów pierwotnych Zamawiającego.*”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza aparat o charakterystyce opisanej w pytaniu - modyfikuje treść załącznika nr 1.2 w punkcie I.9. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2 – Specyfikacja techniczna SOPZ.

Pytanie 2: „*Dotyczy: I/ pkt 16 Prosimy o przyznanie punktów za rozwiązanie, które jest bardziej optymalne pod względem dawki, czy jakości obrazowania dynamicznych ekspozycji. Pragniemy zauważyć, że jedynie skopia pulsacyjna pozwala zaoszczędzić do 60% zbędnego promieniowania dodatkowo eliminując artefakty ruchowe, czy ograniczając przegrzewanie kołpaka.*”

Wyjaśnienie poniżej:



Zmiana sugerowana:

Akwizycja min. 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej - 0 pkt

Akwizycja min. 25 obrazów/s podczas fluoroskopii pulsacyjnej - 10 pkt”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 3: „*Dotyczy: I/ pkt 17 Prosimy o dopuszczenie aparatu, który zamiast przycisku do uruchomienia skopi ciągłej posiada przycisk do uruchomienia skopi pulsacyjnej, która względem skopi ciągłej generuje zdecydowanie mniejszą dawkę i mniejsze ciepło oraz redukuje artefakty ruchowe. Jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze od opisanego pierwotnie przez Zamawiającego.*”



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 4: „Dotyczy: II / pkt 4; pkt 5; pkt 6 Prosimy o przyznanie po 5 punktów za zaoferowanie najwyższych wartości: pojemności cieplnej anody, pojemności cieplnej kołpaka, szybkości chłodzenia anody jako parametrów kluczowych dla aparatu podczas długotrwałych ekspozycji.”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 5: „Dotyczy: III / pkt 1 Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego waga całkowita wynosi 347 kg. Jest to nieznaczna różnica, niezauważalna z perspektywy Użytkownika, nie mająca żadnego wpływu na jego komfort pracy”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza aparat o wadze opisanej w pytaniu - modyfikuje treść załącznika nr 1.2 w punkcie III.1. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2 – Specyfikacja techniczna SOPZ.

Pytanie 6: „Dotyczy: III / pkt 6 Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego zakres ruchu pionowego ramienia C wynosi: 42 cm. Pragniemy zauważyć, że wartość ta jest nieznacznie mniejsza od wymaganych (tylko o 2 cm) i nie ma wpływu na możliwości i komfort pracy Operatora.”

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza aparat o charakterystyce opisanej w pytaniu - modyfikuje treść załącznika nr 1.2 w punkcie III.6. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2 – Specyfikacja techniczna SOPZ.

Pytanie 7: „Dotyczy: III / pkt 10 Prosimy o przyznanie 5 punktów za zaoferowanie najwyższej wartości zakresu ruchu orbitalnego”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 8: „Dotyczy: IV / pkt 3 Prosimy o dopuszczenie aparatu, z płaskim panelem wykonanym w najnowszej technologii IGZO o większej rozdzielczości tj. 1536 x 1536. Jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze od opisanego pierwotnie przez Zamawiającego.”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ – nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 9: „Dotyczy: V / pkt 4 Prosimy o dopuszczenie aparatu, który posiada regulację wysokości monitora wraz z ruchem pionowym kolumny ramienia w zakresie 42cm, jako optymalne rozwiązanie dla lekarza podczas pracy na bloku. Pragniemy zauważyć, że oferowane rozwiązanie jest znacznie bardziej praktyczne dla Użytkownika i posiada zdecydowanie większy zakres regulacji (prawie o 25% większy).”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 10: „Dotyczy: V / pkt 8 Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego pamięć wewnętrzna wynosi 100.000 obrazów. Pragniemy zauważyć, że pamięć wewnętrzna aparatu jest pamięcią tymczasową, a pamięcią docelową (do archiwizacji właściwej) jest serwer PACS Szpitala.”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza aparat o charakterystyce opisanej w pytaniu - modyfikuje treść załącznika nr 1.2 w punkcie V.8. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2 – Specyfikacja techniczna SOPZ.

Pytanie 11: „Dotyczy: V / pkt 16

Zamawiający wymaga m.in. aby aparat posiadał możliwość archiwizacji dawki m.in. >>...na zdjęciu drukowanym...<< Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony we wbudowaną w aparat drukarkę na papier termoczuły?



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Odpowiedź 11: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ.

Pytania 12-19 dotyczą umowy

Pytanie 12: „Dotyczy § 1 pkt 2 lit i) Zwracamy się z prośbą o dokładne doprecyzowanie jakich dokumentów Sanepid Zamawiającego będzie wymagał.”

Odpowiedź 12: Zamawiający celem uzyskania odbioru przez WSSE wymaga przedłożenia: dokumentu potwierdzającego, że oferowane urządzenie jest dopuszczone do obrotu na terenie Polski - deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności (jeżeli wymagany) lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a ponadto przedłożenia instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanego sprzętu medycznego, kart gwarancyjnych producentów sprzętu medycznego, paszportów technicznych sprzętu medycznego, innych dokumentów, niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, a także potwierdzenie wykonania pierwszych testów podstawowych, specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu, potwierdzenia parametrów technicznych.

Pytanie 13: „Dotyczy § 2 pkt 1 W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie oraz epidemiologiczną na świecie, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 22 grudnia 2023 r. Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.

Pomimo podejmowania wzmoczonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 22 grudnia 2023 wraz ze zmianą kryteriów oceny ofert.”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację terminu wykonania umowy.

Pytanie 14: „Dotyczy § 4 pkt 5 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia do usuwania awarii do maksymalnie 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego.”

Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację terminu.

Pytanie 15: „Dotyczy § 4 pkt 7 lit. b) i c) Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych z użyciem części zamiennych i 10 dni roboczych w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy, liczony od momentu zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Zwracamy się również prośbą o drobną modyfikację poniższego zapisu, proponujemy:

W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego zespołu /elementu przedmiotu umowy Wykonawca wymieni przedmiotowy zespół/ element na nowy na podstawie zgłoszenia żądania Zamawiającego.

Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanych postanowień umownych we wskazanym zakresie.

Pytanie 16: „Dotyczy § 4 pkt 11 Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisie w/w punktu ponieważ postępowanie dotyczy aparatu RTG z ramieniem C, a nie mammografu.”



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Odpowiedź 16: Zamawiający koryguje omyłkę w treści § 4 ust.11, który otrzymuje następujące brzmienie: *„11. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych dla akcesoriów do przedmiotu niniejszej umowy - aparatu Rtg typu ramię C przez min. 10 lat od daty podpisania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.”* Powyższa zmiana zostanie uwzględniona w treści umowy zawieranej z Wykonawcą. Jednocześnie w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności, Zamawiający koryguje treść załącznika nr 1.2 w punkcie VI.2. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2 – Specyfikacja techniczna SOPZ.

Pytanie 17: *„Dotyczy § 5 pkt 1 Zwracamy się prośbą o zmniejszenie kary w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie do wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki”*

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanych postanowień umownych we wskazanym zakresie.

Pytanie 18: *„Dotyczy § 5 pkt 2 Zwracamy się prośbą o zmniejszenie kary w przypadku zwłoki względem terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub terminu dot. czasu reakcji serwisu lub terminu usunięcia wad (naprawy) w okresie rękojmi lub gwarancji do wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.”*

Odpowiedź18: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanych postanowień umownych we wskazanym zakresie.

Pytanie 19: *„Dotyczy § 5 pkt 4 Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 20% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektowanych postanowień umownych we wskazanym zakresie.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, **przedłużony zostaje termin składania ofert do dnia 05.12.2023 r. do godziny 14.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **14.05** oraz odpowiednio termin związania ofertą do dnia **03.01.2024 r.**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.2– zmodyfikowany

Zatwierdził
p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Krzysztof Bestwina