



***Załącznik nr 1***

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana akumulatorów do respiratorów dla OAiIT ZZOZ w Wadowicach.

1. Zakup i wymiana akumulatorów do respiratorów znajdujących się w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  - 1.1 Engstrom Careststion – 7 szt
  - 1.2 iVent 101 – 6 szt
2. Parametry respiratorów:
  - 2.1 Engstrom Careststion napięcie 12V/ 4,5 Ah
  - 2.2 iVent 101 napięcie 24V/ 2,7 Ah
3. Po wykonaniu usługi należy dokonać wpisu w paszportach technicznych respiratorów, potwierdzającego sprawność sprzętu technicznego z dopiskiem :dopuszczony do eksploatacji” i podać datę kolejnego przeglądu technicznego.