

Miechów, dnia 15 stycznia 2021 r.

/do wszystkich uczestników postępowania/

---

**Nr sprawy: 50/2020** - Zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

1.

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający będzie wymagał aby konstrukcja łóżka była wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów? Dokumenty potwierdzające atybakteryjność lakieru i tworzywa na każde wezwanie Zamawiającego.

**Ad.1 Zamawiający nie wymaga.**

2. **Załącznik nr 2 do SIWZ**

Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe, posiadały dwa wzmocnienia ze stali o średnicy minimum 28 mm i długości minimum 270 mm w każdym szczycie, które pozwalają na uzyskanie dużej sztywności konstrukcji tworzywowej oraz umożliwiają bezpieczne przetaczanie łóżka, trzymając za szczyt.

**Ad.2 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

3. **Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręczę boczne odejmowane od ramy leża z użyciem narzędzi?

**Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza.**

4. **Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręczę boczne montowane w specjalnych tulejach pod ramą leża, demontowalne bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych pokręteł dołączonych do barierki? Ten sposób montażu gwarantuje stabilność barierki i ogranicza ich chybliwość.

**Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza.**

5. **Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną wykonaną ze słupków i belek zrobionych z rury stalowej o średnicy 25mm i grubości ścianki 2mm?

**Ad.5 Zamawiający dopuszcza.**

6. **Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną o długości bez pałaka 1980mm +/- 20mm?

## **Ad.6 Zamawiający dopuszcza.**

### **7. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną o szerokości (z zamocowanym pałąkiem) 940mm +/- 20mm?

**Ad.7 Zamawiający dopuszcza.**

### **8. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną o wysokości (mierzonej od leża do górnej powierzchni belek wzdłużnych) 1110mm +/- 20mm?

**Ad.8 Zamawiający dopuszcza.**

### **9. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne odejmowane od ramy leża z użyciem narzędzi?

**Ad.9 Zamawiający nie dopuszcza.**

### **10. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt.**

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne montowane w specjalnych tulejach pod ramą leża, demontowalne bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych pokręteł dołączonych do barierki? Ten sposób montażu gwarantuje stabilność barierki i ogranicza ich chybliwość.

**Ad.10 Zamawiający nie dopuszcza.**

### **11. Szafka przyłóżkowa – 147 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafki bez wkładu bocznego wykonanego z tworzywa?

**Ad.11 Zamawiający dopuszcza.**

### **12. Szafka przyłóżkowa – 147 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafki z prętami chroniącymi przedmioty we wkładzie bocznym malowane farbą poliestrowo-epoksydową (proszkową) w kolorze dopasowanym do korpusu szafki?

**Ad.12 Zamawiający dopuszcza.**

### **13. Szafka przyłóżkowa – 147 szt.**

Czy Zamawiający dopuści blaty szafek wyposażone w tworzywowe wałki na krawędziach ograniczające możliwość zsunienia się przedmiotów oraz wylewania się wody na podłogę?

**Ad.12 Zamawiający dopuszcza.**

### **14. Szafka przyłóżkowa – 147 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafki o konstrukcji oraz czołach szuflad i drzwiczek wykonanych ze stali nieocynkowanej?

**Ad.14 Zamawiający dopuszcza.**

### **15. Szafka przyłóżkowa – 147 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafki, w których szuflada i drzwiczki wyposażone są w ergonomiczne uchwyty do otwierania wykonane ze stali węglowej?

**Ad.15 Zamawiający dopuszcza.**

### **16. Szafka przyłóżkowa – 15 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości całkowitej ze złożonym blatem do boku szafki 570mm +/- 10mm?

**Ad.16 Zamawiający dopuszcza.**

**17. Szafka przyłóżkowa – 15 szt.**

Czy Zamawiający dopuści blaty szafek wyposażone w tworzywowe wałki na krawędziach ograniczające możliwość zsunienia się przedmiotów oraz wylewania się wody na podłogę?

**Ad.17 Zamawiający dopuszcza.**

**18. Szafka przyłóżkowa – 15 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafki o konstrukcji oraz czołach szuflad i drzwiczek wykonanych ze stali nieocynkowanej?

**Ad.18 Zamawiający dopuszcza.**

**19. Szafka przyłóżkowa – 15 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szafki, w których szuflada i drzwiczki wyposażone są w ergonomiczne uchwyty do otwierania wykonane ze stali węglowej?

**Ad.19 Zamawiający dopuszcza.**

**20.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (72 szt.) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

**Ad.20 Zamawiający dopuszcza.**

**21.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (72 szt.) ze szczytami metalowymi (rury) pokrytymi chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

**Ad.21 Zamawiający dopuszcza.**

**22.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (72 szt.) z barierkami bocznymi składającymi się z trzech profili poziomych owalnych o wym. 4 x 2 cm każdy, lakierowanymi proszkowo?

**Ad.22 Zamawiający dopuszcza.**

**23.** Czy w związku z pkt. 17 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (72 szt.) z ramą ortopedyczną o następujących parametrach technicznych: podwójna rama wyciągowa wykonana z okrągłych rur (stal węglowa, chromowana) (wyposażona w pojedynczy wieszak kroplówki 1 szt., uchwyt do ręki 2 szt., 3szt rolek wyciągowych) – 1 kpl. Wszystkie belki wzdłużne i poprzeczne wyposażone w zabezpieczenia przed spadaniem bloczków. Belki poprzeczne nie wystające poza szerokość ramy leżą wykonane z rur o średnicy min. 25mm. Poprzeczka od strony głowy o szerokości ramy leżą umożliwiającą zamontowanie wyciągów do kończyny górnej. Belki wzdłużne wykonane z rur o średnicy min. 28mm, belki pionowe wykonane z rur o średnicy 32mm. ?

**Ad.23 Zamawiający dopuszcza.**

**24.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (90 szt.) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

**Ad.24 Zamawiający dopuszcza.**

**25.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (90 szt.) ze szczytami metalowymi (rury) pokrytymi chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

**Ad.25 Zamawiający dopuszcza.**

**26.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (90 szt.) z barierkami bocznymi składającymi się z trzech profili owalnych, poziomych o wym. 4 x 2 cm każdy, lakierowanymi proszkowo?

**Ad.26 Zamawiający dopuszcza.**

**27.** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (147 szt.) z lakierowanymi proszkowo prętami zabezpieczającymi przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie?

**Ad.27 Zamawiający dopuszcza.**

28. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (147 i 15 szt.) z blatem nieprofilowanym, wykonanym z płyty tworzywowej HPL?

**Ad.28 Zamawiający dopuszcza.**

29. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (147 i 15 szt.) z ogranicznikiem uniemożliwiającym całkowite wypadnięcie szuflady, ale bez ogranicznika wysuwu w stronę ściany?

**Ad.28 Zamawiający dopuszcza.**

30. Prosimy o wskazanie czy pkt 8 tabeli dot. gwarancji i serwisu nie został zamieszczony przez przypadek?

**Ad.30 Zamawiający wykreśla pkt 8 dot. gwarancji i serwisu.**

31. Dotyczy projektu umowy - §6

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku dostaw wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kar to 0,1-0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia oraz maks. 10% w przypadku odstąpienia od umowy. Zastosowanie tak rażąco wysokich kar jak w projekcie umowy (2% ceny brutto), w postępowaniu o tak wysokiej wartości, może spowodować, że wielu potencjalnych wykonawców zrezygnuje w ogóle ze złożenia oferty, ponadto wartość ofert może być sztucznie zawyżana dla uwzględnienia potencjalnych, możliwych kar w przyszłości. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

**Ad. 31 Pozostaje jak w SIWZ.**

32. Dotyczy projektu umowy - §6

Przedmiotem postępowania, szczególnie w zadaniu 1 jest bardzo duża ilość łóżek i szafek przyłóżkowych. Zamawiający zaproponował w projekcie umowy karę umowną 2% (dwa procent) ceny brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji. Prosimy o zmianę projektu umowy w ten sposób, że kara umowna za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji liczona jest od ceny jednego wyrobu, konkretnie tego, w którym stwierdzono wadę, nie zaś od pełnej wartości przedmiotu umowy. Zaproponowany przez Zamawiającego zapis jest rażąco niekorzystny dla Wykonawcy, który mógłby być obciążony niewspółmiernie wysokimi karami w przypadku np. wady w jednym tylko wyrobie, nie dającej się usunąć natychmiast.

**Ad. 32 Pozostaje jak w SIWZ.**

33. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne rehabilitacyjne z szafkami (162 szt.)

Poz. I – łóżko szpitalne rehabilitacyjne 72 szt.

1. Dotyczy pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ramą wewnętrzną, z segmentami umieszczonymi na ramie, jako parametr lepszy?

Uzasadnienie: Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne od opisanej w SIWZ ramy zewnętrznej. Wymagane w SIWZ rozwiązanie, w którym ruchome segmenty leżą umieszczone są w ramie, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyż tworzy mechanizm „nożyc”. Konstrukcja z ramą wewnętrzną, gdzie rama znajduje się pod segmentami leżą, jest nie tylko bezpieczniejsza, ale także bardziej ergonomiczna: umożliwi bliższe podejście personelu do leżącego pacjenta, a także nie powoduje poszerzenia gabarytów łóżka w przypadku zamontowania poręczy bocznych.

**Ad. 33 Zamawiający dopuszcza.**

34. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy pkt. 17.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wraz z łóżkiem materac dostosowany do wymiarów leża w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, nie wywołującej alergii, nieprzenikalnej dla roztoczy – jako parametr równoważny?

**Ad. 34 Zamawiający dopuszcza.**

**35. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:**

Dotyczy pkt. 17.3: Zamawiający wymaga ramy wyciągowej wykonanej ze stali pokrytej powłoką Ni10Cr czyli chromowanej. Chcielibyśmy zaoferować materiał znacznie lepszy, jakim jest stal nierdzewna polerowana. Materiał ten, w przeciwieństwie do opisanego w SIWZ jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne i nie koroduje. Jest łatwiejszy w utrzymaniu czystości i po prostu trwalszy. Powłoka chromowa, opisana w SIWZ jest podatna na obicia, uszkodzenia, łuszczenie się, a stal węglowa poddaje się z biegiem czasu w tych miejscach powolnej korozji. Zaoferowany przez nas materiał – stal nierdzewna polerowana przypomina optycznie stal chromowaną.

Prosimy zatem o zgodę na zaoferowanie ramy wyciągowej wykonanej ze stali nierdzewnej – jako parametru lepszego.

**Ad. 35 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**36. Poz. II – łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt.**

Dotyczy pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ramą wewnętrzną, z segmentami umieszczonymi na ramie, jako parametr lepszy?

Uzasadnienie: Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne od opisanej w SIWZ ramy zewnętrznej. Wymagane w SIWZ rozwiązanie, w którym ruchome segmenty leżą umieszczone są w ramie, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyż tworzy mechanizm „nożyc”. Konstrukcja z ramą wewnętrzną, gdzie rama znajduje się pod segmentami leża, jest nie tylko bezpieczniejsza, ale także bardziej ergonomiczna: umożliwia bliższe podejście personelu do leżącego pacjenta, a także nie powoduje poszerzenia gabarytów łóżka w przypadku zamontowania poręczy bocznych.

**Ad.36 Zamawiający dopuszcza.**

**37. Poz. II – łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt.**

Dotyczy pkt. 17.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wraz z łóżkiem materac dostosowany do wymiarów leża w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, nie wywołującej alergii, nieprzenikalnej dla roztoczy – jako parametr równoważny?

**Ad.37 Zamawiający dopuszcza.**

**38. Poz. III – Szafka przyłóżkowa 147 szt.**

Dotyczy pkt. 6: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki z prętami zabezpieczającymi Przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie wykonanymi ze stali nierdzewnej – jest to materiał lepszy niż opisana stal chromowana

**Ad.38 Zamawiający dopuszcza.**

**39. Poz. III – Szafka przyłóżkowa 147 szt.**

Dotyczy pkt. 7 i 8: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki z blatem wykonanym z gładkiej, nieprofilowanej płyty HPL – twardej, odpornej na działanie środków dezynfekujących, wysoką temperaturę i wilgoć.

**Ad.39 Zamawiający dopuszcza.**

**40. Poz. III – Szafka przyłóżkowa 147 szt.**

Dotyczy pkt. 13: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki z szufladą z ogranicznikiem uniemożliwiającym całkowite wypadnięcie szuflady, ale bez ogranicznika wysuwu w stronę ściany.

**Ad. 40 Zamawiający dopuszcza.**

**41. Poz. IV – Szafka przyłóżkowa 15 szt.**

Dotyczy pkt. 11 i 12: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki z blatami wykonanymi z gładkiej, nieprofilowanej płyty HPL – twardej, odpornej na działanie środków dezynfekujących, wysoką temperaturę i wilgoć.

**Ad. 41 Zamawiający dopuszcza.**

**42. Poz. IV – Szafka przyłóżkowa 15 szt.**

Dotyczy pkt. 17: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki z szufladą z ogranicznikiem uniemożliwiającym całkowite wypadnięcie szuflady, ale bez ogranicznika wysuwu w stronę ściany.  
**Ad. 42 Zamawiający dopuszcza.**

**43. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.**

Czy w rozumieniu pkt. 17.2 Zamawiający dopuści poręczę posiadające pokrętła do mocowania?

**Ad. 43 Zamawiający nie dopuszcza.**

**44. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.**

Czy w rozumieniu pkt 17.3 Zamawiający dopuści zamiast powłoki Ni 10 Crr stal malowaną proszkowo?

**Ad. 44 Zamawiający dopuszcza.**

**45. Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt.**

Czy w rozumieniu pkt. 17.2 Zamawiający dopuści poręczę posiadające pokrętła do mocowania?

**Ad. 45 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Podpis elektroniczny:**