



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP

748 / 12 / 2022

Chrzanów, 27.12.2022 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: Dostawę sprzętu jednorazowego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie (nowe procedury) – sprawa nr 163/2022

Pytanie 1. dot. pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe zamiast strzykawek dwuczęściowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 2. Pakiet nr 1 poz. 1-3 prosimy o możliwość przeliczenia na opakowania po 100szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Należy wycenić do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 3. Pakiet nr 1 poz. 4 prosimy o możliwość przeliczenia na opakowania po 80szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Należy wycenić do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 4. Pakiet nr 2 poz. 1 dopuszczenie strzykawki typu perfuzor bez kołnierza stabilizującego złącze LL.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 5. Pytania do pakietu 5. Czy Zamawiający dopuści produkty o tej samej lub lepszej funkcjonalności, lecz niewielkich różnicach technicznych podanych w nawiasach: Pozycja 1 Gotowy zestaw zawierający port, wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów umożliwiających implantację portu (Zestaw do założenia portu naczyniowego*).***
Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu((port wykonany w całości z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego- innowacyjne tworzywo, port w kształcie stożka- kształt lepszy, nie tworzy napięć skórnych w trakcie nakłucia przezskórnego, 3 otwory do przyszywania portu zaślepione silikonem, zapobiegają wrastaniu tkanki włóknistej, parametr lepszy)), urządzenie kompatybilne ze środowiskiem MR do 3T(technologia umożliwia stosowanie portów w środowisku MRI do 7Tesla (tymczasem porty standardowe kompatybilne są ze środowiskiem do 3 Tesla, boczne ułożenie kaniuli zapobiega powstawaniu martwych stref, zapewnia lepsze płukanie portu), dające możliwość automatycznych infuzji, w tym podawania środków kontrastowych w CT i MR, objętość komory portu nie większa niż 0,5 ml, wysokość portu 13,2mm (12,1mm), waga portu 8,6g(waga 4,9g, port lżejszy, zwiększa poczucie komfortu użytkownika dla pacjenta), membrana portu o średnicy 12mm(12,7mm) utrzymująca szczelność do 3000 nakłuć igłą, cewnik portu niepołączony fabrycznie z portem, cewnik posiada oznaczenie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

długości co 1 cm - pierwsze 10 cm może być go pozbawione, średnica zewnętrzna cewnika poniżej 8,5F (2,2 mm), średnica wewnętrzna cewnika 1,1mm(oferujemy cewnik 6F, średnica zewnętrzna 2,1mm, średnica wewnętrzna 1,3mm lub 8F średnica zewnętrzna 2,6mm, średnica wewnętrzna 1,6mm do wyboru przez Zamawiającego), długość cewnika 80 cm(63cm, długość wystarczająca do założenia portu)

Port wyposażony w zestaw akcesoriów wprowadzających składający się z: strzykawka 10ml, igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczyń z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (Elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przepłukiwania zestawu 22G, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem; strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml, narzędzie do unoszenia naczyń)(możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi)(300psi) szt.

Pozycja 2 Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. (igła z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, bez mechanizmu wskazującego wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły) Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 12, 15, 20, 25, 32mm. (prosimy o stworzenie zakresów dla długości igieł zgodnie z zaleceniami związanymi z budową anatomiczną pacjenta w odniesieniu do funkcjonalności igły w zakresie jej długości: 25-40 mm standardowy port dostępu pacjent otyły; 19-20 mm standardowy i mały port dostępu pacjent o normalnych proporcjach ; 12-15 mm mały port dostęp, mały lub niedożywiony pacjent port typu Babyport (pediatryczny) lub Brachial(ramienny) płytką implantacją portu, niemowlę, dziecko lub bardzo chudy pacjent.

Wykonawca zaproponował produkt równoważny. Zamawiający nie opisał jasnych i czytelnych kryteriów równoważności, które mógłby w należyty sposób ocenić. Zamawiający utrzymując parametry wykluczające i kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, a nie stwarzając warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, musi mieć świadomość, że jest to działanie sprzeczne z zasadą konkurencyjności, polityką zakupową państwa i dlatego w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o czytelne wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP, tak aby było możliwe określenie, jakie parametry bądź właściwości danego produktu są równoważne, i aby wykonawca mógł w należyty sposób udowodnić, wspomnianą równoważność. Obowiązek formułowania kryteriów oceny równoważności korzystnie wpłynie na przejrzystość postępowania i na równe traktowanie wykonawców w procesie udzielania zamówienia publicznego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający oczekuje oznakowania kolorystycznego na opakowaniach zbiorczych w celu łatwej identyfikacji rozmiaru strzykawki?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 2. Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 2 zaoferowania strzykawek trzyczęściowych, które są wpisane w instrukcję użytkownika producenta pompy Alaris GH Guardians Plus co może pomóc zredukować wystąpienie ciężkich zdarzeń niepożądanych, problemów z prędkością przepływu i dokładnością dawki?
Odp. Tak.

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej 50/60 ml Luer Lock bez prostopadłego wcięcia na tłoku i bez kołnierza stabilizującego.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w § 3 ust. 3 i 4 w zakresie Pakietu nr 1 i 2: „3. Uregulowanie należności odbywać się będzie po wykorzystaniu (wszczepieniu) asortymentu. 4. Faktury za dostarczony i zużyty asortyment Wykonawca będzie wystawiał na podstawie otrzymanej od Zamawiającego informacji o zużyciu.” Wykonawca nie dysponuje magazynem depozytowym w zakresie produktów wyspecyfikowanych w Pakiecie 1 i 2, w związku z czym nie będzie mógł podpisać umowy komisji. Niemniej zapewniamy, że dostawy oferowanych produktów będą odbywać się zgodnie z terminem wskazanym w SWZ.

Odp. Zamawiający wykreśla ust. 3 i ust. 4 z § 3 wzoru umowy.

Pytanie 10. Pakiet 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Pakiet 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zróżnicowanym w zależności od pojemności, w celu łatwej identyfikacji rodzaju strzykawki.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Pakiet 2 poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych strzykawek do pomp infuzyjnych 3 częściowych końcówka Luer lock a 50 ml -60ml, BD Plastipak, bez prostopadłego wycięcia na tłok i kołnierza stabilizującego na złączu luer-lock, wymienionych w instrukcji użycia pomp Alaris GH Guardians Plus.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z zamówieniem – w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia, lecz nie mniej niż 5zł, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego zamówienia

b) w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad (pełnowartościowy), Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 5 zł, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru,

c) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w umowie (dla każdego pakietu odrębnie).

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

Pytanie 14. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 12, 15 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania ofert

na dzień 03.01.2023 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie ofert godz. 11:00)

Zamawiający zmienia termin związania ofertą do dnia 01.02.2023r.

Forma, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art 286 ust. 6, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892