



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 438/09/2023

Chrzanów, 06.09.2023r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na: **Dostawa sprzętu jednorazowego cz. II dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 88/2023.**

- Dotyczy zapisów SWZ, rozdział XIX, punkt 1, podpunkt B)** – termin dostawy dla pakietu nr 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?  
 **Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów swz.**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 17:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu o którym mowa w ustępie 17 do 3 dni roboczych?  
 **Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**
- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczyła 20% wartości wynagrodzenia?  
 **Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów swz.**
- Pakiet nr 7 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści prowadnicę rozmiar 5,0 mm, długość 700 mm?  
 **Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**
- Pakiet nr 10 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną w całości z PE, w tym giętka wygięta końcówka na końcu również wykonana z PE?  
 **Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**
- Pakiet nr 15 poz. 4** W związku z tym, że Zamawiający w tej pozycji wskazał konkretny numer modelu, wnosimy o dopuszczenie produktu równoważnego.  
 **Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
- Pakiet nr 22 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:
  - Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
  - Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

8. **Pakiet nr 22 poz. 2** Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 2000ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

9. **Pakiet nr 22 poz. 1, 2** Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 2 z Pakietu nr 22 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

10. **Pakiet 6, poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z nazwą własną produktu umieszczoną na opakowaniu.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

11. **Pakiet 6, poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z zapisem o czasie utrzymywania zgodnym z obowiązującymi wytycznymi lub w oparciu o procedury szpitalne.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

12. **Pakiet 6, poz. 5** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,8 mm x 40 mm.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

13. **Pakiet 6, poz. 7** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze złączem Slip-Tip zamiast złącza Luer-Lock?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

14. **Pakiet 8, poz. 1, 2, 3, 4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia spełnienia normy w zakresie stożka, normami wymienionymi oraz normą kolejną PN-EN ISO 80369-7:2021-10, która jest następstwem normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

15. **Pakiet 8, poz. 5, 6** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuszcza materiał elastomer bezlateksowy, bez właściwości termoplastycznych.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

16. **Pakiet 21, poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej w rozmiarach 19G, 20G, 22G długości 13 mm, 19mm, 25mm, 38mm.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

17. **Pakiet 23 poz. 8,9,10,11** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia spełnienia normy w zakresie stożka, normami wymienionymi oraz normą kolejną PN-EN ISO 80369-7:2021-10, która jest następstwem normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

18. **§4 ust. 17 wzoru umowy** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu na wymianę w razie dostawy wadliwego produktu do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

19. **Pakiet 12, punkt 2, załącznik nr 2 do swz, kosztorys szczegółowy:** Czy Zamawiający jest w posiadaniu modułu zerującego umożliwiającego podłączenie czujnika do Kardiomonitora Bene Vision N17 czy oczekuje oferowania zestawu do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z modułem zerującym kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Kardiomonitor Bene Vision N17? Uzasadnienie: Moduł zerujący umożliwia połączenie czujników pomiarowych ciśnienia wewnątrzczaszkowego z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Kardiomonitor Bene Vision N17.

**Odp.: Tak, Zamawiający posiada moduł zerujący.**

20. **Pakiet 18 pozycja nr 1-4** – Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie wzywał do złożenia próbek?

**Odp.: Zgodnie z zapisami swz.**

21. **Pakiet 18 pozycja nr 1-4** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnych narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku ze stali nierdzewnej, których opakowanie papierowo-foliowe wyposażone jest w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?

**Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje.**

22. **Pakiet 18 pozycja nr 1-4** – Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający oczekuje sterylnych narzędzi chirurgicznych sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 6 - co powinno być potwierdzone deklaracją zgodności dla zaoferowanego wyrobu medycznego wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tych produktów?

**Odp.: Zgodnie z zapisami swz.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

23. **Pakiet 18 pozycja nr 1-4** – Ze względu na bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjenta, czy Zamawiający oczekuje złożenia do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy, deklaracji nieszkodliwości toksykologicznej, potwierdzającej bezpieczeństwo kolorowych oznaczeń na narzędziach chirurgicznych?

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

**Z poważaniem**

