

Opole, 27.11.2024

ZP-17/2024

Do wiadomości
wszystkich uczestników postępowania

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”

Na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605), Zamawiający zawiadamia, iż zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

Załącznik nr 1.20 poz. 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.”

W związku z modyfikacją Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

wz. Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Opolu

leż. med. Jacek Kłós