



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



RI.272.1.5.2024

Lębork, 12.08.2024 r.

ID postępowania:

ocds-148610-63b67304-74ef-4050-addf-a6994f2c5215

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wyposażenie Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz ZOL/ZPO w sprzęt medyczny, szpitalny oraz wyposażenie biurowe**”. Znak sprawy: RI.272.1.5.2024.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Dot. Załącznik nr 4.26 do SWZ, Zmywarko – wyparzarka – 1 szt. (Pediatria) Czy zamawiający dopuści urządzenie bez bojlera, działające w systemie świeżej wody? Takie rozwiązanie daje maksymalne bezpieczeństwo higieniczne. W zmywarkach z systemem zmywania świeżą wodą po każdej fazie płukania odbywa się wymiana wody. Na koniec następuje dokładne spłukanie w temperaturze dopasowanej do ładunku. Metoda ta zapewnia perfekcyjne rezultaty zmywania i wysoki poziom higieny, który znacznie przekracza standardowe wymagania stawiane profesjonalnym zmywarkom oraz nie wymaga wyparzania naczyń.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez funkcji wyparzania.

2. Dot. Załącznik nr 4.26 do SWZ, Zmywarko – wyparzarka – 1 szt. (Pediatria) Czy zamawiający wymaga urządzenia z programami higienicznymi, w których to cykle mycia realizowane są w programie, gdzie mycie jest realizowane w temperaturze 70C z czasem jej utrzymani min. 10 m minut i końcowym płukaniem w temperaturze 85C z czasem jej utrzymania min. 4 minuty lub w programie gdzie mycie jest realizowane w temperaturze 55C z czasem jej utrzymania min. 5 minut i końcowym płukaniem w



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



temperaturze 93C z czasem jej utrzymania min. 1 minuty ? Takie rozwiązanie usuwa nawet więcej niż 99,99% wirusów, spełniają wymogi higieniczne kontroli typu DIN, co odpowiada redukcji drobnoustrojów o co najmniej 5 poziomów log, urządzenia tego typu są stosowane w kuchniach z przeznaczeniem medycznym.

Odp. Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z normami DIN 10512 oraz DIN EN 17735.

3. Dot. Załącznik nr 4.26 do SWZ, Zmywarko – wyparzarka – 1 szt. (Pediatria) Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zgodne z normami DIN 10512, oraz DIN EN 17735?

Odp. Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z normami DIN 10512 oraz DIN EN 17735.

4. Dot. Załącznik nr 4.26 do SWZ, Zmywarko – wyparzarka – 1 szt. (Pediatria) Czy zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem dostarczyć pompy do dozowania płynnych środków chemicznych stosowanych w myciu naczyń?

Odp. Zamawiający wymaga jeśli dotyczy.

Dot. Załącznika 4.26

5. Czy Zamawiający mając na uwadze, że zamawiana zmywarka jest przeznaczona na oddział pediatryczny wymaga by oferowane urządzenie posiadało funkcję dezynfekcji termicznej z minimalnymi wsółczynnikami $A0=30$, $A0=60$?

Odp. Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z normami DIN 10512 oraz DIN EN 17735.

6. Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało program dezynfekcji termicznej w temperaturze nie niższej niż 92°C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie było wyposażone w zmiękczac wody? W przeciwnym wypadku czy w miejscu posadowienia oferowanej zmywarki Zamawiający gwarantuje ujęcie wody zmiękczonej?



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Odp. Zamawiający wymaga jeśli dotyczy. Zamawiający nie gwarantuje ujęcia wody zmiękczonej.

8. Prosimy o dopuszczenie do oceny zmywarko-wyparzarki równoważnej lub lepszej o wymiarach komory nieznacznie odbiegających od wskazanych w dokumentacji tj wysokość 365 mm .

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Prosimy o dopuszczenie do oceny zmywarko-wyparzarki równoważnej lub lepszej o bardziej kompaktowych wymiarach zewn 600x600x850mm (sxxgxw).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający wymaga by oferowana zmywarka posiadała funkcję aktywnego suszenia gorącym powietrzem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający mając na uwadze, że zamawiana zmywarka jest przeznaczona na oddział pediatryczny wymaga by oferowane urządzenie posiadało funkcję płukania w świeżą wodą w celu uniknięcia kontaminacji wsadu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania - tympanometr:

12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym zakresem ciśnienia pomiarowego zawierającym się w przedziale od -400 daPa do +200 daPa?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o prędkości zmiany ciśnienia 600/200 daPa/s?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatycznym rozpoznawaniem progu odruchu, bez możliwości ustawienia objętości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie sondę oraz odkręcaną końcówkę sondy wykonaną z tworzywa sztucznego?



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD o przekątnej 2,2", bez funkcji dotykowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 427 g?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części nr 27

18. Pkt. 2. Wydajność pompy min. 8l/min Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności pompy w zakresie 6-8 l/min? Jest to zakres bardzo zbliżony do Wymaganego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

19. Pkt. 11. 17 komór powietrznych (w tym 6 z mikrowentylacją) Czy Zamawiający dopuści urządzenie zbudowane z 18 komór (w tym 8 z mikrowentylacją)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Pkt. 13. Zasilanie pompy 230V/50Hz, pobór mocy 7W, bezpiecznik 1A. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poborze mocy 10 W/h?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Pkt. 16. Wymiary pompy: 28cm x 8,5cm x 9 cm (dł. szer. wys.) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach pompy: 30 cm x 18 cm x 12 cm)? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

22. Pkt. 17. Waga pompy: max. 1,4kg Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze pompy wynoszącej 2,7 kg? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



23. Pkt. 19. Wymiary materaca: 190 cm x 85 cm x 11 cm. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach: 200 cm x 88 cm x 13 cm? Wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych, a pozwolą na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

24. Pkt. 21. Waga materaca: max. 4,7 kg. Czy Zamawiający dopuści materac o wadze 5,4 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie dotyczy części 18

25. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeprowadzania szkolenia dla zadania 18? Są to wagi medyczne, które posiadają bardzo czytelną instrukcję. Zrezygnowanie z wymogu pozwoli na znaczne obniżenie wartości oferty.

Odp. Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu przeprowadzania szkolenia dla Części nr 18.

Pakiet nr 20 Pozycja nr 1 - Inkubator do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Pozycja nr 1 - Inkubator do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

26. Ad. 1.3 Czy zamawiający dopuści regulację wysokości materacyka w zakresie 20cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

27. Ad. 1.4 Czy zamawiający dopuści długość materacyka wynoszącą 62,2cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

28. Ad.1.3. Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji tego parametru z uwagi na fakt, że nie ma on wpływu na jakość oferowanego urządzenia?

Odp. Zamawiający nie zrezygnuje.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



29. Ad. 2.7 Czy zamawiający dopuści elektroniczną regulacją kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie 12 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

30. Ad. 2.7 Czy zamawiający wymaga aby regulacją kąta nachylenia odbywała się w sposób elektroniczny co ułatwia precyzję pozycjonowania oraz poprawia komfort pracy personelu

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

31. Ad 2.12 Czy zamawiający zrezygnuje z oceniania poziomy głośności poniżej 45 dB? Ocena głośności pracy urządzenia jest wykładnicza (im głośniejszym różnica pomiędzy pojedynczymi dB jest bardziej odczuwalna). Przy niskim natężeniu dźwięku różnica między 45 dB a np. 43 dB jest nieznaczna i nie powinna wpływać na ocenę jakości produktu.

Odp. Zamawiający nie zrezygnuje.

32. Ad 6.1 Czy zamawiający dopuści inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry:

- temperaturę na skórze noworodka 25-45°C ,
- temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora 25-45°C,
- stężenie tlenu pod kopułą inkubatora 15-100%,
- wilgotność względna 30-95%,
- moc grzania

Odp. Zamawiający dopuszcza.

33. Ad 8 Czy zamawiający dopuści możliwość łatwej dezynfekcji urządzenia w technologii uchylanej kopuły (szybsza i dokładniejsza procedura dezynfekcji)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

34. Ad. 9.6 Czy zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu *Lęborskiego*
1999 - 2024



Odp. Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość rozbudowy. Nie wymaga wyposażenia inkubatora w pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora.

35. Ad 9.7 Czy zamawiający wymaga aby inkubator wyposażony był w wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-8000 g

Odp. Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość rozbudowy. Nie wymaga wyposażenia inkubatora w wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-8000 g.

Pozycja nr 2- Stanowisko do resuscytacji noworodka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

36. Ad 1.1 Czy Zamawiający dopuści stanowisko o wymiarach: 64cm x 119cm x 180 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

37. Ad 1.2 Czy Zamawiający dopuści stabilną konstrukcję osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec, z elektryczną regulacją wysokości 20 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

38. Ad 1.3 Czy Zamawiający dopuści bezpieczniejszą, wydajniejszą oraz lepszą technologię grzałek ceramicznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

39. Ad. 1.4 Czy Zamawiający dopuści promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt 180° w celu wykonania zdjęcia Rtg. wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

40. Ad. 1.11 Czy Zamawiający dopuści materacyk wyposażony w dodatkowe ścianki chroniące noworodka przed jego wypadnięciem podczas otwartych ścian bocznych o wymiarach: 693x563 mm?



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Odp. Zamawiający dopuszcza.

41. Ad. 1.13 Czy Zamawiający dopuści stanowisko z dostępem do tacy na kasetę RTG z dwóch stron?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

42. Ad. 3.1.1 Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez zegara CPR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

43. Ponadto czy Zamawiający będzie wymagał aby stanowisko posiadało moduł wybudzania, który usprawnia pracę personelu medycznego i daje bezpieczeństwo noworodkowi?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pakiet: 21

44. Czy Zamawiający wydzieli 3 osobne pakiety z zadania numer 21? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Zamawiający informuje, że od 2021 roku nie ma technicznej możliwości tworzenia nowych części (pakietów) w ogłoszonym postępowaniu. System e-zamowienia uniemożliwia dodawanie części w trwającym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający nie utworzy 3 osobnych części z Części nr 21.

Pakiet 24

45. Czy Zamawiający wydzieli 2 osobne pakiety z zadania numer 24? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Odp. Zamawiający informuje, że od 2021 roku nie ma technicznej możliwości tworzenia nowych części (pakietów) w ogłoszonym postępowaniu. System e-zamowienia uniemożliwia dodawanie części w trwającym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający nie utworzy 2 osobnych części z Części nr 24.

46. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 343 x 295 x 170 mm? Wspomniane wymiary aparatu EKG sprawiają, że ekran sprzętu sprzyja ergonomii użytkownika. Wysokość ekranu aparatu EKG powinna być dostosowana do średniego wzrostu użytkownika, co minimalizuje konieczność pochylania się lub podnoszenia głowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

47. Czy Zamawiający dopuści wydruk badania EKG na papierze 210mm x 140mm? Zaproponowane wymiary są idealnie dopasowane do każdego urządzenia i pozwalają na rejestrowanie wykresu na wystarczająco dużym obszarze.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że aparat posiada również możliwość wydruku na papierze 210mm x 295mm.

48. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG wyposażony w wózek z 4 kołami, w tym 2 koła z hamulcem? Wózek z 4 kołami ma bardziej równomiernie rozłożony ciężar, co poprawia jego stabilność.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części nr 2-5

49. Proszę o wskazanie opisu szczegółowego mebli z płyty meblowej – płyta laminowana 18 mm?

Odp. Tak - płyta laminowana 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



50. Proszę o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane plecy mebli – płyta meblowa min.10 mm czy płyta HDF 3,2 mm

Odp. Plecy mebli mogą być wykonane z płyty HDF 3,2 mm. Odstępstwo stanowi sytuacja, w której mebel stoi plecami w kierunku środka pomieszczenia, co zdarza się w biurkach lub zabudowie typu "L" - wówczas plecy powinny być wykonane z płyty meblowej min. 10 mm.

51. Jaki rodzaj szuflad Zamawiający wymaga w meblach?

Odp. Tradycyjne szuflady na prowadnicach wykonane z MDF pokrytego laminatem lub okleiną. Bez samodomykaczy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 96 mm. W szufladach zamykanych na klucz, dopuszcza się jeden zamek na kilka szuflad (zamki centralne).

52. Meble posadowione na nóżkach metalowych 10 cm?

Odp. Tak - meble posadowione na nóżkach metalowych 10 cm.

53. Blaty w zabudowach meblowych typu postforming pokryte HPL gr min 28 mm?

Odp. W pomieszczeniach zabiegowych blaty z płyty typu postforming o gr. min 28 mm pokryte laminatem. Zamawiający dopuszcza blaty z HPL o min. grubości 12 mm w pomieszczeniach zabiegowych. W pomieszczeniach socjalnych i biurowych blaty z płyty meblowej o gr. 18 mm.

54. Blaty biurek i stolików z płyty meblowej 18 mm?

Odp. W pomieszczeniach zabiegowych blaty z płyty typu postforming o gr. min 28 mm pokryte laminatem. Zamawiający dopuszcza blaty z HPL o min. grubości 12 mm w pomieszczeniach zabiegowych. W pomieszczeniach socjalnych i biurowych blaty z płyty meblowej o gr. 18 mm.

55. Zlewy, umywalki, baterie są po stronie Zamawiającego?

Odp. Tak.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



56. Stoły, stoliki, ławy mają posiadać podstawę w postaci stelaża metalowego malowanego proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza stelaż metalowy lub podstawę z płyty meblowej.

57. Regały magazynowe mają być wykonana z płyty meblowej czy metalowe?

Odp. Regały zgodne z rysunkami z płyty meblowej.

58. Dotyczy mebli na oddziale ginekologiczno-położniczym – Zamawiający opisuje meble w niektórych pozycjach jako wyższy standard – proszę o doprecyzowanie standardu podstawowego i wyższego.

Odp. Standard podstawowy - meble wykonane z płyty meblowej o gr. 18 mm na nóżkach metalowych.

Standard wyższy - meble wykonane z płyty meblowej o gr. 18 mm odpornej na płyny dezynfekcyjne stosowane na co dzień w szpitalach, na stelażu metalowym (np. aluminiowym), na nóżkach metalowych. Blaty szafek i biurka typu postforming pokryte HPL o gr min 28 mm.

59. Proszę o doprecyzowanie – jeśli na rysunkach pojawiają się zapisy 0 krzesel, foteli obrotowych, kanap – a nie ma tego asortymentu w tabeli – zestawieniu mebli – oferent nie wlicza ich do oferty?

Odp. Jeżeli nie ma tego asortymentu w tabeli - oferent nie wlicza ich do oferty.

60. Czy meble mają być wykonane w technologii płycinowej i łączone na konfirmat czy bez widocznych połączeń na mimośrodowo ?

Odp. Zamawiający dopuszcza obie technologie.

61. Czy meble mają posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) na gotowy wyrób dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych?

Odp. Zamawiający nie wymaga.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



62. Czy na biurkach i stołach blaty mają być wykonane z hpl czy z płyty wiórowej?

Odp. W pomieszczeniach zabiegowych blaty z płyty typu postforming o gr. min 28 mm pokryte laminatem. Zamawiający dopuszcza blaty z HPL o min. grubości 12 mm w pomieszczeniach zabiegowych. W pomieszczeniach socjalnych i biurowych blaty z płyty meblowej o gr. 18 mm.

Informacje dodatkowe do Części 2-5:

Szafki górne zawieszane na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby, należy dopasować do istniejących ścian budynku. Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod-kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany. Przedstawiciel Wykonawcy mebli musi sprawdzić wymiary i ustawienie osobiście, gdyż projekty w większości powstawały przed etapem budowlanym i mogły zajść niewielkie zmiany. Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. Umieszczenie półek w meblach powinno mieć możliwość zmiany wysokości - przynajmniej o 2 poziomy. Kolorystyka musi być uzgodniona z bezpośrednim użytkownikiem to jest z kierownictwem Oddziału (ordynator, oddziałowa), na który będą wykonywane meble.

Dotyczy Części nr 7 i 8

63. Czy zamawiający przeniesie wózek transportowy dla dorosłych z zadania nr 8 do zadania nr 7 ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie wózka transportowego dla dorosłych z Części nr 8 do Części nr 7.

Zadanie 25 - 1. Defibrylator – 1 szt. (Pediatria)

64. pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z energią dwufazową w zakresie od 1-360J, posiadający 23 stopnie energii defibrylacji?



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Odp. Zamawiający dopuszcza.

65. pkt. 8. W związku z przeznaczeniem defibrylatora na oddział pediatryczny, czy Zamawiający będzie wymagał dostępności zakresu energii w trybie AED w zakresie od 10-100J? Są to wartości energii dostępne przy defibrylacji dzieci o wadze poniżej 25 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

66. pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z regulacją czasu wydruku: 8, 16, 32 sek. oraz tryb ciągle wydruku? Przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w tym punkcie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

67. pkt. 27. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony we wzmocnienie sygnału EKG min. x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4 – ręczne; AUTO - automatyczne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

68. pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością analizy i przeglądu bieżącego odcinka ST z zapisanym fragmentem referencyjnego odcinka ST dowolnego odprowadzenia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

69. pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z alarmem bezdechu regulowanym w zakresie od 10 - 40 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

70. pkt. 49. Czy Zamawiający dopuści defibrylator zakresem programowania interwałów w trybie Auto w zakresie 1-480 minut?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

71. pkt. 55. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 10 poziomów?



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Odp. Zamawiający dopuszcza.

72. pkt. 58. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością podłączenia pod system centralnego monitoringu razem z kardiomonitorami tego samego producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część 20 – Inkubator zamknięty, stanowisko do resuscytacji 1. Inkubator do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem – 2 szt. (Neonatologia)

73. Lp. 1.3 - Czy Zamawiający dopuści inkubator o maksymalnym zakresie zmiany wysokości 20 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

74. Lp. 1.4 - Czy Zamawiający dopuści inkubator o długości łóżeczka 81 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

75. Lp. 1.7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora z ekranem ciekłokrystalicznym LCD nie dotykowym o przekątnej 5,7 cala wyposażonym w przyciski stałe rozmieszczone po jego bokach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

76. Lp. 2.5 - Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający filtr powietrza o parametrach: 0,3 mikrona - skuteczność 99,9% bez funkcji wyświetlania informacji o jego wymianie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

77. Lp. 2.6 - Czy Zamawiający dopuści inkubator, w którym w celu wprowadzenia kasety rtg należy nieznacznie unieść kopułę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

78. Lp.2.7 – Czy Zamawiający dopuści inkubator, w którym regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy jest w zakresie 12 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora?



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Odp. Zamawiający dopuszcza.

79. Lp. 2.12 - Czy Zamawiający dopuści inkubator o poziomie głośności bez serwowrgulacji tlenu <47 dBA?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

80. Lp. 6.1 - Czy Zamawiający dopuści inkubator który monitoruje stężenie tlenu pod kopułą inkubatora w zakresie 18-100%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

81. Lp. 6.1 - Czy Zamawiający dopuści inkubator, który nie wyświetla informacji o wykorzystaniu mocy grzałki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

82. Lp. 6.3 - Czy Zamawiający dopuści inkubator, który nie wyświetla trendu o wykorzystaniu mocy grzałki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

83. Lp. 8.1 - Czy Zamawiający dopuści inkubator o wewnętrznych ściankach odchylanych do mycia i dezynfekcji gdyż mocowane są zawiasowo do ścianek inkubatora?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

84. Lp. 8.2 - Czy Zamawiający dopuści inkubator o wysuwane głowicy pomiarowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

85. Lp. 9.3 - Czy Zamawiający dopuści inkubator bez bawełnianych pokrowców na materacyk?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

86. Lp. 9.5 - Czy Zamawiający dopuści inkubator, który nie potrzebuje specjalnych zestawów do napełniania nawilżacza?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



87. Lp. 9.6 - Czy Zamawiający dopuści inkubator z możliwością wyposażenia w pulsoksymetr obsługiwany z osobnego ekranu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Stanowisko do resuscytacji noworodka – 2 szt. (Neonatologia)

88. Lp. 1.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stanowiska do resuscytacji o wymiarach 77,5 x 137,5 x 220 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

89. Lp. 1.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o równoważnym źródłem IR?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

90. Lp. 1.4 - Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał zaoferowania urządzenia z promiennikiem osadzonym na stałe w taki sposób iż zapewnia on równomierne ogrzewanie całego materacyka oraz nie przeszkadza w wykonaniu zdjęć Rtg?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

91. Lp. 1.4.1 - Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał zaoferowania urządzenia z promiennikiem osadzonym na stałe w taki sposób iż zapewnia on równomierne ogrzewanie całego materacyka oraz nie przeszkadza w wykonaniu zdjęć Rtg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

92. Lp. 1.5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w tryb wstępnego nagrzewania składającej się z trzech etapów:

1. Moc promiennika ustawiona jest na 100 % przez 3 minuty

2. Moc promiennika ustawiona jest na 60 % przez 11 minut 30 sekund

3. Moc promiennika ustawiona jest na 30 % aż użytkownik ustawi jakąś wartość?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



93. Lp. 1.10 - Czy Zamawiający będzie wymagał wskaźnika kąta nachylenia łóżeczka wyświetlany na ekranie stanowiska do resuscytacji co znacząco wpływa na łatwość pozycjonowanie pacjenta i przestrzegania procedur?

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał.

94. Lp. 1.11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w materacyk o wymiarach min. 47 x 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

95. Lp. 1.12 lit. D – G - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w ścianki bez mechanizmów wolnego opadania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

96. Lp. 1.13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w kasetę Rtg dostępną z dwóch stron stanowiska do resuscytacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

97. Lp. 1.14.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w zintegrowane oświetlenie z trzystopniową regulacją natężenia światła w zakresach 30, 75 i 125 lux?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

98. Lp. 3.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w zegar APGAR z 3 sygnałami dźwiękowymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

99. Lp. 3.1.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez zegara CPR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



100. Lp. 3.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez prześcieradełka na materacyk?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

101. Lp. 3.5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażone w zintegrowany moduł resuscytacyjny o regulowanym ciśnieniu wdechowym w zakresie min. od 0 do 40 cmH₂O oraz PEEP programowany w zakresie: przy 10 L/min, PEEP min. <0,4 kPa (4 cmH₂O); przy 15 L/min, PEEP maks. > 1,4 kPa (14 cmH₂O)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

102. Lp. 3.5 - Czy Zamawiający będzie wymagał stanowiska wyposażonego w zintegrowany moduł automatycznej podaży oddechów?

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał.

Załącznik nr 4.19 Pytania do Kardiomonitor – 3 szt. (Pediatria)

103. Pytanie 1 / punkt 1 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 15" (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) dużym kącie widzenia (powyżej 160o). ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

104. Pytanie 2 / punkt 5 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor zasilany z akumulatora min. 60 minut pracy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

105. Pytanie 3/ punkt 9 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z Analiza arytmii EKG min.30-300/min. Prędkość przesuwu krzywej min: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s., wzmocnienie: 0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5-żyłowego oraz monitorowanie 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 –żyłowego ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



106. Pytanie 4 / punkt 12 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 21 kategorie zaburzeń rytmu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

107. Pytanie 5 / punkt 15 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

108. Pytanie 6 / punkt 16,17 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg co najmniej 1 wzór bez prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

109. Pytanie 6 / punkt 18 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem oddechu RESP co najmniej od 5 do 150 R/min. i prędkość przesuwu 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

110. Pytanie 7 / punkt 23 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem temperatury, dwoma torami pomiarowymi. Z zakresem pomiarowy co najmniej od 5 do 50°C. Wyświetlaniem T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wyborem etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 9 etykiet zapisanych w pamięci monitora z możliwością wpisywania własnych nazw?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



111. Pytanie 8 / punkt 20 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem częstości pulsu wraz nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 15 – 270 ud./min P/min.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Stacja centralnego monitorowania– 1 szt. (Pediatria)

112. Pytanie 9 / punkt 1 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy komputer medyczny typu all-in-one z podwójnym nie zależnym ekranem umożliwiający podłączenie do 32 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje kompatybilna z oferowanymi monitorami ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

113. Pytanie 10 / punkt 5 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy komputer medyczny z jednym ekranem o przekątnej co najmniej 24 cali ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

114. Pytanie 11/ punkt 8 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy komputer medyczny bez wyświetlania na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

115. Pytanie 12/ punkt 15 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy komputer medyczny bez możliwości podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podglądu za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



116. Pytanie 13/ punkt 24 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy komputer medyczny bez możliwości rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

117. Pytanie 14/ punkt 14 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy komputer medyczny bez możliwości wyświetlenia na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (np. respiratory) podłączonych do monitora pacjenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania do Załącznik 4.15 część 15

118. Dot. Części 15, Czy Zamawiający zgodzi się na przeniesienie pozycji: 1. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 6 szt. (Pediatria) do oddzielnej części, co umożliwi złożenie bardziej korzystnej oferty?

Odp. Zamawiający informuje, że od 2021 roku nie ma technicznej możliwości tworzenia nowych części (pakietów) w ogłoszonym postępowaniu. System e-zamowienia uniemożliwia dodawanie części w trwającym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający nie utworzy z pozycji: 1. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 6 szt. (Pediatria) oddzielnej części.

119. Dot. Lp.10 Czy Zamawiający dopuści pompy z funkcją Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 00:00:01 do 23:59:59?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

120. Dot. Lp. 12 Czy Zamawiający dopuści pompy z możliwością regulacji jasności ekranu na 8 poziomach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

121. Dot. Lp. 15 Czy Zamawiający dopuści pompy z regulacją głośności: 8 poziomów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Dotyczy części 15 - 1. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 6 szt. (Pediatria)

122. Ad.2 Czy Zamawiający dopuści klasę ochronności zgodnie z IEC/EN60601-2-24: Klasa II, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

123. Ad.4 Czy Zamawiający dopuści napęd strzykawki automatycznej, z manualnym mocowaniem strzykawki, z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

124. Ad.5 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm z bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturą symboliczną rozmieszczoną wokół ekranu umożliwiającą łatwą obsługę pompy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

125. Ad.9 Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną posiadającą stopień ochrony przed zalaniem IP 32 zgodnie z normami: EN/IEC 60601-1 i EN/IEC 60601-1-8?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

126. Ad.10 Czy Zamawiający dopuści funkcję stand-by (pauzy) programowaną przez użytkownika w zakresie od 1 min do 24 godz.? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić iż proponowany zakres nie ma wpływu na walory kliniczne ani użytkowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

127. Ad.12 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji kontrastu ekranu na min. 10 poziomach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

128. Ad.14 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści pompę z wbudowanym gniazdem RS232? Dodam, iż w przypadku oferowanych przez nas pomp komunikacja odbywa się przy wykorzystaniu portu RS232.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Odp. Zamawiający dopuszcza.

129. Ad.15 Czy Zamawiający dopuści regulację głośności min. 7 poziomów? Chcielibyśmy nadmienić, iż ilość poziomów regulacji głośności nie ma wpływu na walory użytkowe pompy, tym bardziej, że każdy z producentów stosuje różne rozwiązania zachowując tą samą funkcję.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

130. Ad.17 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści pompę z możliwością wyboru czasu rozpoczęcia automatycznej blokady ekranu od min. 1 s. do 60 s.? Jest to optymalny czas, który pozwala na ewentualne modyfikacje parametrów infuzji po zakończonym programowaniu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

131. Ad.22 Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną bez automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki? Proponowane przez nas pompy posiadają szeroki zakres skalibrowanych strzykawek ogólnodostępnych różnych producentów np. Braun, Terumo, Becton Dickinson, Covidien, Codan, Margomed, Nipro, Fresenius?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

132. Ad.26 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową skalibrowaną do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml? Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawki 1-3ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 - 1,5 ml do infuzji, a przy jeszcze mniejszej objętości strzykawki nie uda się nawet napęlić drenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

133. Ad. 27 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z dostępnymi trybami infuzji:

- Tryb podstawowy,
- Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



- Tryb dawki nasycającej
- Tryb według objętości/czasu
- Tryb dawki/czasu
- Tryb -infuzji z limitem objętości
- Tryb infuzji bolusowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

134. Ad. 28 Czy Zamawiający dopuści pompę z dokładnością podaży +/- 3% spełniającą wymogi normy IEC 60601-2-24?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

135. Ad. 29 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: ng, µg, mg, g, mmol, mjedn, jedn., cal, kcal, mEq /ml

Odp. Zamawiający dopuszcza.

136. Ad. 30 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24 h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24 h, mg/m²/h, mg/m²/24 h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24 h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24 h, mjedn./min, mjedn./kg/min, mjedn./kg/h, jedn./min, jedn./h, jedn./kg/min, jedn./kg/h, kcal/h, kcal/24 h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

137. Ad. 31 Czy Zamawiający dopuści regulowane progi ciśnienia w zakresie 50–900 mmHg. (co 25 mmHg w przedziale 50–250 mmHg / co 50 mmHg w przedziale 250–900 mmHg). A dodatkowo pompa wyposażona w dynamiczny system pomiaru ciśnienia, który ostrzega o zmianach ciśnienia i można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



138. Ad. 32 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną rozmieszczoną wokół ekranu umożliwiającą łatwą obsługę pompy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

139. Ad. 34 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

140. Ad. 37 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością podaży: 0,1–1200 ml/h

Odp. Zamawiający dopuszcza.

141. Ad.40 Czy Zamawiający dopuści prędkość infuzji w zakresie od 0,1 – 9,99 ml/h programowana co 0,01?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

142. Ad.41 Czy Zamawiający dopuści prędkość infuzji w zakresie od 10 – 99,9 ml/h programowana co 0,1 i od 100 – 1200 ml/ programowana co 1ml ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

143. Ad.42 Czy Zamawiający dopuści prędkość podaży bolusa od 0,1 - 1200 ml/h?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

144. Ad.43 Czy Zamawiający dopuści funkcję programowania objętości do podawania min. 0,01-999 ml programowana co 0,01 ml dla zakresu 0,01 – 9,99, co 0,1ml dla zakresu 10 – 99,9, co 1ml dla zakresu 100 – 999 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

145. Ad.47 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z możliwością wgrania biblioteki leków z możliwością zapisania w pompie procedur dozowania leków, z podziałem biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



na 19 profili, bez kodowania kolorami. Wybór oddziału dostępny w pompie. Zawierającą 2850 leków? Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, Nazwa leku naprzemiennie widoczna na wyświetlaczu pompy z informacjami o alarmach, możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera przy pomocy dedykowanego oprogramowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

146. Ad.60 Czy Zamawiający dopuści alarm przypominający o przerwaniu procesie programowania infuzji bez możliwości programowania czasu przypomnienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

147. Ad.61 Czy Zamawiający dopuści pompę nie posiadającą funkcję kaskady?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

148. Ad.65 Czy Zamawiający dopuści Ochrona przed wilgocią IP22 zgodne z EN/IEC 60601-1?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

149. Ad.66 Czy Zamawiający dopuści możliwość zamontowania min. 8 pomp strzykawkowych na jednej stacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pompa infuzyjna strzykawkowa – 4 szt. (Neonatologia)

150. Ad.1 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści pompę z możliwością wyboru czasu rozpoczęcia automatycznej blokady ekranu od min. 1 s. do 60 s.? Jest to optymalny czas, który pozwala na ewentualne modyfikacje parametrów infuzji po zakończonym programowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

151. Ad.3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością podaży: 0,1–1200 ml/h?



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

152. Ad.4 Czy Zamawiający dopuści funkcję programowania objętości min. 0,01-999 ml programowana co 0,01 ml dla zakresu 0,01 – 9,99, co 0,1ml dla zakresu 10 – 99,9, co 1ml dla zakresu 100 – 999 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

153. Ad.5 Czy Zamawiający dopuści szybkość dozowania Bolus-a min. 0,1 - 1200 ml/h?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

154. Ad.8 Czy Zamawiający dopuści detekcję okluzji w zakresie min. 50- 900 mmHg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

155. Ad.9 Czy Zamawiający dopuści KVO w zakresie min. 0,1-5,0 ml/h w zakresie 0,01 ml/h?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

156. Ad.11 Czy Zamawiający dopuści montowanie strzykawki od czoła pompy bez odchylanego panelu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

157. Ad.13 Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze max. 2,1 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

158. Ad.14 Czy Zamawiający dopuści wymiary pompy 135 × 345 × 170 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

159. Ad.15 Czy Zamawiający dopuści pompę o wysokiej odporności IP32?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

160. Ad.16 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm ×



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



35 mm z bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturą symboliczną rozmieszczoną wokół ekranu umożliwiającą łatwą obsługę pompy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

161. Ad.17 Czy Zamawiający dopuści pompę z regulacją kontrastu, posiadającą tryb wyświetlania dzień /noc?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

162. Ad.18 Czy Zamawiający dopuści pompę z dokładnością podaży +/- 3% spełniającą wymogi normy IEC 60601-2-24?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

163. Ad.19 Czy Zamawiający dopuści pompę bez trybu mikro-infuzji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

164. Ad.20 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

165. Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznika nr 4.20 - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych - Inkubator do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem – 2 szt. (Neonatologia). *Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż przedstawione przez niego zestawienia parametrów technicznych w każdej lokalizacji jasno wskazują na jedno konkretne rozwiązanie poprzez parametry wymagane oraz punktację techniczną. Ten sposób opisu łamie zasadę konkurencyjności postępowania, do której Zamawiający jest zobligowany, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Dodatkowo zwracamy uwagę, że Zamawiający przydzielił punktację w ocenie technicznej*



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



parametrom o niskim znaczeniu klinicznym, będącymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi konkretnego producenta, zamiast premiować rozwiązania o znaczeniu klinicznym, zapewniające bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego. Niemniej jednak nie zakładamy złej woli Zamawiającego, a jedynie wprowadzenie go w błąd przez niektóre osoby. W związku z powyższym, aby umożliwić nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty wnosimy o dopuszczenie do postępowania nowoczesnego inkubatora zamkniętego oraz stanowiska do resuscytacji renomowanego producenta, o funkcjonalnościach opisanych w poniższych tabelach:

| I.p. | PARAMETR | WYMAGANIE | punktacja | PARAMETRY OFEROWANE |
|-------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| I | PARAMETRY | TAK | Bez oceny | |
| 1 | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nie starszy niż rocznik 2024 | TAK | Bez oceny | |
| 2 | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem | TAK | Bez oceny | |
| 3 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce | TAK | Bez oceny | |
| 4 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | TAK | Bez oceny | |
| 5 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiającą dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora | TAK | Bez oceny | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 6 | Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwoleżynowych | TAK | Bez oceny | |
| 7 | Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem. | TAK | Bez oceny | |
| 8 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej, zapewniając w ten sposób minimalizację spadku temperatury wewnątrz kopuły inkubatora. Dysze wylotu powietrza w podstawie leżą skierowane pionowo do góry. | TAK | Bez oceny | |
| 8 | Regulacja pochylenia materacyka +/-12 stopni | TAK | Bez oceny | |
| 9 | Otwierana ścianka boczna z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. | TAK | Bez oceny | |
| 10 | Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360°), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych. Zamawiający dopuszcza podstawę materacyka nieobrotową. | TAK | Podstawa obrotowa – 10 pkt Podstawa nieobrotowa – 0 pkt | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|----|---|-----|--|--|
| 11 | Podstawa materacyka wysuwana obustronnie | TAK | Bez oceny | |
| 12 | Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka, ze znacznikami pozycji kasety | TAK | Bez oceny | |
| 13 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK | Bez oceny | |
| 14 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki | TAK | Bez oceny | |
| 15 | Automatyczny dobór temperatury komfortu ciepłego dla przyjmowanego noworodka na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka Zamawiający dopuszcza bez automatycznego doboru temperatury. | TAK | Automatyczny dobór temperatury – 5 pkt. Bez automatycznego doboru temperatury – 0 pkt | |
| 16 | Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta | TAK | Bez oceny | |
| 17 | Średni poziom hałasu pod kopułą 40dB | TAK | <40 dB -10 pkt = 40 dB – 0 pkt | |
| 18 | System bezdotykowego wyciszania alarmów. Zamawiający dopuszcza dotykowe wyciszenie alarmu | TAK | Bezdotykowy system – 5 pkt Dotykowy system – 0 pkt | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|----|---|-----|-----------|--|
| 19 | Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | TAK | Bez oceny | |
| 20 | Zakres regulacji nawilżania (30÷90)%. | TAK | Bez oceny | |
| 21 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu. | TAK | Bez oceny | |
| 22 | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje | TAK | Bez oceny | |
| 23 | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) | TAK | Bez oceny | |
| 24 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka | TAK | Bez oceny | |
| 25 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule | TAK | Bez oceny | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|----|--|-----|-----------|--|
| 26 | Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym wyświetlaczem (ekranem) powyżej 10 cali umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów | TAK | Bez oceny | |
| 27 | Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora. | TAK | Bez oceny | |
| 28 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej) | TAK | Bez oceny | |
| 29 | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów oraz braku wody w pojemniku nawilżacza | TAK | Bez oceny | |
| 30 | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci | TAK | Bez oceny | |
| 31 | Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka z dokładnością $\pm 10g$, zakres od 300 g do 8 kg | TAK | Bez oceny | |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|-----|--|-------------------|--------------------|
| 1. | Inkubator otwarty (stanowisko do resuscytacji) o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. | TAK | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | |
|-----|--|-----------------------------|--|
| 2. | Min. dwa koła wyposażone w hamulce | TAK | |
| 3. | Zasilanie 230 V | TAK | |
| 4. | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych. | TAK | |
| 5. | Menu aparatu w j. polskim | TAK | |
| 6. | Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie min. +/-10°. | TAK | |
| 7. | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseła wysuwana po obu stronach inkubatora | TAK | |
| 8. | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | |
| 9. | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK | |
| 10. | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomego panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)%, moc min. 300W | TAK | |
| 11. | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kontem po stronie | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | |
|-----|---|-----|--|
| | panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort przy pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka | | |
| 12. | Lampa zabiegowa umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, min. 2000 lux | TAK | |
| 13. | Opuszczane, przeziernie ścianki boczne inkubatora | TAK | |
| 14. | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min. od 35 do 37 °C | TAK | |
| 15. | Manualna regulacja temperatury | TAK | |
| 16. | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta w zakresie min. od 34 do 40 °C z dokładnością czujnika $\pm 0,1$ °C | TAK | |
| 17. | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka | TAK | |
| 18. | Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający wpływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji | TAK | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | |
|-----|--|-----------------------------|--|
| | APGAR noworodka. Możliwość wł/wył. tej funkcji | | |
| 19. | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH ₂ O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | |
| 20. | Ssak z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowany w główny panel sterujący inkubatora otwartego | TAK | |
| 21. | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport | TAK | |
| 22. | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt | |
| 23. | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu | TAK | |
| 24. | System szuflad-pojemników o obciążeniu min. 5kg | TAK | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 25. | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego | TAK | |
| 26. | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 2szt/stanowisko. | TAK | |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż dopuszczenie propozycji Wykonawcy doprowadziłoby do braku porównywalności złożonych ofert ze względu na zastosowanie różnych kryteriów oceny. Zamawiający informuje, że w SWZ określono minimalne wymagania techniczne, uzasadnione rzeczywistymi i przyszłymi potrzebami Zamawiającego. Mając na uwadze poprawność merytoryczną prowadzonego postępowania oraz interes Zamawiającego, wydatkującego środki publiczne, przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych dla potencjalnych uczestników postępowania określeń i terminów. Zapytanie Wykonawcy jednoznacznie zmierza do dostosowania opisu przedmiotu zamówienia do potrzeb Wykonawcy, a nie Zamawiającego. Zamawiający zapewnia, że każdą złożoną ofertę w przedmiotowym zamówieniu będzie szczegółowo sprawdzał i ewentualnie dopytywał o jej szczegóły.

166. Pytanie nr 2- dotyczy Załącznika nr 4.21 - Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych - Inkubator hybrydowy – 1 szt. (Pediatria). *Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż przedstawione przez niego zestawienia parametrów technicznych w zakresie inkubatora hybrydowego oraz lampy do fototerapii jasno wskazują na jedno konkretne rozwiązanie poprzez parametry wymagane oraz punktację techniczną. Ten sposób opisu łamie zasadę konkurencyjności postępowania, do której Zamawiający jest zobligowany, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Dodatkowo zwracamy uwagę, że Zamawiający przydzielił punktację w ocenie technicznej parametrom o niskim znaczeniu klinicznym, będącymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi konkretnego producenta, zamiast premiować rozwiązania o znaczeniu klinicznym, zapewniające bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego. Niemniej jednak nie zakładamy złej woli Zamawiającego, a jedynie wprowadzenie go w błąd przez niektóre osoby. W związku z*



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



powyższym, aby umożliwić nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty wnosimy o dopuszczenie do postępowania nowoczesnego inkubatora hybrydowego oraz lampy do fototerapii, o funkcjonalnościach opisanych w poniższych tabelach:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowane | Ocena w punktach |
|------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Inkubator hybrydowy, przeznaczony do intensywnej opieki medycznej nad wcześniakami i noworodkami z upośledzonymi podstawowymi czynnościami życiowymi. | TAK | | |
| 2 | Inkubator hybrydowy z możliwością dostosowania do pracy jako inkubator otwarty i inkubator zamknięty. | TAK | | |
| 3 | Inkubator na podstawie jezdnej z 4-ma kołami z możliwością blokady wszystkich kół. | TAK | | |
| 4 | Możliwość przekształcenia inkubatora zamkniętego w inkubator otwarty z czynnym promiennikiem, grzejącym od góry, bez użycia serwisu w czasie do 1 minuty. | TAK | | |
| 5 | Możliwość przekształcenia inkubatora otwartego w inkubator zamknięty bez użycia serwisu w czasie do 1 minuty. | TAK | | |
| 6 | Łóżeczko inkubatora. | TAK | | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|-----|--|---------|--|-----------------------------|
| 6.1 | Wymiary materacyka: 64,8cm x 48,8 cm | TAK | | |
| 6.2 | Materacyk o właściwościach przeciwodleżynowych. | TAK | | |
| 6.3 | Możliwość obracania łóżeczka o kąt 360° w celu uzyskania pożądanego dostępu do pacjenta. | TAK/NIE | | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 6.4 | Możliwość wysunięcia łóżeczka na zewnątrz inkubatora z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i przechyleniem przy wysunięciu. | TAK | | |
| 1 | Możliwość wysunięcia łóżeczka bocznie obustronnie | TAK | | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 6.5 | Możliwość płynnej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0÷12°. | TAK | | |
| 6.6 | Możliwość płynnej regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0÷12°. | TAK | | |
| 6.7 | Wbudowana taca na kasety RTG, umożliwiająca wykonywanie zdjęć RTG poprzez pokrywę inkubatora i ograniczenie niepokojenia pacjenta. | TAK | | |
| 7 | Kopuła inkubatora. | TAK | | |
| 7.1 | Podwójne ścianki kopuły. | TAK | | |
| 7.2 | Odchylana przednia i boczne ścianki łóżeczka oraz z możliwość | TAK | | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|-----|--|-----|--|-----------------------------|
| | wyjęcia ścianki przedniej, tylnej i bocznych np. na potrzeby ich czyszczenia | | | |
| 7.3 | Unoszona górna część kopuły inkubatora. | TAK | | |
| 7.4 | Otwory pielęgnacyjne z zamknięciem: minimum po 2 otwory w ściankach bocznych. | TAK | | |
| 7.5 | Uszczelnione przepusty na przewody. | TAK | | |
| 7.6 | Kurtyna ciepłego powietrza, zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza inkubatora po otwarciu. | TAK | | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 7.7 | Ogrzewanie promiennikiem cieplnym po uniesieniu kopuły inkubatora. | TAK | | |
| 8 | Regulacja temperatury, nawilżania i stężenia tlenu. | TAK | | |
| 9 | Regulacja temperatury. | | | |
| 9.1 | Automatyczna regulacja temperatury powietrza. | TAK | | |
| 9.2 | Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury skóry pacjenta w zakresie minimum 35÷37,5°C. | TAK | | |
| 9.3 | Automatyczna regulacja temperatury, bazująca na pomiarze temperatury powietrza lub temperatury ciała pacjenta. | TAK | | |
| 9.4 | Zakres regulacji temperatury | TAK | | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|------|--|-----|--|-----------------------------|
| | powietrza: minimum 25÷39°C. | | | |
| 9.5 | Czas osiągnięcia temperatury 39°C po „zimnym” starcie w otoczeniu o temperaturze 25°C i wilgotności względnej 50%: nie większy niż 60 minut. | TAK | | |
| 9.6 | Dokładność pomiaru temperatury noworodka w zakresie 30÷42°C: nie gorsza niż ±0,3°C. | TAK | | |
| 10 | Regulacja nawilżania powietrza. | | | |
| 10.1 | Automatyczna regulacja nawilżania powietrza. | TAK | | |
| 10.2 | Zakres regulacji nawilżania powietrza przy wilgotności względnej otoczenia 50%: minimum do wilgotności względnej 85%. | TAK | | |
| 10.3 | Rozdzielczość nastaw wilgotności względnej: nie gorsza niż 5%. | TAK | | |
| 10.4 | Czas od uruchomienia inkubatora do osiągnięcia temperatury 39°C i wilgotności względnej 75% w pomieszczeniu o temperaturze 25°C i wilgotności względnej 50%: nie większy niż 60 minut. | TAK | | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 11 | Regulacja stężenia tlenu. | | | |
| 11.1 | Automatyczne utrzymywanie zadanej wartości stężenia tlenu. | TAK | | |
| 11.2 | Zakres regulacji stężenia tlenu: | TAK | | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|------|--|-----|--|--|
| | nie mniejszy niż 22÷65%. <i>Podać.</i> | | | |
| 11.3 | Rozdzielczość nastaw stężenia tlenu: nie gorsza niż 1%. <i>Podać.</i> | TAK | | |
| 11.4 | Dokładność regulacji stężenia tlenu: nie gorsza niż 5%. <i>Podać.</i> | TAK | | |
| 12 | Inkubator wyposażony w zintegrowaną wagę elektroniczną. | TAK | | |
| 12.1 | Zakres pomiarowy wagi: minimum 0,3÷7 kg. <i>Podać.</i> | TAK | | |
| 12.2 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż ±10g. <i>Podać.</i> | TAK | | |
| 13 | System alarmów. | TAK | | |
| 13.1 | Alarmy akustyczne i wizualne. | TAK | | |
| 13.2 | Alarmy przekroczenia zadanej temperatury powietrza. | TAK | | |
| 13.3 | Alarmy przekroczenia zadanej temperatury na skórze pacjenta. | TAK | | |
| 13.4 | Alarm zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza. | TAK | | |
| 13.5 | Alarmy uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury. | TAK | | |
| 13.6 | Alarm zaniku napięcia zasilającego. | TAK | | |
| 13.7 | Alarm uszkodzonej grzałki. | TAK | | |
| 13.8 | Alarm niskiego poziomu wody w nawilżaczu. | TAK | | |
| 13.9 | Alarm awarii wagi. | TAK | | |
| 14 | Mikroprocesorowy system | TAK | | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|----|--|--|-----|-----------------------------|
| | sterowania parametrów inkubatora. | | | |
| 15 | Dostęp do panelu sterowania dla personelu medycznego z lewej lub prawej strony inkubatora. | TAK | | |
| 16 | Wyświetlanie parametrów pracy inkubatora – wyświetlane informacje czytelne z obu stron inkubatora. | TAK | | |
| 17 | Inkubator wyposażony w automatyczny system testowania po włączeniu oraz w trakcie pracy. | TAK | | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 18 | System elektrycznej regulacji wysokości łożeczka. | TAK | | |
| | 1 | Dostęp do organów regulacji z obu stron inkubatora. | TAK | |
| | 2 | Zakres regulacji wysokości: minimum $\Delta=h_{\max}-h_{\min}=25\text{cm}$. | TAK | |
| 19 | Wbudowana funkcja rejestracji trendów ustawień temperatury, wilgotności i stężenia tlenu oraz wagi pacjenta. | TAK | | |
| 20 | Inkubator wyposażony w półkę pod monitor. | TAK | | |
| | 1 | Dopuszczalne obciążenie półki pod monitor: minimum 10 kg. | TAK | |
| 21 | Szyny boczne inkubatora do mocowania akcesoriów. | TAK | | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|----|---|---|-----|-----------------------------|
| | 1 | Dopuszczalne obciążenie każdej szyny: minimum 10 kg. | TAK | |
| 22 | | Szuflada lub szafka, umieszczona pod łóżeczkiem inkubatora, na akcesoria i przybory pielęgnacyjne. | TAK | |
| | 1 | Dopuszczalne obciążenie szuflady lub szafki: minimum 6 kg. <i>Podać.</i> | TAK | |
| 23 | | Komunikacja personelu medycznego z inkubatorem w języku polskim. | TAK | |
| 24 | | Poziom hałasu (wytwarzanego przez inkubator) we wnętrzu inkubatora, pracującego w trybie inkubatora zamkniętego: nie większy niż 47 dB. <i>Podać.</i> | TAK | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 25 | | Zasilanie z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz. | TAK | |
| 26 | | Wymiary inkubatora | | |
| | 1 | Szerokość: nie większa niż 70 cm. <i>Podać.</i> | TAK | |
| | 2 | Głębokość: nie większa niż 120 cm. <i>Podać.</i> | TAK | |
| | 3 | Wysokość (łóżeczko w najniższej pozycji, pokrywa kopyły zamknięta): nie większa niż 152 cm. | TAK | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|----|---|---|-----|--|
| | 4 | Wysokość (łożeczko w najwyższej pozycji, pokrywa kopuły zamknięta): nie większa niż 180 cm. | TAK | |
| 27 | | Masa inkubatora: nie większa niż 150 kg. <i>Podać.</i> | TAK | |

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowane | Ocena w punktach |
|------|---|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | System do fototerapii światłem LED przeznaczony do leczenia hiperbilirubinemii u noworodków. Lampę można wykorzystywać do leczenia noworodków w inkubatorze, otwartym łożeczku lub ogrzewaczu | TAK | | |
| 2 | Długość fali : światło niebieskie o wartości szczytowej od 455 do 465 nm | TAK | | |
| 3 | Powierzchnia efektywnego naświetlania 50x30 cm przy odległości od źródła światła równej 35 cm | TAK/NIE | | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 4 | Możliwość naświetlania dużej powierzchni ciała dziecka | TAK | | |
| 5 | Łatwe przełączanie z niskiego natężenia na wysokie | TAK | | |
| 6 | Do wyboru 2 natężenia promieniowania: | TAK | | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|----|---|---------|--|-----------------------------|
| | – niskie 22 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ wysokie 45 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ | | | |
| 7 | Współczynnik jednorodności > 0,4 | TAK | | |
| 8 | Żywotność diod LED > 50 000 h | TAK/NIE | | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 9 | Jednorodna dystrybucja oświetlenia | TAK | | |
| 10 | Minimalizacja rozpraszania światła poza łóżko w celu ograniczenia ekspozycji na światło lampy | TAK | | |
| 11 | Łatwa regulacja pozycji lampy pionowo | TAK | | |
| 12 | Regulowana wysokość do 47 cm | TAK | | |
| 13 | Możliwość umieszczenia głowicy lampy bezpośrednio na inkubatorze | TAK | | |
| 14 | Łatwe pochylanie zespołu lampy umożliwiające jednoczesne stosowanie wraz z ciepłą promiennikową | TAK/NIE | | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 15 | Maksymalny pobór mocy 20 W | TAK | | |
| 16 | Maksymalny poziom hałasu 22,4 dB | TAK/NIE | | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 17 | Wymiary lampy 530 mm x 550 mm x 1700 mm (przy maksymalnej wysokości) | TAK | | |
| 18 | Waga lampy 2 kg | TAK | | |
| 19 | Lampa wyposażona w uchwyty w formie wgłębień umożliwiające | TAK | | |



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| | stosowanie lampy bez statywu | | | |
| 20 | Statyw na kółkach | TAK | | |
| 21 | Wysokość panelu od podłogi regulowana od 1,13 m do 1,6 m | TAK | | |
| 22 | Podstawa statywu z czterema kółkami wyposażonymi w hamulec | TAK | | |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż dopuszczenie propozycji Wykonawcy doprowadziłoby do braku porównywalności złożonych ofert ze względu na zastosowanie różnych kryteriów oceny. Zamawiający informuje, że w SWZ określono minimalne wymagania techniczne, uzasadnione rzeczywistymi i przyszłymi potrzebami Zamawiającego. Mając na uwadze poprawność merytoryczną prowadzonego postępowania oraz interes Zamawiającego, wydającego środki publiczne, przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych dla potencjalnych uczestników postępowania określeń i terminów. Zapytanie Wykonawcy jednoznacznie zmierza do dostosowania opisu przedmiotu zamówienia do potrzeb Wykonawcy, a nie Zamawiającego. Zamawiający zapewnia, że każdą złożoną ofertę w przedmiotowym zamówieniu będzie szczegółowo sprawdzał i ewentualnie dopytywał o jej szczegóły.

Dotyczy części nr 18 - Wagi

167. Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą o obciążeniu maksymalnym do 20 kg i dokładności odczytu: do 10 kg - 5 g, ponad 10 kg - 10 g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

168. Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą o dokładności odczytu: do 5 kg - 2 g, ponad 5 kg - 5 g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Dotyczy części nr 20 - Inkubator do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem:

169. Czy Zamawiający dopuści cichą i płynną regulację kąta nachylenia podstawy z materacykiem zakresie 12°?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

170. Czy Zamawiający dopuści poziom głośności wewnątrz kopuły >45 dB przy poziomie głośności otoczenia ≤40 dB oraz podczas rozgrzewania: w trybie cichym: <45 dB, w trybie normalnym: <55 dB, w trybie szybkim: >66 dB?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część 18. 1. Waga ze wzrostomierzem ultradźwiękowym- 1 szt. (Pediatria)

171. Pytanie 1, Lp. 1: Czy Zamawiający dopuści wagę pokrytą gumą nieryflowaną, matową? Rozwiązanie zapewni duży stopień bezpieczeństwa zapewniając warstwę antypoślizgową co stanowi duży atut. Dodatkowo materiał jest łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

172. Pytanie 2, Lp. 2: Czy Zamawiający zrezygnuje z odczytów głosowych opisanych w tym punkcie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

173. Pytanie 3, Lp. 3: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia wagi w kołka? Waga jest lekka i pozwala na wygodne przemieszczenie bez konieczności stosowania kółek.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

174. Pytanie 4, Lp.4: Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach platformy szer. x głęb. 355 x 305 mm ? Wymiary platformy są zbliżone do wymaganych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



175. Pytanie 5, Lp. 5: Czy Zamawiający dopuści wagę o jednej dokładności 100 g w całym zakresie? Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego niezauważalny dla użytkownika.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

176. Pytanie 6, Lp. 6: Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną we wzrostomierz o zakresie 120-200cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Część 18, Lp. 2 Waga niemowlęca – 6 szt. (Pediatria)

177. Pytanie 1, Lp. 3: Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu do 10 kg-5g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

178. Pytanie 2, Lp. 4: Czy Zamawiający dopuści wagę o maksymalnym obciążeniu do 20 kg? Jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

179. Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga miarkę (wzrostomierz) kompatybilny z wagą? Miarka daje dodatkową możliwość pomiaru niemowlęcia.

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY / TREŚCI SWZ

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2:

„2. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane w następujących wypadkach oraz wysokościach:

1) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto **należnego za niedostarczoną część przedmiotu zamówienia**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu wskazanym w § 2



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czolgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



ust. 1, do dnia jego faktycznego dostarczenia, potwierzonego podpisanym protokołem odbioru;

2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto **należnego za wadliwą część przedmiotu zamówienia**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, poczynszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad do dnia ich usunięcia włącznie;

4) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, albo przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje postanowienia § 7 ust. 2 projektu umowy.

2. Pytanie nr 1 do pak nr 16, SWZ - rozdział XV punkt 8: Czy Zamawiający zgodzi się na wystawienie faktury w całości (100%) na jeden z podmiotów wyszczególnionych w umowie zamiast wystawiania dwóch różnych faktur z różnymi podmiotami. Prośba ta motywowana jest ograniczeniami systemowymi i brakiem możliwości takiego podziału.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zawarł w projekcie umowy zapisy dot. warunków wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, tj. przekazanie zaliczki Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadającego określoneemu w Regulaminie procentowi udziału własnego w planowanej wartości Inwestycji. Wobec czego Zamawiający oczekuje wystawienia przez Wykonawcę faktury zaliczkowej zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1) umowy w wysokości 15,0% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz faktury końcowej (§ 5 ust. 5 pkt 2) umowy) z kwotą do zapłaty w wysokości pozostałej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawione będą na jeden podmiot: Zamawiającego (§ 5 ust. 7 umowy):



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Nabywca: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841-160-90-72

Odbiorca: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

3. Pytanie nr 2 do umowy § 5 punkt 7: Czy zamawiający oczekuje na fakturze trzech różnych adresów czyli nabywcy (Powiat Lęborski), odbiorcy (Starostwo Powiatowe) oraz adresu dostawy (szpital w Lęborku)? Wykonawca prosi o zgodę na umieszczenie jedynie dwóch adresów na fakturze tj. płatnika i adresu dostawy. Prośba ta motywowana jest ograniczeniami systemowymi wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że faktury powinny być wystawione zgodnie z zapisami § 5 ust. 7 umowy:

Faktury, za wykonanie przedmiotu umowy wystawione będą na Zamawiającego:

Nabywca: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841-160-90-72

Odbiorca: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

4. Pytanie nr 3 do zał. nr 5 umowa, § 5 punkt 13 „Zabezpieczenie zaliczki w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu. Nie przewiduje się zabezpieczenia w pieniądzu.” Czy Zamawiający uchyli się od stwierdzenia „Nie przewiduje się zabezpieczenia w pieniądzu” i zgodzi się na wpłatę zwrotnego wadium (w formie przelewu pieniężnego). Prośba ta motywowana jest występowaniem niezwrotnych kosztów bankowych w przypadku innych form poręczeń niż wadium.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Formy wniesienie zabezpieczenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia zostały ściśle określone w art. 442 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wizji lokalnej przed składaniem ofert?
Odp. Zamawiający wymaga wizji lokalnej wyłącznie dla Części nr 1. Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.
6. dot. umowa § 4 ust. 1 pkt 1) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkolenia w zakresie zadania 10 i 12, ze względu na fakt iż



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT Samorządu
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



asortyment opisany w w/w zadaniach nie wymaga szkolenia a jego obsługa ma charakter typowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7. dot. umowa § 4 ust. 1 pkt 2) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że dla asortymentu, dla którego producent nie przewidział wykonywania przeglądów (zadania 10 i 12) wymóg ten nie będzie miał zastosowania.

Odp. Zamawiający potwierdza.

8. dot. umowa § 4 ust. 1 pkt 5) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w zakresie zadania 10 i 12. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

9. § 6 ust. 4 – Prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni

Odp. Zamawiający informuje, że § 6 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ nie posiada ust. 4. Termin płatności wskazany został w § 5 ust. 6 i wynosi 30 dni.

10. § 10 ust 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar z 0,5% do 0,2%?

Odp. Zamawiający informuje, że wysokość kar umownych została określona w § 7 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ i wynosi 0,1%.

11. Pytanie nr 3 – dotyczy SWZ Rozdz. IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych pkt. 2. 1) – Pakiet nr 20, 21. Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania

Odp. Zamawiający dopuszcza dla wszystkich części zamówienia.

12. Pytanie nr 4 – dotyczy SWZ Rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 11 ppkt. 2), wzór umowy Par. 4 ust. 1 pkt. 1 – Pakiet nr 20, 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisu na następujący:

„bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowych czynności konserwacji sprzętu medycznego, pozwalających na samodzielne podjęcie pracy na danym urządzeniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; szkolenie powinno zostać potwierdzone protokołem ze szkolenia”

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie specjalistycznego sprzętu medycznego, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami, których używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich napraw serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis Rozdz. III pkt. 11 ppkt. 2 SWZ oraz § 4 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zależy mu na dokumencie potwierdzającym umiejętność prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia i poprawność szczytywanych danych. Nazwa dokumentu nie ma dla Zamawiającego znaczenia, może być to certyfikat, zaświadczenie, protokół lub inny równoważny dokument, w którego treści będzie zawarta informacja o zakresie przeprowadzonego szkolenia.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25
LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



13. Pytanie nr 5 – dotyczy SWZ Rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 11 ppkt. 5), wzór umowy Par. 4 ust. 1 pkt. 4 – Pakiet nr 20, 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisu na następujący: „czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii / usterki;”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis Rozdz. III pkt. 11 ppkt. 5 SWZ oraz § 4 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy.

14. Pytanie nr 6 – dotyczy SWZ Rozdz. III Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 11 ppkt. 6), wzór umowy Par. 4 ust. 1 pkt. 5 zdanie pierwsze – Pakiet nr 20, 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisu na następujący?

całkowite usunięcie awarii / usterki do 5 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych (...)

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez Zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis Rozdz. III pkt. 11 ppkt. 6 SWZ oraz § 4 ust. 1 pkt. 5 projektu umowy.

15. Pytanie nr 7 – dotyczy wzór umowy Par. 7 ust. 2 pkt. 1), 2) – Pakiet nr 20, 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis § 7 ust. 2 pkt. 1) i 2) projektu umowy.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

Sekretariat: 59 863 28 25, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 862 14 06, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

25

LAT *Samorządu*
Powiatu Lęborskiego
1999 - 2024



16. Część 18: Pytanie 1: Czy Zamawiający rezygnuje ze szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odp. Zamawiający nie rezygnuje z wymogu przeprowadzania szkolenia dla Części nr 18.

17. Część 18: Pytanie 2: Czy Zamawiający odstąpi od wezwania do prezentacji oferowanego wyrobu w siedzibie Zamawiającego i pozostawi zapis o dostarczeniu katalogu lub wyciągu z katalogu lub innego równoważnego dokumentu zawierającego parametry zaoferowanego sprzętu/ wyposażenia, z zaznaczeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia wezwania?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Część 18: Pytanie 3: Czy Zamawiający zamiast wezwania do prezentacji oferowanego wyrobu w siedzibie Zamawiającego, wyrazi zgodę na wezwanie do prezentacji oferowanego wyrobu w formie online?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość prezentacji oferowanego wyrobu w formie online.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia odpowiedniej zmiany oraz zaznaczenia jej źródła (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Zatwierdził:

Adrian Wenta