

Łódź 08 czerwca 2021 r.

**Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Dostawę mikroskopów” – ZP/49/2021.**

**Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:**

**Pakiet I.**

**Pytanie 1:**

Dotyczy poz. 3

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu głowica typu Siedentopf – trinokularowa , obracana 360°, pochylenie 35 stopni

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 2:**

Dotyczy poz. nr 4

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu z podziałem światła: 100/0%, 0/100%

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 3:**

Dotyczy poz. nr 10

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu z Kondensator o aperturze numerycznej 0,9 do pracy z obiektywami o powiększeniach 1,25-100x, posiada miejsce dla wsuwek dla kontrastu fazowego, ciemnego pola oraz polaryzacji

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 4:**

Dotyczy poz. nr 14

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu działka pokrętła ruchu drobnego - 0,001 mm (1 µm)

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 5:**

Dotyczy poz. nr 16

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu stolik przedmiotowy o wymiarach 188 mm X 153 mm z tolerancją ± 5 mm, umożliwiający zamocowanie jednocześnie dwóch szkiełek przedmiotowych

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 6:**

Dotyczy poz. nr 17

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu przesuw preparatu X/Y co najmniej 76 x 52 mm, pokrętła przesuwu w jednej osi, z prawej strony pod stolikiem.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 7:**

Dotyczy poz. nr 19

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu z kamerą o następującej charakterystyce:

- Cyfrowa kolorowa kamera o matrycy CMOS (1/2.3)"
- tryb samodzielnej pracy

- obraz na żywo 4K 60fps przez złącze HDMI
- zapis obrazów w formacie JPG 12 MP
- nagrywanie filmów w formacie Full HD MJPG 30 fps
- kontrola funkcji kamery za pomocą komputera (PC mode) albo za pomocą myszy przez port USB
- zapis obrazów bezpośrednio na penDrive albo przesyłanie na skrzynkę email
- złącze USB3.1 typ C
- zestaw zawiera:przewód USB C
- adapter 0.5x/0.5
- HDMI 2.0
- 4 × USB 2.0?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych.

**Pakiet II.**

**Pytanie 8:**

Dotyczy poz. 3

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu głowica typu Siedentopf – trinokularowa , obracana 360°, pochylenie 35 stopni

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 9:**

Dotyczy poz. nr 4

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu z podziałem światła: 100/0%, 0/100%

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 10:**

Dotyczy poz. nr 10

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu z Kondensator o aperturze numerycznej 0,9 do pracy z obiektywami o powiększeniach 1,25-100x, posiada miejsce dla wsuwek dla kontrastu fazowego, ciemnego pola oraz polaryzacji

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 11:**

Dotyczy poz. nr 14

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu działka pokrętła ruchu drobnego - 0,001 mm (1 μm)

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 12:**

Dotyczy poz. nr 16

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu stolik przedmiotowy o wymiarach 188 mm X 153 mm z tolerancją ± 5 mm, umożliwiającą zamocowanie jednocześnie dwóch szkiełek przedmiotowych

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 13:**

Dotyczy poz. nr 17

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu przesuw preparatu X/Y co najmniej 76 x 52 mm, pokrętła przesuwu w jednej osi, z prawej strony pod stolikiem.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 14:**

Dotyczy poz. nr 19

Zwracamy się o dopuszczenie mikroskopu z kamerą o następującej charakterystyce:


- Cyfrowa kolorowa kamera o matrycy CMOS (1/2.3)"
- tryb samodzielnej pracy
- obraz na żywo 4K 60fps przez złącze HDMI
- zapis obrazów w formacie JPG 12 MP
- nagrywanie filmów w formacie Full HD MJPG 30 fps
- kontrola funkcji kamery za pomocą komputera (PC mode) albo za pomocą myszy przez port USB
- zapis obrazów bezpośrednio na penDrive albo przesyłanie na skrzynkę email
- złącze USB3.1 typ C

- zestaw zawiera:przewód USB C
- adapter 0.5x/0.5
- HDMI 2.0
- 4 × USB 2.0?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych.

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Dyrektor  
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
  
mgr Iwona Rycek