



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

zoz@zozmswiakielce.pl

www.zozmswiakielce.pl



Kielce, dnia 26 października 2023r.

Znak postępowania: **13/TP/2023**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników biochemicznych, kontroli, kalibratorów i części zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na następujące pytania zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1:

Czy w związku z faktem, iż postępowanie jest prowadzone w wersji elektronicznej a paszporty techniczne oferowanych analizatorów biochemicznych są w wersji papierowej Zamawiający dopuści przedłożenie ich po podpisaniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą aktualnych paszportów technicznych oferowanych analizatorów biochemicznych – głównego i dodatkowego, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany przedmiot dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Niniejsze środki dowodowe winny być złożone wraz z ofertą - zgodnie z informacją SWZ podlegają one uzupełnieniu na wezwanie w wyznaczonym terminie.

Zamawiający oczekuje cyfrowego odwzorowania - dokumentu elektronicznego, który jest kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej. Umożliwi to zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Wszelkie dokumenty składane są w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 61 ust 1 Ustawy Pzp. komunikacja w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej SP ZOZ MSWiA w Kielcach dostępnej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswiakielce>

Pytanie 2:

Czy zamawiający wydłuży termin określony we wzorze umowy w §3 ust. 1 gdyż jest sprzeczny z pkt IV ust 2?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w projektowanych postanowieniach umowy w §3 ust. 1, na:

„1.Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, podłączenia do sieci, przeszkolenia personelu zamawiającego oraz uruchomienia analizatora wymienionego w § 1 ust. 1 punkt 2) w terminie 21 dni od daty obowiązywania umowy.”

Pytanie 3:

Czy w związku z faktem, iż postępowanie jest prowadzone na dzierżawę analizatora głównego i zapasowego, Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy fragment §3 ust 6 „...Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości badań u podwykonawcy, pokrywając całkowity koszt tych badań albo dostarczenia sprzętu zamiennego...”?

Odpowiedź:

Z uwagi na charakter pracy szpitala oraz prowadzony Szpitalny Oddział Ratunkowy i potrzebę zapewnienia ciągłości pracy laboratorium Zamawiający zmienia zapis w projektowanych postanowieniach umowy w §3 ust. 6, na:

„6.W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionego analizatora, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia jego naprawy w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości badań u podwykonawcy, pokrywając całkowity koszt tych badań.”

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wydłuży termin określony we wzorze umowy w §3 ust 6 gdyż jest sprzeczny z pkt 27 (analizator główny) i pkt 16 (analizator dodatkowy) załącznika nr 2 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w projektowanych postanowieniach umowy w §3 ust. 6, na:

„6.W przypadku wystąpienia awarii dzierżawionego analizatora, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia jego naprawy w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości badań u podwykonawcy, pokrywając całkowity koszt tych badań.”

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Stanisław Żak

10/2 

.....
(podpis osoby upoważnionej)