

Pytania i odpowiedzi

Znak sprawy: ZP/98/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zakup oraz dostawa aparatu do krążenia pozaustrojowego - zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032”

Pytanie nr 1

Dotyczy Parametry techniczne; I Wymagania ogólne; punkt 8.

Producent nie oznaczył klasy ochronności wg International Protection Rating (IP22), zamiast tego podaje klasę ochronności elektrycznej oraz klasę wodoszczelności. Czy zamawiający dopuści urządzenie w klasie wodoszczelności IPX1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.