

Zamawiający  
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 621 25 81  
adres e-mail: mcholewa@lukasz.med.pl

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

znak pisma: SWLOG:271.MCH.7.....<sup>1098</sup>...../2021

Tarnów, 31.03.2021

**Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych rezonansu magnetycznego Brivo MR355 1,5 T firmy GE Healthcare Technologies dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy - sprawa nr 7/2021**

W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.03.2021 r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

**Dot. Zał. nr 1b**

Prosimy o potwierdzenie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa części zamiennych do rezonansu MR Brivo?

Jeśli tak, to w pkt 1 Zał. 1b Zamawiający napisał, iż zakres obejmuje *wymianę części zamiennych z wyłączeniem cewek diagnostycznych oraz magnesu*. Prosimy o potwierdzenie czy wyłączenie dot. samego magnesu czy również podzespołów wchodzących w skład magnesu tj. coldhead'u i cewki gradientowej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Dodatkowe wymagania Zamawiający określił w pkt. 7 i 8 załącznika nr 1B oraz we wzorze umowy § 2 pkt.4 .

**Pytanie nr 2**

**Dot. Zał. 1b**

Prosimy o podanie aktualnego poziomu helu?

Czy uzupełnienie poziomu helu jest wymagane w chwili obecnej czy będzie wymagane w przypadku awarii rezonansu? Jeżeli w przypadku awarii to prosimy o informację w przypadku jakiej awarii będzie wymagane uzupełnienie helu - każdej czy w sytuacji uszkodzenia zewnętrznego układu chłodzenia agregatu wody lodowej?

**Odpowiedź:** Dolewka helu po stwierdzeniu przez serwis iż jest konieczna.

**Pytanie nr 3**

**Dot. Zał. 1b, SIWZ pkt 5.2.4 ppkt b**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców dysponujących min. 1 osobą posiadającą przebyte i aktualne szkolenia w zakresie naprawy i konserwacji rezonansu magnetycznego firmy GE wydane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela oraz 1 osobą posiadającą przebyte i aktualne szkolenia w zakresie naprawy i konserwacji rezonansu magnetycznego firmy GE wydane przez podmioty zajmujące się szkoleniem serwisantów aparatury medycznej, jednak nie będące producentem sprzętu.

Wskazujemy, że zgodnie z art. 112 ust. 1 PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 pkt 1) PZP, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

W odniesieniu do powyższego wskazujemy, że wymóg, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia były przeszkolone jedynie przez producenta sprzętu z jednej strony pozostaje bez związku dla oceny zdolności do wykonania zamówienia (szkolenie wyłącznie przez producenta nie warunkuje możliwości należytego wykonania zamówienia), a z drugiej utrudniający uczciwą konkurencję w postępowaniu (w praktyce to producent będzie decydował o tym, kto będzie mógł wykonywać zamówienie, przeprowadzając wobec inżynierów, lub nie, wymagane szkolenia). Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku, gdy Zamawiający (co zrozumiacie) chce mieć pewność, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość usług, możliwe jest dopuszczenie certyfikowania osób skierowanych do realizacji zamówienia przez podmioty niezależne od producenta, mające doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju szkoleń.

Wskazujemy, iż pozostawienie zapisów w dotychczasowym kształcie, dopuści do udziału w postępowaniu jedynie producenta danych urządzeń, natomiast wykluczy z udziału w postępowaniu małe i średnie przedsiębiorstwa serwisujące od wielu lat aparaty do diagnostyki obrazowej firmy GE, a tym samym posiadające wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców dysponujących min. 1 osobą posiadającą przebyte i aktualne szkolenia w zakresie naprawy i konserwacji rezonansu magnetycznego firmy GE wydane przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela oraz 1 osobą posiadającą przebyte i aktualne szkolenia w zakresie naprawy i konserwacji rezonansu magnetycznego firmy GE wydane przez podmioty zajmujące się szkoleniem serwisantów aparatury medycznej, jednak nie będące producentem sprzętu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ strona internetowa Zamawiającego

3/ A/a

Podpisał (a) :

REFERENT  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
  
mgr inż. Monika Cholewa

KIEROWNIK  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie  
  
mgr Anna Hajnysz

TYREK  
SZPITAL WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
  
Anna Czech