



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981**

Wrocław, 09sierpnia 2019r

### **WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.) dalej PZP **informuje o anulowaniu odpowiedzi z dnia 07.08.2019r na pytanie nr 183 i ponownie udziela wiążącej odpowiedzi o treści podanej poniżej:**

**Pytanie nr 183 - Dotyczy Pakiet nr 63 Wkłucia centralne 3 i 4 kanałowe Ag -** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkłuc centralnych, światowego lidera, o parametrach znacznie wyższych, bowiem z powłoką antybakteryjną zalecaną przez CDC (cewniki typu mieszanina poliuretanu i jonów srebra nie występuje w żadnych zaleceniach), w rozmiarach odpowiednio dla:

**Poz.1**

cewnik trzyświatłowy, przeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, 7Fr (Światła 16G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnik J 0,032"/45cm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wkłucie do dokumentacji pacjenta.

**Poz.2**

cewnik trzyświatłowy, przeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, 7Fr (Światła 16G, 18G, 18G) o dł.20 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnik J 0,032"/60cm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wkłucie do dokumentacji pacjenta.

**Poz.3**

cewnik czteroświatłowy, przeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnik J 0,032"/60cm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wkłucie do dokumentacji pacjenta.

**Poz.4**

cewnik czteroświatłowy, przeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.20cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnik J 0,032"/60cm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wkłucie do dokumentacji pacjenta.

**Poz.5**

cewnik czteroświatłowy, przeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, wysokociśnieniowy – możliwość podaży kontrastu pod ciśnieniem 400PSI, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.16 i 20cm do wyboru. W skład zestawu wchodzi m.in. cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna echogeniczna 18G/6,35cm, prowadnik nitinolowy, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wkłucie do dokumentacji pacjenta.

**Odpowiedz na pytanie nr183:**

**Zamawiający dopuszcza w zakresie poz. 1; poz. 2; poz. 3, poz. 4 .**

**Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian w zakresie poz. 5**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty w razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (date odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

DOMENAIN TA  
SZPITALA K...  
SZOZ we Wrocławiu

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)