

ZO /01/2024

Wałbrzych, 05.02.2024 r.

Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

Myjnia dezynfektor do kaczek, basenów, misek, wiader- 3 szt.

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w formie elektronicznej. Link do zapytania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.zdrowie.walbrzych.pl

Ofertę wraz z załącznikiem nr 1 prosimy kierować na: platformazakupowa.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych
2. Urządzenie stojące na podłodze z osłoną nóg.
3. Wymiary zewnętrzne myjni (+/- 10 %) 1450 mm wysokość, 500 mm szerokość, 500 mm głębokość.
4. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednolitej stali nierdzewnej.
5. Wszystkie elementy w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej.
6. Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia, komunikaty w języku polskim.
7. Pojemność komory mycia – min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) lub 1 miska do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm.
8. Komora myjąca wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.
9. Drzwi uchylne , na przedniej ścianie urządzenia.
10. Dezynfekcja termiczna na poziomie od A0 60 do A0 3000, zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3
11. Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem.
12. Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia.
13. Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez min. 2 niezależne czujniki temperatury.
14. Proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu jednego środka odkamieniającego – nabtyszczającego
15. Uchwyt standardowy na drzwiach komory.
16. Skuteczność eliminacji Clostridium difficile.
17. System dysz wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych.
18. Wysokowydajna, energooszczędna pompa wody.
19. Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi.
20. Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta.
21. Dostawa, montaż oraz szkolenie personelu.

Zamawiający wymaga pełnej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.

4. Termin i miejsce złożenia ofert:

13.02.2024 r. do godziny 12:00 na: platformazakupowa.pl

Oferta winna być złożona w formie załączonego pliku (preferowany plik PDF).
Oferta przedłożona jedynie w tabelach na Platformie Zakupowej będzie podlegała odrzuceniu.

5. Pytania

Wykonawca ma możliwość zadawania pytań do 08.02.2024 r. Po 08.02.2024 Zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytania.

6. Warunki płatności – przelew w ciągu 60 dni.

7. Termin realizacji zamówienia:

do 14 dni od złożenia zamówienia

8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniodawcami jest :

Referent administracyjny – Adrian Styrkacz , tel. 74/64-89-710

9. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona i podpisana umowa.

Bardzo prosimy o podanie w ofercie:

- numer oferty
- data oferty
- płatność (forma płatności – preferujemy przelew 60 dni)
- termin realizacji zamówienia
- ważność oferty
- warunki dostawy
- okres gwarancji

Prosimy o dołączenie do oferty katalogu.

Oferta winna zawierać wszystkie w/w punkty. Ich brak będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Oświadczenie potwierdzające opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2- Oświadczenie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Należy dołączyć do oferty.

Załącznik nr 3- Informacja Administratora