

Znak: ZOZ.V.010/DZP/106/21

Sucha Beskidzka dnia 12.11.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków i innych produktów do Apteki Szpitalnej.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ (formularze asortymentowo-cenowe) w zakresie pakietu nr 13. Zwracam się z prośbą o udostępnienie Wykonawcy informacji dotyczącej **jakie modele parowników są na wyposażeniu Zamawiającego.**

Odp. Zamawiający posiada parowniki: Parownik Wapour 2000 mocowanie do aparatu Draeger system wlewu Q-FIL

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ (formularze asortymentowo-cenowe) w zakresie pakietu nr 13. Czy Zamawiający dopuści produkt leczniczy Sojourn (załączamy kartę charakterystyki) w butelce wykonanej ze szkła?

Uzasadnienie: Ryzyko stłuczenia przy szklanych butelkach produktu oferowanego przez Wykonawcę są na poziomie ok. 1% (na podstawie testu upuszczenia przeprowadzonego przez niezależne laboratorium, przy użyciu zmodyfikowanego protokołu ISTA (załączone badanie testu upuszczenia w celach informacyjnych). Butelki z tworzyw sztucznych również mogą czasem ulec pęknięciu, jeśli spadną – istnieją publikacje to potwierdzające.

Warto zauważyć, że szkło było podstawowym wyborem do pakowania anestetyków wziewnych i było stosowane przez wszystkich producentów gazów anestetycznych. Zaletami tego rodzaju opakowania są przede wszystkim: przezroczystość butelki (zdecydowanie lepsza niż przy opakowaniach z tworzyw sztucznych), szkło jest materiałem obojętnym, szkło jest nieprzepuszczalne, więc para wodna (wilgoć) i tlen nie mogą dostać się do butelki, szkło jest materiałem podlegającym recyklingowi.

Odp. NIE.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ (formularze asortymentowo-cenowe) w zakresie pakietu nr 13. Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na poszczególne pozycje osobno ?

Uzasadnienie: Dopuszczenie do składania ofert na poszczególne pozycje osobno w zakresie pakietu nr 13 doprowadzi do większej konkurencji wśród Wykonawców (umożliwi podejście do przetargu większej ilości dystrybutorów oraz producentów), a co za tym idzie, uzyskanie lepszych warunków cenowych przez Zamawiającego. Pragnę również zauważyć, że wyżej wymienione działanie jest zgodne z zaleceniami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zawartymi w §16 oraz 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz w szczególności w §78 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.

Odp. NIE.

Z poważaniem:

dyrektora
Zespołu Opieki
Zdrowotnej
w Suchoj
Beskidzkiej

