



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I ŚRODOWISKA



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

Dziekan

Gdańsk, *12*.05.2021 r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):

ZP 9/WILiŚ/2021, CRZP 57/002/D/21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Część A - Wirówka

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 723x538x354 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą poziom szumu $\leq 63+2$ dB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wadze 77kg netto?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą prędkość maksymalną 16 000 rpm z rotorem kątowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą prędkość maksymalną 4500 rpm z wirnikiem o stałym kącie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Zamawiający dopuści wirówkę z czasomierzem w zakresie 10s – 99h59min59s?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem kątowym o pojemności 6x250ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Proszę o doprecyzowanie wymaganego rozmiaru probówek (komplet)

Odpowiedź: Wirówka musi być wyposażona w komplet butelek/probówek (poj. 250 ml), minimum 8 szt.

Część D – Waga analityczna

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną posiadającą czas stabilizacji 2s?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną o powtarzalności dopuszczalnej 0,1mg?

Odpowiedź: Tak, wynika to z opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 3 do SWZ.

Działając na podstawie art. 286 ust.7 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia zmiany wprowadzone w treści SWZ, dokonane na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmianie ulega treść załącznika nr 3 do SWZ.

Zmianie ulegają następujące terminy wynikające ze SWZ:

Termin składania ofert, o którym mowa w rozdz. XX ust. 1 pkt 1 SWZ

Jest: 17.05.2021 r. do godz. 11:00.

Po zmianie: 19.05.2021r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert, o którym mowa w rozdz. XX ust. 4 pkt 1 SWZ

Jest: 17.05.2021 r. do godz. 11:15.

Po zmianie: 19.05.2021r. o godz. 11:15.

Termin związania ofertą, o którym mowa w rozdz. XIV ust. 1 SWZ

Jest: 15.06.2021 r.

Po zmianie: 17.06.2021r.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.

Załączniki: Załącznik nr 3 do SWZ po zmianie treści.