

W dniach 25-28.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający odpowiada następująco:

I.

dotyczy zamrażarka lab. poniżej 10 st. C

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (w/s/g) 82 / 60,1 / 61,8 cm ?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści temperaturę otoczenia od +10 °C do 35 °C ?

Odpowiedź: Tak

dotyczy witryna chłodnicza laboratoryjna podblatowa do przechowywania odczynników w temp. + 2 do + 8 st. C

1. Czy Zamawiający dopuści wysokość wynoszącą 83,5 cm zamiast 83 cm, przy zachowaniu pozostałych wymiarów zewnętrznych ?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści wyposażenie wyłącznie w 3 półki bez kosza ?

Odpowiedź: Nie

3. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury otoczenia + 10/+32 st. C ?

Odpowiedź: Tak

4. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę bez RS485, ale posiadającą wymagany styk bezpotencjałowy oraz kartę SD wraz z oprogramowaniem służącym do rejestracji i odczytu temperatury oraz stanów alarmowych na komputerze ?

Odpowiedź: Tak

5. Czy Zamawiający dopuści drzwi prawe bądź lewe nie przestawne, z możliwością wyboru kierunku otwierania przy zamówieniu u Producenta ?

Odpowiedź: Nie

6. Czy Zamawiający dopuści drzwi pełne ?

Odpowiedź: Nie

dotyczy witryna chłodnicza laboratoryjna do przechowywania odczynników w temp. + 2 do + 8 st. C-  
5 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury otoczenia + 10/+32 st. C ?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę bez RS485, ale posiadającą wymagany styk bezpotencjałowy oraz kartę SD wraz z oprogramowaniem służącym do rejestracji i odczytu temperatury oraz stanów alarmowych na komputerze ?

Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści drzwi prawe bądź lewe nie przestawne, z możliwością wyboru kierunku otwierania przy zamówieniu u Producenta ?

Odpowiedź: Nie

4. Czy Zamawiający dopuści drzwi pełne ?

Odpowiedź: Nie

II.

Pakiet 3:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wysokość zewnętrznej 1997 mm?

Odpowiedź: Nie

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 437 litrów, wymiarach zewnętrznych : szerokość x głębokość x wysokość: 600x700x1865 mm i pracy w maks. temperaturze otoczenia +32st.C?

Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +3st.C do +16st.C?Nie

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze szklanymi półkami?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 4:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 117 litrów i wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość: 600x600x835 mm i pracy w maks. temperaturze otoczenia +32st.C?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od+3st.C do +16st.C i wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość: 601 x 618 x 820 mm pracy w maks. temperaturze otoczenia +35st.C?

Odpowiedź: Nie

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kosza?

Odpowiedź: Nie

Pakiet 5:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość: 601 x 618 x 820 mm pracy w maks. temperaturze otoczenia +35st.C?

Odpowiedź: Tak

III

WITRYNY DO PRZECHOWYWANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW szuflada oraz witryna chłodnicza ruszt:

1. Czy Zamawiający dopuści witryny o wymiarach 67x64x199 cm (SzxGxW) spełniające wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Zbyt mało miejsca w pomieszczeniach.

WITRYNA CHŁODNICZA LABORATORYJNA PODBLATOWA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW W TEMP +2 DO +8 °C

2. Czy Zamawiający dopuści pojemność 122 litry brutto / 110 litrów netto?

Odpowiedź: Nie

ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA PONIŻEJ -10°C – 1 SZT.

3. Czy Zamawiający dopuści pojemność 115 litrów brutto / 110 litrów netto?

Odpowiedź: Nie

4. Co Zamawiający rozumie przez „wnętrze komory podzielone min. na 4 części”? Czy to znaczy, że w komorze zamrażarki mają być fizyczne przegrody dzielące ją na 4 części?

Odpowiedź: Tak musi posiadać min 3-ma szuflady i jeden kosz.

5. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości 835 mm?”

Odpowiedź: Tak