



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27  
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01  
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 3 grudnia 2024 r.

**DZP.2344.55.2024**

**Wszyscy Wykonawcy**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz.U. 2024 poz. 1320), informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

**Pytanie nr 1 – Pakiet nr 44**

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków w rozmiarach 1.5 Ch (o średnicy koszyka 9 mm) oraz 2.2 Ch (o średnicy koszyka 11 mm) o długości 120 cm oraz rozmiaru 3 Ch (o średnicy koszyka 14 mm i konstrukcji 8-drutowej przechodzącej w 4-drutową) o długości 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2 – Pakiet nr 55 poz. 1**

W opisie przedmiotu zamówienia Część 36 - Jednorazowy System do kontrolowanej zbiórki stolca punkt 1 - Mając na uwadze podniesienie konkurencji i zaoferowanie alternatywnego zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał Zamawiający, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu zgodnie z parametrami jak poniżej:

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1.	Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów.
2.	System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu
3.	Skład opakowania zestawu: - Worek odbiorczy 1 l. (skalowany od 50 ml co 100 ml) - Strzykawka 50 ml - Strzykawka z żelem smarującym (10 ml) - Instrukcja użycia

	- 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów - Zacisk na przewody
4.	Zestaw przewodu cewnika składa się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.
5.	Otwór przewodu cewnika w obrębie mankieta ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in <sup>2</sup> , max 1,4 in <sup>2</sup>
6.	Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem. - Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/opróżniania mankieta. - Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na koniec mankieta mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków. - Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca. - Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką
7.	Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego
8.	System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków.
9.	Przewód odprowadzający (długość 167cm.) wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek
10.	Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
11.	System przebadany klinicznie, (czas utrzymania do 29 dni)
12.	Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do pakietu nr 55 poz. 1.

### Pytanie nr 3 – Pakiet nr 55 poz. 2

W opisie przedmiotu zamówienia Część 36 - System do kontrolowanej zbiórki stolca, punkt. 2

Czy zamawiający dopuści worki kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej :

Worek odbiorczy :

- Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca.
- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
- Opakowanie zbiorcze 10 szt.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do pakietu nr 55 poz. 2.

**Pytanie nr 4 – Pakiet nr 55**

Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i jakości dostarczanego produktu, Zamawiający będzie wymagał badań klinicznych dla zamawianego zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca w zadaniu 36?

Odpowiedź: Tak, w odniesieniu do pakietu nr 55.