



Znak: AE/ZP-27-83/23

Tarnów, 2023-11-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie całego pakietu nr 6 zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 Pakietu 2 connector o świetle wewnętrznym zastawki 9F. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
- Dotyczy Pakietu Nr 15.** Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników angiograficznych najwyższej jakości o dużym świetle wewnętrznym dla 5Fr - średnica wewnętrzna równa 0,047, dla 6F równa 0,055". Cewniki są zbrojone, odporne na złamania z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadają miękką i atraumatyczną końcówkę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Dotyczy Pakietu Nr 16.** Ze względu na dotychczasową współpracę w zakresie pakietu 16, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników angiograficznych uniwersalnych najwyższej jakości o długości 100cm. Cewniki są zbrojone, odporne na złamania z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadają miękką i atraumatyczną końcówkę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Dotyczy Pakietu Nr 23.**
 - cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014", typ RX,
 - dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm² balonu,
 - nośnik leku w postaci soli amonowej,
 - długość użytkowa cewnika 140cm
 - dostępne średnice balonu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4 mm
 - dostępne długości balonu: 15,20,25,30 mm
 - cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12
 - RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x20 i większych)
 - skuteczność w małych naczyniach - udowodniona klinicznie
 - wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń
 - skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych
- Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający w pakiecie 22 dopuści cewnik balonowy o długościach dla systemu 3,0mm mieszczących się w zakresie od 6mm do 30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30mm) zamiast od 6mm do 40mm? Pozostałe parametry bez zmian.
- Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający w pakiecie 20 dopuści cewnik balonowy o długościach dla systemu 3,0mm mieszczących się w zakresie od 8mm do 30mm (8,12,15,20,30mm) zamiast od 6mm do 40mm? Pozostałe parametry bez zmian.
- Dotyczy Pakietu Nr 37** Czy Zamawiający w pakiecie 37 dopuści stent wieńcowy platynowo-chromowy o długościach mieszczących się w zakresie od 8-38mm (dla średnicy 3,0mm dostępne długości: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) zamiast od 6mm do 40mm? Pozostałe parametry bez zmian.
- Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści cewnik balonowy uwalniający paklitaksel o długościach dla systemu 3,0mm mieszczących się w zakresie od 12mm do 30mm (12, 15, 20, 30mm) zamiast od 6mm do 40mm? Pozostałe parametry bez zmian.
- Dotyczy punktu 23 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były



przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

10. **Dotyczy Pakietu Nr 36.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 36 – stentu wieńcowego kobaltowo-chromowego na cewniku balonowym pokrywanego niebiodegradawalnym polimerem, uwalniającym Zotarolimus, na systemie RX, o grubości strut dla średnicy 3,0 mm 81 um? Pozostałe parametry bez zmian
11. **Dotyczy punktu 23 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w Rozdz. 23 SWZ - Projektowane postanowienia umowy - następującego zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z depozytu sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out)”?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający dopuści współczynnik iFR zamiast CFR?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający dopuści przewodnik ciśnieniowy współpracujący z mobilnym oraz zintegrowanym systemem Philips/Volcano oraz systemem do korejstracji obrazu SyncVision?
14. **Dotyczy SWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.
15. **Dotyczy punktu 23 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na przewodnik diagnostyczny o:
 - śr. 0,025” dł. 150cm, 180cm, 200cm ,
 - śr. 0,032” dł. 150cm, 180cm, 200cm ,
 - śr. 0,035” dł. 150cm, 180cm, 200cm, 260cm,
 - śr. 0,038” dł. 150cm, 180cm, 200cmPozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 6 poz. 3. Pozwoli nam to na złożenie konkurencyjnej oferty w w/w pakiecie.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 32.** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na stenty wieńcowe pokrywane lekiem (sirolimusem) z możliwością przepiężenia do średnicy 5,50mm. Pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na łącznik Y o dwuzastawkowej konstrukcji, złożona z zastawki obrotowej oraz zastawki uniemożliwiającej przeciek typu push-pull, umożliwia łatwe wprowadzenie przyrządu do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki. Średnica zastawki umożliwia wprowadzania cewnika w rozm. od 1F do 9F. W zestawie dołączone narzędzie do wprowadzania przewodnika angioplastycznego. Możliwość użycia 2 przewodników. Wyposażona w zastawkę wysokociśnieniową 20 bar.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy Zamawiający w celu równego traktowania Wykonawców dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 8: sterylny samoprzylepny opatrunek wykonany z poliuretanu z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o rozmiarze 3x4cm, odporny na działanie środków dezynfekcji zawierających alkohol, pokryty hipoalergicznym, pozbawionym rozpuszczalników klejem, posiadający wzmocnioną włókninę, przezroczysty, dzięki czemu ułatwione jest codzienne monitorowanie miejsca wkłucia, opatrunek pozwalający na wymianę gazową a jednocześnie nieprzepuszczalny dla wody i drobnoustrojów. Rozmiar opatrunku 10 x 12 cm, czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowania folia-papier.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 6 poz. 2** łącznika typu Y o świetle wewnętrznym zastawki 9F, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 15** cewników angiograficznych zbrojonych, odpornych na złamania z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadających miękką i atraumatyczną końcówkę, o świetle wewnętrznym dla 5Fr - średnica wewnętrzna równa 0,047, dla 6F równa 0,055", pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 16**.

Ad 4 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 23**.

Ad 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 22** cewników balonowych o długościach dla systemu 3,0 mm mieszczących się w zakresie od 6mm do 30 mm (6, 8, 12, 15, 20, 30 mm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 20** cewników balonowych o długościach dla systemu 3,0mm mieszczących się w zakresie od 8 mm do 30 mm (8,12,15,20,30 mm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 37** stentów wieńcowych platynowo-chromowy o długościach mieszczących się w zakresie od 8-38 mm (dla średnicy 3,0 mm dostępne długości: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38 mm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 23** cewników balonowych uwalniający paklitaksel o długościach dla systemu 3,0mm mieszczących się w zakresie od 12 mm do 30 mm (12, 15, 20, 30 mm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie nowych zapisów do punktu 23 SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

Ad 10 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 36**.

Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie nowych zapisów do punktu 23 SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

Ad 12-13 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 27**.

Ad 14 Zamawiający dopuszcza użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego dla celów podpisania umowy.

Ad 15 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisów do punktu 23 SWZ- Projektowane postanowienia umowy, nie mniej jednak nie wyklucza składania zamówień pocztą elektroniczną.

Ad 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** przewodników diagnostycznych o wymiarach podanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 17 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 poz. 3**.

Ad 18 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 32**.

Ad 19 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 34**.

Ad 20 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 8**.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

