



Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

REKTOR



Poznań, 18.01.2023 r.

5021/AZ/262/2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej: ustawa Pzp) w przedmiocie: **Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (RTG cyfrowe z wyposażeniem).**

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) złożonym przez Wykonawcę Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści w postępowaniu generator RTG ze stołem z pływającym blatem o zakresie kV od 40-125 ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści w postępowaniu generator RTG ze stołem z pływającym blatem o zakresie kV od 40-125.

Pytanie nr 2. Czy zamawiający zgodzi się aby kary umowne Umowy we wszystkich przypadkach nie były wyższe niż 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w projektowanych postanowieniach umowy.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia odpowiedzi Zamawiającego w składanych ofertach. W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

ZATWIERDZAM

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz