

Znak: ZOZ.V.010/DZP/85/22

Sucha Beskidzka dnia 26.09.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę **Dostawa cystoskopów giętkich w ramach
Narodowej Strategii Onkologicznej**
w zakresie zadania pn.: **Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza
moczowego**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poniższe pytania:

1. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji? *Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.*
Odp. Zamawiający nie wyrażą zgody.
2. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „rok produkcji 2022” na zapis następującej treści: „Rok produkcji min. 2021”?
Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.
3. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, parametry graniczne i wymagane, certyfikaty – punkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do punktu 1 „jeśli dotyczy”?
Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.
4. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, parametry graniczne i wymagane, certyfikaty – punkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do punktu 4: „przekazana w momencie dostawy sprzętu”?
Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.
5. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, serwis i gwarancja, punkt 3: Czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu tj. podania harmonogramu (terminów) i zakresów przeglądów okresowych? Na etapie składania oferty trudno jest określić dokładne daty przeglądów i ich zakres.

Odp. Należy podać ilość przeglądów w roku.

6. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, serwis i gwarancja, punkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie usterki nie wymagającej wymiany części zamiennych do 5 do roboczych?

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

7. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, serwis i gwarancja, punkt 4 i 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zwrotu „w dniach kalendarzowych”, ponieważ jest to sprzeczne z wartością wymaganą podaną w kolejnej kolumnie?

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

8. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, serwis i gwarancja, punkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 7 na zapis następującej treści: „Minimalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 3-krotną naprawę gwarancyjną, w przypadku 4 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/”?

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

9. Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, serwis i gwarancja, punkt 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia?

Odp. Zamawiający wyrażą zgodę.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski