

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 08.10.2021 r.

Wysokie Mazowieckie, 08.10.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych**
Oznaczenie sprawy: **7/2021**

Zapytanie nr 1. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek 740 g / 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 2. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz 175 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 3. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz Mini-Friedman, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 4. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dłuto 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 5. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dłuto 175 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 6. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka 275 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 7. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 17 i 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 8. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 80 x 42 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 9. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 80 x 50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 10. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak nazwa własna Czerny, wysokość 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 11. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 12. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Crille Rankin, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 13. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 14. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. 23 i 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Kocher Ochsner, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 15. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Forester Ballenger, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 16. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. 31

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżki dł. 310 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza łyżki o długości 310 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 17. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. 37 i 38

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza pęsetę o długości 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 18. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 25, poz. 2

Czy Zamawiający może potwierdzić, iż doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 25 poz. 2 Zamawiający będzie oczekiwał złożenia oferty na kołki z kości końskiej z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości w średnicach 16 mm, 14 mm, 12 mm i długości 20 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że nie doszło do omyłki pisarskiej.

Zapytanie nr 19. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści młotek ortopedyczny 900g 265 mm?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 20. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści młotek ortopedyczny 550g 240 mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 21. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści młotek ortopedyczny 1000g 200 mm?
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 22. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 18
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 18 hak Kocher o długości 220 mm ?
Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 23. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 2, poz. 27
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 27 hak Czerny 32x22 mm, 200 mm ?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 24. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 25 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w pakiecie nr 25 poz. 2 na kołki z kości końskiej z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości w średnicach 16 mm, 14 mm, 12 mm i długości 20 mm. ? Prośbę motywujemy faktem, iż kołki z kości wołowej zostały wycofane z produkcji.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 25. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 7, poz. 8
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy Zamawiający pisząc „Udostępnienie shavera kompatybilnego z konsolą firmy Arthrex 1 szt.” miał na myśli jego dzierżawę i wymaga jej wyceny?
Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 26. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 4, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji poniższego asortymentu?
System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki, płytka z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. max 12 mm stale połączona z 1 pętlą z taśmy niewchłanianej dł. min. 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę, pętlą do podciągnięcia przeszczepu, z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców- fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 27. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 4, poz. 19
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji poniższego asortymentu?
Końcówka do ablacji i koagulacji zagięta 90, 50 stopni lub prosta oraz zagięta 90 stopni kompatybilna z urządzeniem do koagulacji Valeylabe Force.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 28. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 6, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji poniższego asortymentu?
Implant PEEK,y do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka o długości max 14 mm i średnicy max. 3,1 mm, z nie białą nitką 2 załadowany na jednorazowy sterylny podajnik.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 29. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 6, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji poniższego asortymentu?

Implant bezwzłowy PEEK'y do artroskopowej rekonstrukcji obrábka o długości max 14 mm i średnicy max. 3,1 mm, z nie białą nitką 2 załadowany na jednorazowy sterylny podajnik.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 30. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 1, poz. 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 14 dopuści możliwość zaferowania Grotów Steinmanna o średnicach: Ø4,0mm, Ø4,5mm, Ø5,0mm w długości L=80-300mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 31. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Gwóźdź Rusha od ø 2,5 mm do ø 6,0 mm, L= 25-420 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 32. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Gwóźdź Kirschnera: od ø 0,8 mm do ø 3,0 mm L= 100-310 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 33. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręt gąbczasty (samogwintujący) ø 4,0 od 30 do 80 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 34. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 1.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszcze do cięcia drutu o długości 22 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 35. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 1.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszcze równoważne w kształcie i funkcji gdzie producent w katalogu nie podaje nazwy typu, o długości 24 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 36. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania odgryzacz kostny Luer prosty o długości 175mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 37. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 9 i 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dłuto Lambotte o długości 245mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 38. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania skrobaczkę kostną Lambotte o długości 21,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 39. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łyżeczkę kostną typu Volkman o długości 280 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 40. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania haki kostne Kochera o długości 225 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 41. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania haki kostne Kochera o długości 225 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 42. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania hak Volkmana o długości 220 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszczają, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 43. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania hak Kochera o długości 225 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 44. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszcze równoważne w kształcie i funkcji gdzie producent w katalogu nie podaje nazwy typu, o długości 19 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 45. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania hak Kocher o wymiarach 80x42 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 46. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania hak Kocher o wymiarach 80x50 lub 80x60 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 47. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania hak równoważny w kształcie i funkcji o nazwie Canny-Ryall o szerokości 25 mm i wysokości 19 cm, z identyczną krzywizną?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 48. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- Nożyce do cięcia drutu dł. 235 mm z końcówką 3,0 mm



- Nożyce do cięcia drutu dł. 150 mm



- Nożyce do cięcia drutu dł. 220 mm



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 49. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Kleszcze do gięcia drutu proste dł. 190 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 50. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: Kleszcze do gięcia drutu dł. 180 mm z twardą wkładką?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 51. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Młotek typu HEATH dł. 240 mm WAGA 800 gr. końcówka
dł. 40 mm?



Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 52. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Odgryzacz kostny typu STELLBRINK SYNOVCTOMY dł. 175 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 53. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: Odgryzacz kostny typu ADSON dł. 200 mm 15 x 7,5 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 54. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Odgryzacz kostny typu MINI-FRIEDMAN dł. 130 mm 13 x 2,5 mm?



Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 55. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: Osteotom typu LAMBOTTE dł. 240 mm końcówka dł. 15 mm?



Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 56. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Osteotom typu LAMBOTTE dł. 230 mm końcówka dł. 15 mm?



Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 57. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: Dłuto typu CHISELS dł. 200 mm końcówka dł. 10 mm proste?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 58. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE dł. 210 mm prosta końcówka dł. 15 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 59. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Dłuto żłobowe typu PARTSCH dł. 170 mm końcówka dł. 4 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 60. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: Łyżeczka kostna typu VOLKMANN dł. 170 mm rozmiar 3, końcówka 10 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 61. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Hak typu KOCHER dł. 220 mm tępy czterozębny Fig 3 końcówka 15x18 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 62. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: Hak typu KOCHER dł. 220 mm ostry dwuzębny Fig 1 końcówka 15x9 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 63. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: Hak typu KOCHER dł. 220 mm tępy dwuzębny Fig 1 końcówka 15x9 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 64. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Hak typu VOLKMAN dł. 215 mm ostry jednozębny?



Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 65. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: Hak typu KOCHER-LANGENBECK dł. 215 mm końcówka 25x6 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 66. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Hak typu KOCHER dł. 220 mm ostry czterozębny Fig 3 końcówka 15x18 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 67. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania: Hak typu KOCHER dł. 220 mm półostry 4-zębny końcówka 15 x 20 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 68. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 20 i 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Nożyce typu LOCKING dł. 150 mm ząbkowane?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 69. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: Nożyczki chirurgiczne do bandaży typu ESMARCH 200 mm odgięte?



Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 70. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Podważka kostna typu HOHMANN dł. 200 mm końcówka 8 mm?



Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 71. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Podważka kostna typu HOHMANN dł. 200 mm końcówka 18 mm?



Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 72. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 27
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Hak typu FARABEUF dł. 130 mm końcówka 25x10 / 32 x 12 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 73. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 2, poz. nr 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Hak typu FARABEUF dł. 130 mm końcówka 22x10 / 28 x 12 mm?



Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.


Zapytanie nr 74. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Nożyczki typu METZENBAUM dł. 180 mm odgięte z twardą wkładką powlekane na czarno?



Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 75. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Nożyczki chirurgiczne typu STANDARD tępo-tępe dł. 185 mm proste z tw. wkładką?



Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 76. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17, poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Nożyczki typu TÖNNIS-ADSON odgięte bardzo delikatne dł. 175 mm z twardą wkładką?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 77 – dotyczy Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 78 – dotyczy Projektowanych postanowień umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,07 % wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy,
- w wysokości 0,07% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części dostawy
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 79 – dotyczy Projektowanych postanowień umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od rozpatrzenia reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 80 – dotyczy Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5 ust 3)

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w Nowym Tomyślu pomiędzy:
..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,
REGON.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2),

zwanym dalej Przechowawcą

a

..... z siedzibą w, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez pod numerem KRS:
....., NIP:, REGON,

reprezentowanym przez:

1).....,

2),

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się _____ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan _____
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan _____

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :
2. Data zabiegu:.....
3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)
A)
B)
4. Zużyte element

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Wyjaśnienie: Zmawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz