



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec  
ul. Sobieskiego 9  
tel. 34 350 63 86  
fax 34 356 58 70

[www.szpitallubliniec.pl](http://www.szpitallubliniec.pl)  
e-mail: [przetargi@spzozlubliniec.pl](mailto:przetargi@spzozlubliniec.pl)  
NIP: 575-16-53-596  
REGON: 000310083

Sekretariat  
34 350 63 80

Główny Księgowy  
34 350 63 83

Dział Kadr  
34 350 63 87

Dział Zamówień  
Publicznych  
34 350 63 86

Dział Organizacji i  
Nadzoru  
34 350 63 90

Dział  
Administracyjno-  
Techniczny  
34 350 63 89

Dział Informatyki  
34 351 49 12

Izba Przyjęć  
34 351 49 10

Medyczne  
Laboratorium  
Diagnostyczne  
34 350 63 70

Ratownictwo  
Medyczne  
34 350 63 61

Pracownia RTG  
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:  
24 -02181  
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w  
Ratownictwie  
Medycznym:



Lubliniec 03-11-2023 r.

SPZOZ-IV-ZP-207A-2023

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania na: Dostawę opatrunków do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu.  
Znak sprawy ZP/38/23

**Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ**

### III grupa pytań

Część 1.19 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni ¼ m<sup>2</sup>?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.20 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni 1/2 m<sup>2</sup>?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.21 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni 1m<sup>2</sup>?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.25-1.27 - Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wiskozowe?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.25- Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w opakowaniu papierowym?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.26-1.27 - Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wiskozowe niejaloowe?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.26-1.27- Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w opakowaniu papierowym?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.43 - Czy Zamawiający dopuści watę w płatach o wymiarach 40x60cm?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy, z dwoma etykietami samoprzylepnymi?  
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Część 1.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą o wymiarach 120 cm x 90 cm? (w miejsce serwety 120-100 cm)?  
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec  
ul. Sobieskiego 9  
tel. 34 350 63 86  
fax 34 356 58 70

[www.szpitallubliniec.pl](http://www.szpitallubliniec.pl)  
e-mail: [przetargi@spzozlubliniec.pl](mailto:przetargi@spzozlubliniec.pl)  
NIP: 575-16-53-596  
REGON: 000310083

Sekretariat  
34 350 63 80

Główny Księgowy  
34 350 63 83

Dział Kadr  
34 350 63 87

Dział Zamówień  
Publicznych  
34 350 63 86

Dział Organizacji i  
Nadzoru  
34 350 63 90

Dział  
Administracyjno-  
Techniczny  
34 350 63 89

Dział Informatyki  
34 351 49 12

Izba Przyjęć  
34 351 49 10

Medyczne  
Laboratorium  
Diagnostyczne  
34 350 63 70

Ratownictwo  
Medyczne  
34 350 63 61

Pracownia RTG  
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:  
24 -02181  
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w  
Ratownictwie  
Medycznym:



**Część 1.60** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dla noworodka o wymiarach 80cm x 90 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 1.60** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z workiem na łóżysko z przylepną zakładką, o wymiarach 40 cm x 50 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 1.60** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez gruszki gumowej do odsysania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 1.60** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z wkładkami higienicznymi dla położnicy o wymiarach 9cm x 34 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 1.60** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez wkładek higienicznych dla położnicy i podkładu chłonnego oraz posiadający w swoim składzie serwetę 2-warstwową w rozmiarze 120x95cm (zamiast 120-100cm) i torebkę papierową nieprzemakalną w rozmiarze 30x18,5cm (zamiast worka plastikowego). Dodatkowo serwety wchodzące w skład zestawu posiadają gramaturę min. 55g/m<sup>2</sup> oraz chłonność min. 285%. Zgodny z normą 13795?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 1.60** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu walidacji procesu sterylizacji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 1.61** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tolerancję serwety nieprzylepnej +/- 5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 1.61** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłotrzymaczem o długości 15 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 1.61** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłami oraz strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję odpadów powstałych podczas zabiegu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec  
ul. Sobieskiego 9  
tel. 34 350 63 86  
fax 34 356 58 70

[www.szpitallubliniec.pl](http://www.szpitallubliniec.pl)  
e-mail: [przetargi@spzozlubliniec.pl](mailto:przetargi@spzozlubliniec.pl)  
NIP: 575-16-53-596  
REGON: 000310083

Sekretariat  
34 350 63 80

Główny Księgowy  
34 350 63 83

Dział Kadr  
34 350 63 87

Dział Zamówień  
Publicznych  
34 350 63 86

Dział Organizacji i  
Nadzoru  
34 350 63 90

Dział  
Administracyjno-  
Techniczny  
34 350 63 89

Dział Informatyki  
34 351 49 12

Izba Przyjęć  
34 351 49 10

Medyczne  
Laboratorium  
Diagnostyczne  
34 350 63 70

Ratownictwo  
Medyczne  
34 350 63 61

Pracownia RTG  
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:  
24 -02181  
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w  
Ratownictwie  
Medycznym:



**Część 1.62** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie?

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 80cm 2-warstwowa, do znieczuleń przewodowych, z otw. przylep. 6 x 15cm, gramatura 60g/m<sup>2</sup>
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 40)
- 1 x Strzykawka 2-częściowa 2ml Luer
- 1 x Strzykawka 2-częściowa 5ml Luer
- 1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 1 x Chwytnik plastikowy 18cm
- 3 x Kompres włókn. 30G 4W 10cm x 10cm
- 6 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 25cm x 25cm
- 1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 1.64** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe zawierające 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 1.68** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe zawierające 10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 1.72** - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 1.75** - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 2.1-2.4** - Czy Zamawiający dopuści rękaw elastyczny o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 2.5** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z włókniny z nieprzywierającą, perforowaną warstwą aluminium z otworem posiadający rozchodzące się promieniście nacięcia umożliwiające dopasowanie wokół rurki tracheostomijnej lub drenu; warstwa chłonna 100% wiskoza; nie zawiera lateksu, rozmiar 8 x 9,3cm?



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

Sekretariat  
34 350 63 80

Główny Księgowy  
34 350 63 83

Dział Kadr  
34 350 63 87

Dział Zamówień  
Publicznych  
34 350 63 86

Dział Organizacji i  
Nadzoru  
34 350 63 90

Dział  
Administracyjno-  
Techniczny  
34 350 63 89

Dział Informatyki  
34 351 49 12

Izba Przyjęć  
34 351 49 10

Medyczne  
Laboratorium  
Diagnostyczne  
34 350 63 70

Ratownictwo  
Medyczne  
34 350 63 61

Pracownia RTG  
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:  
24 -02181  
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w  
Ratownictwie  
Medycznym:



**Część 4.1-4.4 - Czy Zamawiający dopuści przyklepiec z klejem akrylowym?**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 4.7 - Czy Zamawiający dopuści plaster foliowy w kolorze cielistym, w rozmiarze 1,6 x 5,7 cm, posiadający klej akrylowy?**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 4.8 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych u osób dorosłych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 6 cm x 7 cm?**



**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 4.8 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?**



**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 4.13 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty klejem akrylowym metodą ciągłą?**

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 4.14 - Czy Zamawiający dopuści przyklepiec z tkaniny bawełnianej, pokryty klejem akrylowym metodą ciągłą?**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 5.1 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40**



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec  
ul. Sobieskiego 9  
tel. 34 350 63 86  
fax 34 356 58 70

[www.szpitallubliniec.pl](http://www.szpitallubliniec.pl)  
e-mail: [przetargi@spzozlubliniec.pl](mailto:przetargi@spzozlubliniec.pl)  
NIP: 575-16-53-596  
REGON: 000310083

Sekretariat  
34 350 63 80

Główny Księgowy  
34 350 63 83

Dział Kadr  
34 350 63 87

Dział Zamówień  
Publicznych  
34 350 63 86

Dział Organizacji i  
Nadzoru  
34 350 63 90

Dział  
Administracyjno-  
Techniczny  
34 350 63 89

Dział Informatyki  
34 351 49 12

Izba Przyjęć  
34 351 49 10

Medyczne  
Laboratorium  
Diagnostyczne  
34 350 63 70

Ratownictwo  
Medyczne  
34 350 63 61

Pracownia RTG  
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:  
24 -02181  
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w  
Ratownictwie  
Medycznym:



g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Część 5.2** - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml; opakowanie 25 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

**Część 14.1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów 56 x 80 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9 kPa. Spełnia wymagania wg normy EN 13795 na wysokim poziomie. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.



**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

## IV grupa pytań

### CZĘŚĆ NR 5

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu o masie własnej (waga całkowita) min. 75,4g oraz chłonności min. 1 2101g? Pozostałe



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec  
ul. Sobieskiego 9  
tel. 34 350 63 86  
fax 34 356 58 70

[www.szpitallubliniec.pl](http://www.szpitallubliniec.pl)  
e-mail: [przetargi@spzozlubliniec.pl](mailto:przetargi@spzozlubliniec.pl)  
NIP: 575-16-53-596  
REGON: 000310083

Sekretariat  
34 350 63 80

Główny Księgowy  
34 350 63 83

Dział Kadr  
34 350 63 87

Dział Zamówień  
Publicznych  
34 350 63 86

Dział Organizacji i  
Nadzoru  
34 350 63 90

Dział  
Administracyjno-  
Techniczny  
34 350 63 89

Dział Informatyki  
34 351 49 12

Izba Przyjęć  
34 351 49 10


Medyczne  
Laboratorium  
Diagnostyczne  
34 350 63 70

Ratownictwo  
Medyczne  
34 350 63 61

Pracownia RTG  
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:  
24 -02181  
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w  
Ratownictwie  
Medycznym:



parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

## CZEŚĆ NR 12

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydrożelu - amorficzny żel do zaopatrywania trudno dostępnych miejsc, w 15 gramowych aplikatorach do łatwego użycia, na bazie roztworu Ringera i gliceryny, zawierający hydroksyetylocelulozę, karboksymetylocelulozę i karbomer.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

2. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość podana ceny za najmniejsze opakowanie handlowe a' 10 szt. (po 15g), z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 1 op. a' 10szt.(po 15g)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

## CZEŚĆ NR 14

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie i parametrach: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 33 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 serweta dla noworodka 90 cm x 105 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny, 1 serweta do cesarskiego cięcia 250/260 cm x 300 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym, z otworem w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, o rozmiarze okna 19 cm x 24 cm. (serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 80 cm z usztywnieniem na całym obwodzie bez lejka odprowadzającego płyny oraz posiada zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych), 1 serweta nieprzylepna 90 x 100 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 55 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho 145 kPa, na mokro 134 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem nierepozycjonowalnym. Taśma o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

## PROJEKT UMOWY

**§ 3, ust. 2** - Czy możliwe jest przewidzenie mechanizmu zakupu interwencyjnego, w którym jego dokonanie będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do wykonania



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec  
ul. Sobieskiego 9  
tel. 34 350 63 86  
fax 34 356 58 70

[www.szpitallubliniec.pl](http://www.szpitallubliniec.pl)  
e-mail: [przetargi@spzozlubliniec.pl](mailto:przetargi@spzozlubliniec.pl)  
NIP: 575-16-53-596  
REGON: 000310083

Sekretariat  
34 350 63 80

Główny Księgowy  
34 350 63 83

Dział Kadr  
34 350 63 87

Dział Zamówień  
Publicznych  
34 350 63 86

Dział Organizacji i  
Nadzoru  
34 350 63 90

Dział  
Administracyjno-  
Techniczny  
34 350 63 89

Dział Informatyki  
34 351 49 12

Izba Przyjęć  
34 351 49 10

Medyczne  
Laboratorium  
Diagnostyczne  
34 350 63 70

Ratownictwo  
Medyczne  
34 350 63 61

Pracownia RTG  
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:  
24 -02181  
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w  
Ratownictwie  
Medycznym:



zobowiązania i wyznaczenia mu dodatkowego 5 dniowego terminu na dostawę zamówionego towar?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.**

## V grupa pytań

Część 1, poz. 1-3

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.**

Część 1, poz. 1-14,19-22,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-14,19-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

Część 2, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

Część 2, poz. 1-4

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 opakowanie = 25 mb w stanie rozciągniętym?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 25m w stanie roboczym.**

## VI grupa pytań

Część 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 $\mu$  ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec  
ul. Sobieskiego 9  
tel. 34 350 63 86  
fax 34 356 58 70

[www.szpitallubliniec.pl](http://www.szpitallubliniec.pl)  
e-mail: [przetargi@spzozlubliniec.pl](mailto:przetargi@spzozlubliniec.pl)  
NIP: 575-16-53-596  
REGON: 000310083

Sekretariat  
34 350 63 80

Główny Księgowy  
34 350 63 83

Dział Kadr  
34 350 63 87

Dział Zamówień  
Publicznych  
34 350 63 86

Dział Organizacji i  
Nadzoru  
34 350 63 90

Dział  
Administracyjno-  
Techniczny  
34 350 63 89

Dział Informatyki  
34 351 49 12

Izba Przyjęć  
34 351 49 10

Medyczne  
Laboratorium  
Diagnostyczne  
34 350 63 70

Ratownictwo  
Medyczne  
34 350 63 61

Pracownia RTG  
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:  
24 -02181  
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w  
Ratownictwie  
Medycznym:



1x kocyk dla noworodka 100x105 cm

4x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrościągą zabezpieczająca przed rozerwaniem

1x przylepna kieszka na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE

1x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35 +/-3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 50x35 +/- 3cm, ze zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup>, odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H<sub>2</sub>O, wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, łączna gramatura materiału w obszarze wzmocnienia 121 g/m<sup>2</sup>. I klas palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

Zamawiający

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu  
mgr inż. Małgorzata Nowak

Sporządził: Marcin Bylak, Piotr Mastalerz

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Piotr Mastalerz