

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### Dotyczy postępowania

Znak sprawy: ZP/82/ZCO/2023

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

#### Zestaw nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: bez zmian.

Pakiet nr 3

#### **Pytanie nr 1**

Poz.1) Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 1 opakowania pętelek pakowanych po 100szt?

**Odpowiedź:** Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia w opakowaniach zgodnie z zapisem w Rozdziale XV pkt.11 SWZ.

#### **Pytanie nr 2**

Poz.2) Pętla o dł. 290mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

#### **Pytanie nr 3**

Z uwagi na fakt, że narzędzia są produkowane z najwyższej jakości stali nierdzewnej w Niemczech oraz ze względu na spowolnienie dostaw w związku z obostrzeniami COVID-19 i normą MDR745/2017, jak również z brakiem stali chirurgicznej na rynkach światowych, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 21 dni roboczych dla pakietu nr 3.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

#### Zestaw nr 2

#### **Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2:

Pętla migdałkowa z zapadką, typu Brünings o dł. 290mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

#### Zestaw nr 3

### **Pakiet 5 Dostawa elektrod defibrylacyjnych**

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji 2: (Poz. 2 - *Elektrody defibrylacyjne i do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do jednorazowego użytku do LIFE PACK 12*)?

lp	Nazwa artykułu	j.m.	Wielkość zamówienia
1	Elektrody defibrylacyjne i do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do jednorazowego użytku do DEFIBRYLATORA PRIMEDIC SavePads Connect 97554	kpl	10
2	Elektrody defibrylacyjne i do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do jednorazowego użytku do LIFE PACK 12	szt	10

Pozwoli to Wykonawcy na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz asortymentu kompatybilnego i przetestowanego do użycia z defibrylatorami LIFEPAK zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu i zaleceniami producenta. Pragniemy nadmienić, iż w związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod niewymienionych w CE defibrylatora i braku testów potwierdzających pełną kompatybilność, producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych w Pakiecie nr 5 (jest to niemożliwe również z powodu formalnego – brak takiej możliwości w formularzu ogłoszenia o zamówieniu i jego zmiany).

Zamawiający informuje, iż wykreśla poz. nr 1 z Pakietu nr 5 - Elektrody defibrylacyjne i do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do jednorazowego użytku do DEFIBRYLATORA PRIMEDIC SavePads Connect 97554 i pozostawia tylko poz. nr 2 - Elektrody defibrylacyjne i do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do jednorazowego użytku do LIFE PACK 12. ( w załączeniu- aktualny formularz asortymentowo- cenowy – Załącznik nr 1a dla Pakietu nr 5)

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający, będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz aby posiadały informację w języku polskim nt. użytkownika nadrukowane na elektrodzie lub jej opakowaniu? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że został zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 5 (w załączeniu).

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane elektrody wykonane były ze srebra/chlorku srebra dla uzyskania wysokiej jakości i skuteczności klinicznej oraz komfortu pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że został zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 5 (w załączeniu).

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta i odporne do min. 50 kolejnych obciążeń defibrylacji? (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że został zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 5 (w załączeniu).

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz zgodnych z wytycznymi Stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) zalecających stosowanie odpowiednich elektrod, przy założeniu optymalnej wielkości elektrod do defibrylacji 12 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że został zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 5 (w załączeniu).

### **Zestaw nr 4**

#### **Dotyczy pakiet nr 7 – Dostawa obwodów oddechowych do respiratora Medumat**

##### **Pytanie:1**

Dotyczy Pozycja 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o rezygnację z dostawy układów oddechowych z pomiarem przepływu/czujnikiem przepływu jednorazowego użytku jednorazowego użytku do respiratora Medumat Standard 2, w zamian prosimy o zgodę na dostawę układów oddechowych bez czujnika przepływu, jednorazowego użytku do respiratora Medumat Standard 2. Wyjaśniamy, że układy wielorazowe zawierają czujnik przepływu wielokrotnego użytku, który można założyć do układów jednorazowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego

##### **Pytanie : 2**

Dotyczy Pozycja 1

Czy nie doszło do omyłki w opisie ilości przewodów w pozycji nr 1 ? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 750 sztuk? Uprzejmie prosimy o potwierdzenie ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że został zmodyfikowana wielkość zamówienia w zakresie Pakietu nr 7 ( w załączeniu- aktualny formularz asortymentowo- cenowy – Załącznik nr 1a dla Pakietu nr 7)

**Pytanie : 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego

**Pytanie : 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby dostarczony towar posiadał minimum 8 miesięcy w dniu dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego

**Pytanie nr 5 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego

#### Zestaw nr 5

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 8**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy miał na myśli system do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego, z wbudowanym drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, umożliwiającym pomiar ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, wyskalowany w milimetrach słupa rtęci, zestaw sterylny, czas użycia do 7 dni, niewymagający dodatkowych urządzeń?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe ale nie wymaga.

Zamawiający przekazuje poniżej zaktualizowany formularz asortymentowo – cenowy dla Pakietu nr 5 i Pakietu nr 7 celem dołączenia do oferty.

#### **5 Dostawa elektrod defibrylacyjnych**

lp	Nazwa artykułu	j.m.	Wielkość zamówienia
1	Elektrody defibrylacyjne i do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do jednorazowego użytku ze złączem QUICK-COMBO o optymalnej wielkości 12 cm <sup>2</sup> -/+5%, zgodnie z wytycznymi AAMI oraz w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK 20, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta.	szt	10

#### **7 Dostawa obwodów oddechowych do respiratora Medumat**

lp	Nazwa artykułu	j.m.	Wielkość zamówienia
1	Przewody pacjenta - układy oddechowe z pomiarem przepływu/czyjnikami przepływu, jednorazowego użytku do respiratora Medumat Standard 2.	szt.	118
2	Przewody pacjenta - układy oddechowe z pomiarem przepływu/czyjnikami przepływu, wielorazowego użytku do respiratora Medumat Standard 2.	szt.	1

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacjami opisu przedmiotu zamówienia i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził:  
Kierownik Zamawiającego  
p.o. Dyrektor Marzena Kula