



Data 22.12.2021r.

Nr sprawy : 196-P-21

Dotyczy : postępowanie na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji – wyjaśnienia treści SWZ.

1 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 10 poz. 4 i czy dopuści:

Higieniczne chusty będące wyrobem medycznym, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy, kompatybilne z typowo dostępnymi w handlu środkami dezynfekcyjnymi, nie strzępiące się, wydajne i chłonne, zdolność wchłaniania minimum 500 % przy cięŜarze powierzchniowym 70 g/m², rozmiar chusteczki: 300x340mm, opakowanie 100szt.?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

- **Zamawiający nie wyraża zgody.**

2 Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustępu 5 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustępu 5 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

- **Zamawiający nie wyraża zgody.**

3 Pakiet nr 3: Prosimy o dopuszczenie włókniny o następujących parametrach:

Gramatura 59g/m²

Wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 1,67 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie CD na sucho 1,31 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 1,15 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie CD na mokro 0,93 kN/m

Wydłużenie podczas pęknięcia MD 11%

Wydłużenie podczas pęknięcia CD 10%

Ciśnienie rozrywające na sucho 260 kPa

Ciśnienie rozrywające na mokro >125 kPa

Rozmiar 90x90 a 200 szt. opakowanie handlowe

Rozmiar 100x100 a 200 szt. opakowanie handlowe

- **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

4 Pakiet 4: Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 dopuści włókninę naprzemiennie pakowaną zgodną z wymienionymi parametrami, której warstwa celulozowa posiada gramaturę 57g/m², pozostałe parametry bez zmian.

- **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

5 Pakiet 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włókninę do sterylizacji, która posiada wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniejsze niż 2,30 kN/m ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.