

**PZP.262.23.2023.5.VJW**

Olsztyn, 9.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, SZYBKICH TESTÓW I MATERIAŁÓW MIKROBIOLOGICZNYCH z podziałem na 3 zadania.**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. Pytanie 1 do Zadania I: drobny sprzęt laboratoryjny firmy Sartorius- pozycja 4 i 7.  
Wykonawca zwraca się z zapytaniem w ilu punktach ma zostać dokonane wzorcowanie pipet przez akredytowane laboratorium.

Wzorcowanie pipet ma zostać dokonane w 3 punktach: 10%, 50%, 100% maksymalnej pojemności pipety czyli dla pozycji 4 wynosi 10000 µl, dla pozycji 7 wynosi 1000 µl.

2. Pytanie 2 do Zadania II: wyroby firmy Brand - drobny sprzęt laboratoryjny pozycja 5. czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cylindra miarowego o pojemności 250ml, zamiast cylindra o pojemności 200ml”.

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie cylindra miarowego o pojemności 250ml w pozycji 5.

3. Pytanie 3 do Zadania II: wyroby firmy Brand - drobny sprzęt laboratoryjny pozycja 6. Proszę o wskazanie rodzaje szlifów dla kolb o pojemności 25ml, 50ml, 200ml.

Firma Brand ma w swojej ofercie jeden rodzaj szlif, a kolby miarowe o danej objętości różnią się rozmiarem szlif. Zamawiający podaje poniżej rozmiary szlif dla poszczególnych objętości kolb:

Kolba 25ml – 10/19

Kolba 50ml – 12/21

Kolba 200ml – 14/23

Istotne jest, aby szkło posiadało odpowiednie certyfikaty i było dostarczone z jednej serii, zgodnie z zapisami w Formularzu cenowym (który jest jednocześnie szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia) dla ZADANIA II, pkt. 2 lit a) i b).