



D.25C/250/582/2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWY WYPOSAŻENIA NA BLOK OPERACYJNY DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: **D25C/251/N/22-42rj/23**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm², niesterylne, wymiary 176x122mm, pakowane po 50szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny, długość 5m, wtyczka od strony instrumentu – płaska, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kabel wielorazowy do jednorazowej elektrody neutralnej, wtyk płaski, o dł. 3m lub 5 m do aparatu elektrochirurgicznego Spectrum?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm², niesterylne, wymiary 176x122mm, pakowane po 50szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kabel wielorazowy do jednorazowej elektrody neutralnej, z możliwością sterylizacji w autoklawie, o dł. 3 m lub 5 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 37cm², wymiary 181x76mm, dla noworodków, pakowane po 50 szt. ?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrod, wąski z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem o średnicy 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł.5m, wtyczka 3 bolcowa, przeznaczenie do min 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową prostą, dł.57 mm, trzonek średnica 4 mm, opakowanie 1 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku – zestaw: uchwyt 136 x 118 x 23mm, tuba dł. 340 mm, średnica 5mm, z możliwością obrotu o 360 stopni, szczęki chwytające proste typu grasper ząbkowany, kabel wtyczką z dwubolcowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku – zestaw: uchwyt 136 x 118 x 23mm, tuba dł. 340 mm, średnica 5mm, z możliwością obrotu o 360 stopni, szczęki chwytające proste typu grasper okienkowy zakrzywiony, kabel wtyczką z dwubolcowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku – zestaw: uchwyt 136 x 118 x 23mm, tuba dł. 340 mm, średnica 5mm, z możliwością obrotu o 360 stopni, szczęki chwytające proste typu micro grasper okienkowy, kabel wtyczką z dwubolcowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania tubę wielorazową średnica 5mm, wymiar tuby 368mm x 31mm, dł. robocza 340mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wkład wielorazowy kleszcze chwytające okienkowe, dł. 340 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 15



Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wkład wielorazowy kleszcze chwytające okienkowe, zagięte, dł. 340 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wkład szczęki chwytające proste typu micro grasper okienkowy, dł. 340 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową przedłużoną, prostą, długość 160 mm, trzonek średnica 4mm, wymiary noża 30 x 3 x 0,5mm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną silikonową, wielorazową dla dorosłych 30 x 17cm, kabel dł 3m lub 5m, wtyk płaski, elektroda kompatybilna z aparatem SPECTRUM?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści na korpusie pisaka skalę pomiarową – 6 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 7 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 5

W związku z tym, że opisane w pozycji 1 formularza cenowo-asortymentowego elektrody bipolarne pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opak=6 sztuk) bez możliwości rozdzielenia, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie w arkuszu obliczenia ceny modyfikacji jednostki miary z kpl na opakowania oraz wyrażenie zgody na podanie cen za opakowanie po odpowiednim przeliczeniu sztuk na opakowania (1 opakowanie zawiera 6 sztuk pętli).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Formularzu Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) w Zadaniu 5 poz. 1. w kolumnie 3 „j.m”- jest: kpl a powinno być: szt.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaferowanie i wycenę w Zadaniu 5 poz. 1 elektrod w opakowaniu po 6 szt. W takim przypadku Wykonawca wycenia w nn pozycji 60 opakowań elektrod.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania 5



znak: D25C/251/N/22-42rj/23

Czy w związku z tym, że oferowany asortyment jest pakowany w opakowania zbiorcze po 6 szt. i nie zaleca się ich rozpakowywania, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach - 6 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaoferowania elektrod w opakowaniu po 6 szt., będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §6 ust. 1 ppkt. a), b)

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w dostarczeniu przedmiotu umowy do 0,2% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §6 ust. 1 ppkt. d)

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w dostarczeniu dokumentów do 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. §6 ust. 3)

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kary umownej do 30% łącznej wartości przedmiotu zamówienia? W naszej ocenie maksymalna wysokość kar umownych mogąca stanowić 70% wartości przedmiotu umowy jest zbyt wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kary umownej do 50% łącznej wartości przedmiotu umowy.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Czy ze względu na charakter produktu, który jest sterylizowalny (dostarczany w stanie niesterylnym, izolowanym) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że termin przydatności do użytku/sterylności (zapisany w projekcie umowy §5 ust. 5) nie dotyczy asortymentu w zadaniu nr 5. Oferowane pętle wielorazowe, niesterylne nie posiadają terminu ważności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że powyższy termin nie dotyczy asortymentu z Zadania 5.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 19 Pozycja 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej w rozmiarze min. 80cm x 120cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w nn postępowaniu nie ma zadania 19.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr M. Kłosa