



Słupsk, dnia 27.09.2023 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa odczynników, kontroli, płynów systemowych i części zużywalne oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania badań autoimmunologicznych”- nr postępowania 92/PN/2023**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 8 pipet Eppendorfa, które są dopuszczone do obrotu i używania lecz nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.poz. 463, 583, 974), spełniających wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skanera oraz kołyski, które są dopuszczone do obrotu i używania lecz nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.poz. 463, 583, 974), spełniających wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie buforu czyszczącego do aparatu, który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych oraz nie posiada certyfikatu/ deklaracji zgodności CE?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania umowy z czasem reakcji serwisu do 48 godzin, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 08:00- 16:00?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający działając na podstawie **art. 137 ust. 1 PZP** dokonuje zmiany w treści SWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Część V SWZ), warunki gwarancji i serwisu: z treści „Serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy czas reakcji serwisu 48 godzin” na treść „Serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy **we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:00 - 19:00** czas reakcji serwisu 48 godzin”.

Zgodnie z **art. 137 ust. 2 PZP** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający prosi o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

**Pytanie nr 5:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatu do testów paskowych wraz z komputerem, nie wyposażonego dodatkowo w UPS, lecz umożliwiającego ręczne wznowienie pracy po przerwie zasilania?”

**Odp. Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

  
DZIAŁ EKONOMIKI  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak