



WSzSL.FZ.381./110/25. 1000 .2025r.

Legnica 21.11.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z
MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA USŁUGĘ PRZEGŁĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
znak sprawy WSzSL/FZ-110/25**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Dot. zapisów umowy

Pytanie 1- W związku z zapisami §4 ust. 1 lit. b) projektu umowy, przewidującymi karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień uchybienia terminom wykonania przeglądów urządzeń, uprzejmie prosimy o obniżenie wysokości kary do 100 zł za dzień.

Kary umowne mają na celu dyscyplinowanie Wykonawcy, jednak w naszej ocenie stawka 300 zł za dzień zwłoki jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnego uchybienia, zwłaszcza że opóźnienia mogą wynikać z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, takich jak problemy z dostępnością części zamiennych od producenta, ograniczenia logistyczne, a także zbyt krótki czas przewidziany na realizację tak dużego zakresu prac od momentu podpisania umowy z Zamawiającym, co zwiększa ryzyko przekroczenia terminów mimo zachowania należytej staranności.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść §4 ust. 1 lit. b) projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „b) 200,00 zł za każdy dzień uchybienia któremukolwiek z terminów wykonania przeglądów urządzeń, tj. odpowiednio do 31-12-2025 r. lub 30-06-2026 r.”

Dot. załącznika nr 2A

Pytanie 2- W przedmiotowym postępowaniu znajdują się aparaty Primus, w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, weryfikację poprawności ich wskazań, kontrolę szczelności układu miksera i zaworu zwrotnego oraz sprawdzenie prawidłowego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa, a także analizatora gazów pacjenta, który obejmuje m.in. kalibrację czujników ciśnienia, pomiarów O₂ i gazów anestetycznych oraz punktu zerowego zaworów i czujników. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwe są do wykonania wyłącznie z poziomu oprogramowania serwisowego.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawcy dysponowali legalnym oprogramowaniem serwisowym umożliwiającym przeprowadzenie kalibracji, w celu zapewnienia wykonania pełnej procedury przeglądowej zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykonali przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami technicznymi producenta oraz z poszanowaniem osób trzecich. Powyższe oznacza, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posługiwał się legalnym oprogramowaniem przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3 - Zgodnie z zaleceniami producenta aparatów do znieczulania PRIMUS podczas wykonywania przeglądów co 12 miesięcy należy wymienić zestawy serwisowe. W związku z tym iż producent aparatów do znieczulania PRIMUS wymaga wykonywania przeglądów co 6 miesięcy proszę o określenie przy jakich terminach przeglądów i jaki zestaw serwisowy (roczny , dwuletni , trzyletni , czteroletni czy sześcioletni) należy uwzględnić w wycenie przeglądów Aparatów do znieczulania PRIMUS poz. 1-12 - Załącznik nr 2A do SWZ ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż zmodyfikował formularz asortymentowo-cenowy w Tabeli B od poz. 1 do 12 poprzez dodanie kolumny z terminami zestawów serwisowych.

Pytanie 4- Zgodnie z zaleceniami producenta aparatów do znieczulania FABIUS podczas wykonywania przeglądów co 12 miesięcy należy wymienić zestawy serwisowe. Proszę o określenie jaki zestaw serwisowy (roczny, dwuletni, trzyletni, czteroletni czy sześcioletni) należy uwzględnić w wycenie przeglądów Aparatów do znieczulania FABIUS poz. 17-20 - Załącznik nr 2A do SWZ w terminie do 31 grudnia 2025 roku?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż zmodyfikował formularz asortymentowo-cenowy w Tabeli B W POZ. 17-20 poprzez dodanie kolumny z terminami zestawów serwisowych.



Pytanie 5 - Dotyczy poz. 20 - Załącznik nr 2A - Liczba przeglądów - Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga wyceny 2 przeglądów czy 1 przegląd ze względu na jedną datę terminu przeglądu? 4. Zgodnie z zaleceniami producenta aparatów do znieczulania FABIUS podczas wykonywania przeglądów co 12 miesięcy należy wymienić czujnik tlenu. Czy Zamawiający wymaga aby uwzględnić w wycenie przeglądu czujnik tlenu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający uzupełnił omyłkowo pominięty zapis wskazujący termin wykonania drugiego przeglądu.

Zamawiający informuje, iż Producent przewiduje wymianę czujników tlenu po stronie użytkownika aparatu, wobec tego Zamawiający nie wymaga wyceny czujników tlenu.

Uwaga!

- 1) Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
- 2) Zmiany SWZ dokonane w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania wprowadzono czcionką koloru czerwonego.
- 3) Informujemy, iż ulega zmianie ulenie termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.11.2025r.


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Maciej Leszkowicz