



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Pila, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dnia 03.06.2024 roku

FZP.II-241/49/24/ZO

## **Wszyscy Uczestnicy postępowania**

**dotyczy:** zapytania ofertowego pt. „TOREBKI, KASETKI BIOPSYJNE I ODCZYNNIKI CHEMICZNE DLA PRACOWNI HISTOPATOLOGII”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do trzech miejsc po przecinku**

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11):

„Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w ilości 70%.**

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 ust. 1, 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji.**

#### **Pytanie nr 4**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaofertowany wymagany asortyment.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pytanie nr 5**

dotyczy: Zadanie nr I, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie torebek biopsyjnych o rozmiarze 45x65 mm do bardzo drobnych wycinków, wykonane z niebieskiej, cienkiej dzianiny odpornej na wysoką temperaturę i odczynniki chemiczne takie jak ksylen, aceton, alkohol, formalina, parafina, pakowane po 200 lub 500 lub 1000 szt. (z podziałem na wewnętrzne zwoje po 100 szt.) z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 6**

dotyczy: Zadanie nr I, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kasetek z ilością otworów w rzędzie poziomym 12, a pionowym 14, w kolorze zielonym lub liliowym. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 7**

dotyczy: Zadanie nr I, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kasetek w kolorze białym. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 8**

dotyczy: Zadanie nr I, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o poprawę omyłki pisarskiej. Zamawiający opisuje kasetki w poz.5 jako kasetki z pojedynczą wewnętrzną komorą, a dalej jako kasetki z podwójną wewnętrzną komorą. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w poz.5 oczekuje kasetek z POJEDYNCZĄ wewnętrzną komorą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje kasetki z pojedynczą wewnętrzną komorą.**

#### **Pytanie nr 9**

dotyczy Zadanie nr II, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie hematoksyliny Mayera zawierającej m.in. wodzian chloralu; 2,2,2-tri-chloroetan-1,1-diol w op. 1 L.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 10**

dotyczy: Zadanie nr II, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie alkoholu etylowego całkowicie skażonego 99,8% - op.1L, odwodnionego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 11**

dotyczy: Zadanie nr V

Prosimy o dopuszczenie ostrzy mikrotomowych ze stali nierdzewnej / szlachetnej do skrawania seryjnego, rutynowego, wstążeczkowego materiałów twardych, miękkich, biopsyjnych. Wymiary noża: długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm; kąt ostrza 35 stopni. Ostrze żyłki powlekane specjalną powłoką (równoważną do powlekania platyną) typu PINK, zapewniającą trwałość ostrza. Dozownik 50 szt. Prośbę swą motywujemy koniecznością dostarczenia próbek Zamawiającemu, przez co będzie mógł ocenić, czy ostrza spełniają jego oczekiwania jakościowe. Nadmieniamy, iż obecny opis przedmiotu zamówienia, tj. „ostrze żyłki powlekane platyną, zabezpieczone powłoką żywiczną” jest opisem ograniczającym konkurencję z uwagi na fakt, iż dystrybutorem powyższych ostrzy (marki Feather) na terenie Polski jest firma Mar Four.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga przesłania próbek zaoferowanego przedmiotu zamówienia.**

#### **Pytanie nr 12**

dotyczy: Zadanie nr V

Prosimy o dopuszczenie ostrzy mikrotomowych ze stali nierdzewnej / szlachetnej do skrawania seryjnego, rutynowego, wstążeczkowego materiałów twardych, miękkich, biopsyjnych. Wymiary noża: długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm; kąt ostrza 34 stopnie. Ostrze żyłki powlekane specjalną powłoką (równoważną do powlekania platyną) typu PINK, zapewniającą trwałość ostrza. Dozownik 50 szt. Prośbę swą motywujemy koniecznością dostarczenia próbek Zamawiającemu, przez co będzie mógł ocenić, czy ostrza spełniają jego oczekiwania jakościowe. Nadmieniamy, iż obecny opis przedmiotu zamówienia, tj. „ostrze żyłki powlekane platyną, zabezpieczone powłoką żywiczną” jest opisem ograniczającym konkurencję z uwagi na fakt, iż dystrybutorem powyższych ostrzy (marki Feather) na terenie Polski jest firma Mar Four

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga przesłania próbek zaoferowanego przedmiotu zamówienia.**

### **Pytanie nr 13**

dotyczy: Zadanie nr VI, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie tuszu histologicznego (barwnika do tkanek) do identyfikacji granic marginesów chirurgicznych, nietoksycznego, zawierającego w składzie m.in. izopropanol i amoniak; dobrze przylegającego do oznaczanych tkanek (nie spływającego z nich). Tusz w plastikowej butelce z nakrętką i nakraplaczem. Tusz wyraźnie widoczny na preparacie pod mikroskopem, nie pozostawiający osadów i strąków w procesorze, na preparacie. Dostępny w wielu kolorach, w op. 59 ml, w ilości 88 opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 14**

dotyczy: Zadanie nr VI, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie tuszu histologicznego (barwnika do tkanek) do identyfikacji granic marginesów chirurgicznych, nietoksycznego, zawierającego w składzie m.in. izopropanol i amoniak; dobrze przylegającego do oznaczanych tkanek (nie spływającego z nich). Tusz w plastikowej butelce z nakrętką i nakraplaczem. Tusz wyraźnie widoczny na preparacie pod mikroskopem, nie pozostawiający osadów i strąków w procesorze, na preparacie. Dostępny w wielu kolorach, w op. 15 ml, w ilości 344 opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 15**

dotyczy: Zadanie nr VI, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kleju do preparatów histologicznych bez określenia dokładnej lepkości. Producent nie podaje obecnie wspomnianego parametru. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 16**

dotyczy: Zadanie II

Wnosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania produktów będących wyłącznie wyrobami medycznymi, gdyż produkty te nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) tym samym nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylecia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. U. UE. L nr 117, s.176).

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.**

### **Pytanie nr 17**

Zadanie nr V: Czy celem bezpiecznego wykorzystania żyłki z odpowiednim zamknięciem w uchwycie podczas procesu wykrawania materiału Zamawiający wymaga aby otwory mocujące zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu) ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pytanie nr 18**

do zadania IV:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści : Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1, fasetowane krawędzie pod kątem 45° z polem emaliowanym do opisu , optycznie czyste gotowe do użycia nie wymagające żadnych nakładów w przygotowaniu, op/50szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 19**

do zadania IV:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści : Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1, gładkie, szlifowane krawędzie.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 20**

do zadania IV:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści : Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1, gładkie, cięte krawędzie z pojedynczym matowym polem do opisu .?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 21**

do zadania IV:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści : Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1, gładkie, szlifowane krawędzie z pojedynczym matowym polem do opisu .?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 22**

Zadanie nr 1 poz. 5 : Czy Zamawiający w dopuszcza Kasetki biopsyjne z pojedynczą wewnętrzną komorą do bardzo drobnych materiałów. Komora z drobnymi kwadratowymi otworami ~ 0,35 mm zapewniającymi wysoki stopień przepojenia materiału przy jednoczesnym jego zabezpieczeniu. Kasetka powinna posiadać osobne otwory zewnętrzne do lepszej penetracji parafiny. Nie dopuszcza się kasetek z siateczką z materiału (nylon ). Kolor tylko jasny seledyn.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 23**

Czy zamawiający w zadaniu 4 wymaga krawędzi szlifowanych pod kątem 45 st czy narożników pod kątem 45 stopni?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga szlifowane krawędzie, a narożniki szlifowane pod kątem 45 stopni.**

#### **Pytanie nr 24**

Czy zamawiający w zadaniu 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie ostrzy mikrotomowych powlekanych inaczej niż platyną? Platerowanie platyną jest charakterystyczną cechą producenta Feather, co wyklucza konkurencyjność w tym zakresie, gdyż mamy na rynku tylko jednego dostawcę tych noży, a powłoka ta nie gwarantuje przewagi nad innymi ostrzami. Inne powłoki jak teflonowe czy plazmowe są równie wydajne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przesłania próbek zaoferowanego przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 25**

Czy zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 6 na zaoferowanie tuszu o pojemności 15 ml lub 60 ml z przeliczeniem ilości ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 26**

Nie wszyscy producenci podają lepkość w jednakowych jednostkach i w jednakowych temperaturach jak EpreDia, której dostawcą jest firma Elektromed. Czy zamawiający wyrazi zatem zgodę w zadaniu 6 na zaoferowanie kleju o lepkości opisanej przez producenta jako 250 to 450 mPa \* s w 20 ° C?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 27**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parafiny histologicznej o temperaturze topnienia 54-56 st?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 28**

Załącznik nr 2 do ZO, zadanie nr I, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie torebek biopsyjnych, konfekcjonowanych w opakowaniach po 100 szt. ze stosownym przeliczeniem ilościowym (59 opak x 100 szt.)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 29**

Załącznik nr 2 do ZO, zadanie nr I, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej z wieczkiem łączonym na zawias – przy czym wieczko oraz przykrywka są rozdzielone. Pozostałe parametry bez zmian.

Dostępne 15 kolorów: różowy, biały, niebieski, brązowy, ciemny niebieski, ciemny zielony, zielony, szary, lawendowy, pomarańczowy, brzoskwiniowy, czerwony, jasno brązowy, turkusowy, żółty

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 30**

Załącznik nr 2 do ZO, zadanie nr I, pozycja 3

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej, biopsyjnej – z wieczkiem łączonym na zawias – przy czym wieczko oraz przykrywka są rozdzielone. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 31**

Załącznik nr 2 do ZO, zadanie nr I, pozycja 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy oczekuje propozycji kasetek biopsyjnych z jedną czy dwiema komorami wewnętrznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w pozycji 5 z jedną komorą, natomiast w pozycji 4 z dwoma komorami.**

**Pytanie nr 32**

Załącznik nr 2 do ZO, zadanie nr IV, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek mikroskopowych o wymiarach 75 x 25 x 1,2. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 33**

Załącznik nr 2 do ZO, zadanie nr IV, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek mikroskopowych o wymiarach 75 x 25 x 1,2. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 34**

Załącznik nr 2 do ZO, zadanie nr V, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego -żyłek mikrotomowych wykonanych ze stali nierdzewnej, odpowiednich do skrawania seryjnego, rutynowego i wstążeczkowego materiału tkankowego twardego, miękkiego oraz biopsyjnego, których ostrze wykonane jest w technologii plazmowej podnoszącej jego jakość i trwałość.

Pozwala to na uzyskanie dużej liczby wysokiej jakości cięć na pojedynczym ostrzu.

Zaproponowane rozwiązanie powodzeniem sprawdzi się w codziennej pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale wymaga przesłania próbek zaoferowanego przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 35**

Załącznik nr 2 do ZO, zadanie nr VI, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie tuszu histopatologicznego w butelkach o pojemności 60 ml z wygodnym zakraplaczem i nakrętką zabezpieczającą zawartość przed zepsuciem i wysuszeniem, ze stosownym przeliczeniem ilościowym (86 szt. x 60 ml.)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**