

COZL/DZP/AK/3412/TP-52/23

Lublin, dnia 25.04.2023 r.

„Dostawa echokardiografu na potrzeby Oddziału Kardiologii Onkologicznej COZL.”

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Dot. SWZ, VI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Firmowe katalogi producenta w firmach międzynarodowych mają charakter marketingowy i zawierają bardzo ogólne informacje dotyczące danych technicznych oferowanego sprzętu a ich treść nigdy literalnie nie odzwierciedli wymogów opisanych przez Zamawiających w SWZ, ponieważ każda dokumentacja przetargowa jest inna.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zaoferowanych parametrów technicznych w dokumentacji technicznej oferowanego aparatu lub poprzez złożenie szczegółowego oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzającego spełnienie wymagań technicznych określonych w SWZ, co jest powszechną praktyką stosowaną przez Zamawiających w postępowaniach przetargowych.

Pozytywna odpowiedź Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie szczegółowego oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Pytanie 2:

Dot. zał. Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Prosimy Zamawiającego o zgodę na modyfikację par. 5 ust. 3. zgodnie z poniższym:

7. Wykonawca na obowiązek naprawy uszkodzenia w ciągu maksymalnie: 72 godzin- w przypadku gdy naprawa nie wymaga użycia części zamiennych.

W przypadku gdy naprawa wymaga użycia części zamiennych termin ten wynosi max. 5 dni robocze licząc od daty zgłoszenia usterki.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 7 załącznika nr 3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy, nadając mu brzmienie:

„7. Wykonawca ma obowiązek naprawy uszkodzonego urządzenia w ciągu maksymalnie 72 godzin licząc od daty zgłoszenia usterki lub wady – w przypadku, gdy naprawa nie wymaga użycia części zamiennych.

W przypadku, gdy naprawa wymaga użycia części zamiennych termin ten wynosi maksymalnie 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia usterki lub wady.”

Pytanie 3:

Dot. zał. Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Prosimy Zamawiającego o zgodę na modyfikację par. 5 ust. 12. zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu umowy na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia wady, awarii lub usterki nie można zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli podzespół był już 3-krotnie naprawiany.

Uzasadnienie: Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, jedynie wymiany głównego komponentu w skład, którego wchodzi wymieniany element.

Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy §5 ust. 12 oraz ust. 13 załącznika nr 3 SWZ – Projektowane postanowienia umowy, nadając im brzmienie:

„12. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia wady, awarii lub usterki nie można zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli podzespół przedmiot umowy był już 3-krotnie naprawiany.

13. Wymiana podzespołu przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 4 dni kalendarzowych licząc od zaistnienia zdarzeń wskazanych w ust. 12. Podzespół przedmiot umowy dostarczony na wymianę musi być fabrycznie nowy.”

Pytanie 4:

Dot. Załącznika nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem

odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5:

Dot. Załącznika nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.