



Gdynia, 30.08.2023

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania: „Sterylna obłożenia do zabiegów operacyjnych oraz inny asortyment jedno i wielorazowy”, znak D25M/251/N/18-39rj/23

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które zostało omińnięte w opublikowanym w dniu 25.09.2023 zestawie odpowiedzi.

Pytanie 72 (zestaw 3 z dnia 25.08.2023 r.)

dot. Zadania 41

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarach M – XXXL, wytrzymałość na wypychanie na sucho minimum 98 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro minimum 126 kPa (wyniki dla strefy krtycznej produktu), Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu