

Konin, dnia 10.08.2021 roku

WSZ-EP-17/628/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn „**Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Leku Cytostatycznego**”, nr sprawy **WSZ-EP-17/2021**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy pakietu 5 pozycji 2

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 pozycji 2 zamkniętego systemu umożliwiającego rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki z komorą wyrównującą ciśnienie o pojemności 100 ml. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pakiecie 11 poliuretanowego zestawu przedłużającego z filtrem 0,2 um do paclitaxelu do przygotowywania leków cytostatycznych z przezroczystym drenem, o długości całego systemu 43 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.