



**WOJSKOWE CENTRUM**

**KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 18 maja 2023 r.

**Wykonawcy postępowania nr 25/D/2023**

WCKiK – SZP.2612.1.25/D/2023

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń medycznych” Sprawa 25/D/2023.*

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników, na pytania skierowane przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytania zadane przez Wykonawców:

### **Pytanie 1.**

Prosimy o zaakceptowanie maksymalnego terminu dostawy do 120 dni od daty podpisania umowy. Motywujemy to faktem, że możliwości wytwórcze zakładów produkcyjnych są w obecnych czasach mocno ograniczone z uwagi na bieżącą sytuację ekonomiczną oraz ograniczoną dostępność komponentów elektronicznych.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 120 dni od daty podpisania umowy.

Wskazany maksymalnie 90 dniowy czas na dostawę przedmiotu zamówienia, wynika z zobowiązań Zamawiającego dotyczących zakończenia postępowania i rozliczenia umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia w określonym terminie.

### **Pytanie 2.**

#### **Dotyczy projektu umowy § 8 Gwarancja i serwis urządzenia**

1. Prosimy o zmianę czasu reakcji serwisu na 72h w dni robocze (z wyłączeniem weekendów, świąt i dni wolnych od pracy).

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu na wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów umowy poprzez zmianę czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji na **48 godzin w dni robocze**.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Projekt umowy po zmianach z dnia 18.05.2023 r. oraz Arkusz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 po zmianach z dnia 18.05.2023 r.

### **Pytanie 3.**

#### **Dotyczy projektu umowy § 8 Gwarancja i serwis urządzenia**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy urządzenia zastępczego do 10 dni roboczych w przypadku awarii jednego urządzenia, a w przypadku jednoczesnej awarii 2 i większej liczby urządzeń do 20 dni roboczych.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy urządzenia zastępczego do 10 dni roboczych w przypadku awarii jednego urządzenia, a w przypadku jednoczesnej awarii 2 i większej liczby urządzeń do 20 dni roboczych.

### **Pytanie 4.**

#### **Dotyczy projektu umowy § 8 Gwarancja i serwis urządzenia**

Prosimy o zmianę zapisu "Jeżeli liczba awarii, w odniesieniu do urządzenia przekroczy 3 w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający ma prawo żądania wymiany urządzenia na fabrycznie nowe." Jeśli liczba awarii, uniemożliwiających naprawę urządzenia przekroczy 3, Zamawiający ma prawo żądania wymiany urządzenia na fabrycznie nowe"

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Zamawiający poprawia w Projekcie umowy zapis poprzez poprawienie omyłki pisarskiej dotyczącej zwrotu "Jeżeli liczba awarii, w odniesieniu do urządzenia przekroczy 3 w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający ma prawo żądania wymiany urządzenia na fabrycznie nowe." Na zapis "Jeżeli liczba awarii, w odniesieniu do urządzenia przekroczy 3 w okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający ma prawo żądania wymiany urządzenia na fabrycznie nowe."

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Projekt umowy po zmianach z dnia 18.05.2023 r.

### **Pytanie 5.**

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowo – cenowy: 1. Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prasy z manualnie otwieranymi drzwiami?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prasy z manualnie otwieranymi drzwiami.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Arkusz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 po zmianach z dnia 18.05.2023 r.

### **Pytanie 6.**

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowo – cenowy:

Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, którego prasa główna wyposażona jest w jeden zespolony element odpowiedzialny za rozdział krwi? Prasa główna wyposażona w zestaw 16 czujników posiada pojedynczą zespoloną prasę dociskającą. Takie rozwiązanie zwiększa niezawodność elementu podczas jego eksploatacji. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w prasę boczną, służącą m.in. do odpowietrzenia osocza.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, którego prasa główna wyposażona jest w jeden zespolony element odpowiedzialny za rozdział krwi. .

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Arkusz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 po zmianach z dnia 18.05.2023 r.

### **Pytanie 7.**

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowo – cenowy:

Dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pras, w których automatyczny test podzespołów i kontroli wag wizualizowany jest wyłącznie na urządzeniu?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie , w którym automatyczny test podzespołów i kontroli wag wizualizowany jest wyłącznie na urządzeniu, pod warunkiem ,że nie ma to wpływu na jakość otrzymywanych składników krwi i na wyniki walidacji procesu i istnieje możliwość wygenerowania raportu z otrzymanych danych z komputera w celu porównania ich z danymi przesyłanymi do systemu „Bank Krwi”.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza Arkusz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 po zmianach z dnia 18.05.2023 r.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Uwaga:**

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert NIE ULEGA zmianie tj.:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **30.05.2023 r. do godziny 09:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2023 r. o godzinie 09:15.**
3. Załączniki:
  - Arkusz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2 po zmianach z dnia 18.05.2023 r.
  - Projekt umowy po zmianach z dnia 18.05.2023 r. – załącznik nr 8 do SWZ.

**W imieniu kierownika Zamawiającego**