

Zamawiający – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, u. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Sukcesywne dostawy materiałów medycznych, materiałów do sterylizacji
oraz rękawic jednorazowych - z podziałem na pakiety”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): **ZP/PN/5/2023**

Czarnków, data jak w podpisie

**Wszyscy zainteresowani Wykonawcy
Strona internetowa prowadzonego
postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne dostawy materiałów medycznych, materiałów do sterylizacji oraz rękawic jednorazowych – z podziałem na pakiety”.

Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ i wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ (pytania do SWZ). W związku z tym, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) dalej: pzp, Zamawiający przekazuje treść tych pytań cytując je dosłownie, wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego:

Pytania:

Pakiet nr XV - materiały do endoskopii

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie ustników z opaską zdejmowaną, wymiary otworu głównego 22 x 27 mm.
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie ustników z opaską zdejmowaną, wymiary otworu głównego 21 x 26 mm. z gumką mocującą.
3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków powlekanych PTFE..
4. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o długości 5 mm. lub 6 mm. do wyboru, kołnierz przy ostrzu igły rozmiar kodowany cyfrowo.
5. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o średnicy zewnętrznej przewodu 2,4 mm, rozmiar 32 x 62mm, brzeg pętli w kolorze białym długość robocza 240cm

Odpowiedzi: zgodnie z SWZ.

Pytania: do pakietu II

Pytanie 1 Zamawiający w pakiecie nr II umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu (np. Igły do znieczuleń, Zestaw do punkcji opłucnej, Zestaw do cewnikowania żył centralnych) Przedmioty zamówienia w pakiecie II mają odmienne przeznaczenie użytkowe i są możliwe do nabycia u innych wykonawców. W tym przypadku w pakiecie II nie została zachowana tożsamość przedmiotowa zamówienia (dotyczy produktów przeznaczonych do identycznego lub podobnego sposobu użytku), a ponadto istnieje możliwość wykonania zamówienia u innych wykonawców. Zatem skoro pakiet nr II w tym samym czasie nie ma tożsamości przedmiotowej zamówienia i może być wykonany przez różnych wykonawców, mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, w związku z tym pakiet II nie może stanowić jednego zamówienia (pakietu).

W związku z powyższym czy Zamawiający udzieli zamówienia odrębnego i dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo udzieli zamówienia w częściach w których każda pozycja z pakietu II stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania? Umożliwi to Zamawiającemu stosowanie przepisów ustawy, dzięki temu Zamawiający uzyska zgodność z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. Z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Zostaną rozwiane wątpliwości w zakresie naruszenie art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie ewentualnego naruszenia przepisów i ograniczenie konkurencji co jest niezgodne z art. art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 do pakietu II poz. 10 i 11 Czy Zamawiający dopuści cewnik bez przewodu podłączeniowego EKG?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 do pakietu II poz. 10 i 11 Czy Zamawiający wyjaśni w posiadaniu jakiego jest urządzenia i przewodu podłączeniowego EKG? W celu dobrania odpowiedniego cewnika umożliwiającego odpowiednią identyfikację EKG prosimy o informację dla jakiego konkretnego urządzenia i producenta tego urządzenia EKG, ma być dedykowany zestaw cewnika??

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 do pakietu II poz. 10 Czy Zamawiający dopuści cewnik centralny czterokanałowy z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich (cewnik bez przewodu podłączeniowego EKG) w rozmiarze 8,5F o długości 20cm. Końcówka cewnika ma kształt stożkowy i jest pokryta bardziej miękkim materiałem Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie przewody łączeniowe ze zintegrowanymi zaworami hemostatycznymi zamiast zwykłych złącz typu luer. Zawory hemostatyczne zapewniają bezpieczeństwo poprzez automatyczne uszczelnienie przewodów, dlatego też zaciskanie przewodów cewnikowych nie jest wymagane na żadnym etapie zabiegu, W skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się

u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwi przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp

Odpowiedź: **zgodnie z SWZ.**

Pytania:

Pakiet XVI, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną jednorazową, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, owalną, dzieloną na dwie równe symetryczne części, pow. ogólna 168cm²cm²; pow. czynna 105cm², grubość hydrożelu 0,69mm; pakowana pojedynczo?

Pakiet XVI, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy, z igłą, wtyk do diatermii 3-pin, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, długość kabla 320cm, dł. uchwytu 145mm, waga 70g, pakowany pojedynczo?

Pakiet XVI, pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści marker skórny dł. 16,5cm (z nakrętką), z linijką dł. 15cm, jałowy, biokompatybilny, kolor ciemny fiolet, bez lateksu?

Odpowiedzi: **Zgodnie z SWZ.**

Pytania:

Pakiet 3 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści zawór bezigłowy:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie 320 ml/min
- Kompatybilny z MRI
- Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji płaska wstawka silikonowa

- Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi, tłuszczu, chemioterapeutyków

Pakiet 3 poz. 1:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje objętość wypełnienia 0,35 ml
- Dren wykonany z PUR (poliuretanu), długość drenów 3,0 cm, o średnicy Ø wew. 1,1 mm, zew.2,35 mm
- Długość całego zestawu około 9,5 cm
- Szybkość przepływu 143 ml/min
- Występuje w wersji przezroczystej: bezbarwnej i bursztynowej (do leków światłoczułych)
- Kompatybilny z MRI
- Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowanie obudowy wykonanej z kopoliestru z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)
- Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków

Pakiet 3 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści zawór bezigłowy:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje objętość wypełnienia 0,35 ml
- Dren wykonany z PUR (poliuretanu), długość drenów 3,0 cm, o średnicy Ø wew. 1,1 mm, zew.2,35 mm
- Długość całego zestawu około 9,5 cm
- Szybkość przepływu 143 ml/min
- Występuje w wersji przezroczystej: bezbarwnej i bursztynowej (do leków światłoczułych)
- Kompatybilny z MRI
- Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowanie obudowy wykonanej z kopoliestru z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)
- Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków
- Objętość płynu potrzebna do przepłukania zaworów i drenu: 2 ml

Pakiet 3 poz. 3:

Czy zamawiający dopuści zawór bezigłowy:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje objętość wypełnienia 0,42 ml
- Dren wykonany z PUR (poliuretanu), długość drenów 3,0 cm, o średnicy Ø wew. 1,1 mm , zew.2,35 mm
- Długość całego zestawu około 9,5 cm
- Szybkość przepływu 145 ml/min
- Występuje w wersji przezroczystej: bezbarwnej i bursztynowej (do leków światłoczułych)
- Kompatybilny z MRI
- Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowanie obudowy wykonanej z kopoliestru z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu

- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)
- Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków
- Objętość płynu potrzebna do przepłukania zaworów i drenu: 2 ml

Pakiet VI pozycja 7:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową z rozszerzoną skalą pomiarową 50/60ml?

Pakiet VI poz. 9:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml pakowaną w opakowaniu zbiorczym po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Pakiet VI poz. 9:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml pakowaną w opakowaniu zbiorczym po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Pakiet VI poz. 9-12:

Czy zamawiający dopuści strzykawki, które posiadają jedynie nazwę producenta na strzykawce?

Pakiet VI poz. 13:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania w przyrządzie filtra o skuteczności filtracji BFE, VFE min. 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem Producenta) ?

Pakiet VI poz. 19:

Czy Zamawiający dopuszcza: Aparat do przetoczeń z precyzyjną regulacją prędkości. Komora kroplowa z kroplomierzem 20 kropli/ mililitr. Odpowietrznik z filtrem. Regulator umiejscowiony na drenie. Regulator w kształcie beczki tj. cylindra z podwójną skalą regulacji. Regulacja dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h 10 %, 2 zakres 5-200 ml/h 40%. Zakończenie drenu końcówką Luer Lock z zatyczką. Dodatkowo na drenie zacisk. Aparat bez zawartości ftalanów.

Pakiet VI poz. 20-24:

Czy zamawiający dopuści kaniule, która posiada 4 paski radiocieniujące?

Pakiet XI:

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLWMIpB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. Ponadto doprecyzowane zostało, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaferowania ubrań higienicznych o podanej przez Zamawiającego specyfikacji?

3. W związku z tym, że opis ubrań wymaganych przez Zamawiającego jest niezgodny z normą EN-13795-2 wnioskujemy o odpuszczenie ubrań zgodnych z normą EN -13795-2 lub modyfikację opisu ubrań.

4. Czy Zamawiający wymaga ubrań niezgodnych z normą EN-13795-2?

Odpowiedzi:

Pakiet 3 poz. 1 - **TAK**

Pakiet 3 poz. 1 - **TAK**

Pakiet 3 poz. 2 - **TAK**

Pakiet 3 poz. 3 - **TAK**

Pakiet VI poz. 7 - **TAK**

Pakiet VI poz. 9 - **TAK**

Pakiet VI poz. 9 - **TAK**

Pakiet VI poz. 9-12 - **TAK**

Pakiet VI poz. 13 - **TAK**

Pakiet VI poz. 19 - **TAK**

Pakiet VI poz. 20-24 - **TAK**

Pakiet XI:

1. - **TAK**

2. - **TAK**

3. - **NIE**

4. - **NIE**

Pytanie:

Pakiet nr 2 poz. 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dotychczas używanego zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera w rozmiarze **8F**x20cm pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Dopuszcza się podany rozmiar.

Pytanie:

Pakiet nr 2 poz.20 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z pakietu nr 2 worka pooperacyjnego do drenażu ran i przetok. Produkt został wycofany z produkcji rok temu i nie ma zamiennika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśla tę pozycję (nie obowiązuje).

Pytania

1. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 9 projektu umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- a) za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości **0,5 %** łącznej wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia ponad określony termin dostawy, wskazany w §3. **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru.**
- b) w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary w wysokości 2 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.
- c) w przypadku niewykonania dostawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary w wysokości **2,5 %** łącznej wartości zamówionej partii towaru powiększonej o różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Zamawiającego za zakup u innego Wykonawcy, a ceną zaoferowaną przez Wykonawcę.
- d) w przypadku niedostosowania się do postanowień w § 4 ust. 5 w wysokości **100,00** zł za każdy przypadek.

Odpowiedzi:

Zamawiający pozostawia postanowienia PPU bez zmian ze względu na szczególne zadania ochrony zdrowia i życia i bezwzględną konieczność terminowych dostaw. Wykonawcy powinni priorytetowo traktować Zamawiającego Szpitala i zachować szczególną staranność w terminowym realizowaniu wszystkich podjętych zobowiązań.

Pytanie:

Pakiet I poz. 66

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy „Zestaw do podawania żywienia dojelitowego za pomocą zgłębnika” ma służyć do podarży grawitacyjnej czy za pomocą pompy do żywienia?

W przypadku zestawów do pompy prosimy o podanie nazwy pompy.

Odpowiedź: ma służyć do podaży grawitacyjnej i do podaży pompą żywieniową Nutricia.

Pytanie:

2. Pakiet I poz. 70

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik do gastrostomii G-TUBE CH 18?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie:

3. Pakiet I poz. 71

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik do gastrostomii G-TUBE CH 20?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie:

(pakiet 14) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przedłożenia wraz z ofertą próbek po jednej sztuce dla każdej pozycji pakietu. Przedłożymy do oferty folder, potwierdzający wymagane parametry oraz zgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Prośbę swą motywujemy tym, iż wymagane próbki pakowane są niepodzielnie – opakowania zawierają np. 400, czy 500 szt. Wysłanie próbek po 1 szt. będzie generowało dla Wykonawcy duże koszty.

Odpowiedź: Tak, w zakresie tego pakietu Zamawiający odstępuje od wymagania przedłożenia próbek.

Pytanie:

Pakiet IX poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w opakowania posiadające samoprzylepne naklejki transferowe zawierające informacje o wytwórcy, indeksie wyrobu, numerze serii i dacie ważności; na opakowaniu jednostkowym wskaźnik sterylizacji; do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami Dyrektywa 93/42/EEC, PN EN 13795, PN EN ISO 11135, PN EN 556-1?

Odpowiedź: tak, dopuszcza się.

Pytanie:

Pakiet IX poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy o następującym składzie:

serweta z przylepcem 1 szt. L2 240x150

serweta z przylepcem 1 szt. L2 180x170

serweta z przylepcem - przylepiec na dłuższym boku 2 szt. L2 90x75

taśma medyczna 1 szt. 50x9

serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150 – owinięcie zestawu

serweta na stolik Mayo 1 szt. niebieska 145x80

serwetki do rąk 2 szt. włók. kom. 40x20

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m², kolor niebieski, chłonność 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, kolor niebieski, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw pakowany w miękkie blister?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Pakiet IX poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw wzmocniony łatami chłonnymi o następującym składzie :

serweta z przylepcem 1 szt. 240x150 (łata 37,5x70 cm)

serweta z przylepcem 1 szt. 200x170 cm (łata 37,5x70)

serweta z przylepcem - przylepiec na dłuższym boku 2 szt. 90x75 cm (łata 37,5x70 cm)

taśma medyczna 1 szt. 50x9 cm

serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150cm – owinięcie zestawu

serweta na stolik Mayo 1 szt. 145x80 cm

serwetki do rąk 2 szt. włók. kom. 40x20 cm

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 62 g/m², gramatura łat chłonnych 60 g/m², chłonność laminatu z warstwą chłonną 549%, odporność na przenikanie cieczy min. 152 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, kolor niebieski, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w miękkie blister?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (gramatura zaniżona w porównaniu do SWZ).

Pytanie:**Pakiet IX poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żyłaków o następującym składzie:

serweta z wycięciem U 63x7cm i przylepcem 1 szt. L2 240x180 cm

serweta z przylepcem 1 szt. L2 240x180 cm

serweta 1 szt. L2 200x180 cm

serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150 cm – owinięcie zestawu

serwetki do rąk 2 szt. włók. kom. 40x20 cm

serweta na stolik Mayo niebieska 1 szt. 145x80 cm

taśma medyczna 1 szt. 50x9 cm

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m², kolor niebieski, chłonność 570%, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie:**Pakiet IX poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji artroskopii kolana o następującym składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów 1 szt.

L3 320x240 otwór OKRĄG Śred. 6 cm

pokrowiec na nogę 1 szt. L3 75x37

taśma medyczna 2 szt. 50x9

serweta na stół instrum. 1 szt. 190x150 – owinięcie zestawu

serweta na stolik Mayo niebieska 1 szt. 145x80

serwetki do rąk 4 szt. włók. kom. 40x20

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny trzywarstwowej, laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m², kolor niebieski, chłonność 824%,

odporność na przenikanie cieczy 191 cmH₂O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, o min. rozmiarze włókninowej warstwy chłonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Pakiet IX poz. 5:

Czy zamawiający dopuści osłonę na nogi pacjenta jałowy, z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowego i polietylenowego o gram. 43 g/m² i rozmiarze 45 cm x 80 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Pakiet IX poz. 5:

Czy zamawiający dopuści osłonę na nogi pacjenta jałowy, z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowego i polietylenowego o gram. 56 g/m² i rozmiarze 120cm x 37 cm?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Pakiet IX poz. 6:

Czy zamawiający dopuści fartuchy operacyjne jednorazowe:
Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 37 cm H₂O. Kolor niebieski, rękaw prosty, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 8 cm, oznaczenie rozmiaru w postaci metki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz samoprzylepne naklejki transferowe zawierające informacje o wytwórcy, indeksie wyrobu, numerze serii i dacie ważności, rozmiar M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie:

Pakiet IX poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie:

Pakiet IX poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x130 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie:

1. Pakiet X poz. 2-5

Czy Zamawiający wymaga podanej liczby sztuk czy opakowań a'10 szt. folii, tj. na przykład w poz. 2: 30 szt. folii czy 30 opakowań a'10 szt.?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie:

Pakiet X poz. 7

Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną 90x5 cm z warstwą lepłą w postaci kleju hot melt?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie:

Pakiet X poz. 9

Czy Zamawiający wymaga: Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca

dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140 (± 5 cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log₁₀- parametry potwierdzone kartą danych technicznych?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie:

2. Pakiet XI. Czy Zamawiający dopuści ubranie jednorazowe (bluza + spodnie) z lamówką w kolorze niebieskim w rozmiarze S do XXXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytania:

Dot. umowy:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt 1) na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

2. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 6 ust. 1 pkt 2) na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedzi:

Zamawiający nie może zgodzić się na proponowane obniżenia i pozostawia postanowienia PPU bez zmian ze względu na szczególne zadania ochrony zdrowia i życia i bezwzględną konieczność terminowych dostaw. Zamawiający przypomina, że Wykonawcy powinni priorytetowo traktować Zamawiający Szpital i zachować szczególną staranność w terminowym realizowaniu wszystkich podjętych zobowiązań.

Pytania:

Pytanie 1: Pakiet IV poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maski krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H₂O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 1. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu, materiał: silikon mankiet, PVC korpus.

Pytanie 2 : Pakiet IV poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maski krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H₂O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 2. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu, materiał: silikon mankiet, PVC korpus.

Pytanie 3 : Pakiet IV poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maski krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H₂O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 3. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu, materiał: silikon mankiet, PVC korpus.

Pytanie 4 : Pakiet IV poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maski krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H₂O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością

wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 4. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankieta, materiał: silikon mankieta, PVC korpus.

Pytanie 5 : Pakiet IV poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniższych parametrach : Maski krtaniowa jednorazowego użytku, mankieta gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H₂O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w uźebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiar nr 5. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankieta, materiał: silikon mankieta, PVC korpus.

Pytanie 6 : Pakiet IV poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści filtry oddechowe o poniższych parametrach: Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 24 g; ze złączem ukośnym, z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla V_t: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla V_t: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem złotym , o objętości oddechowej V_t - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; mikrobiologicznie czysty , posiadający standardowe złącze 22/15

Pytanie 7 : Pakiet IV poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji drenu o długości 1,8m

Pytanie 8 : Pakiet IV poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji zestawów do cewnikowania żył centralnych o poniższych parametrach : Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera 3-światłowy 16cm lub 20 cm (do wyboru Zamawiającego) /7FR/18,18,16Ga. Cewnik widoczny w RTG , przewodnik z końcówką prostą i J / 0,032, rozszerzało, strzykawka 5 ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm. Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów.

Pytanie 9 : Pakiet IV poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji filtrów z przestrzenią martwą wynoszącą 74 ml , przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedzi:

Pakiet IV poz. 1 - Tak

Pakiet IV poz. 2 - Tak

Pakiet IV poz. 3 - Tak

Pakiet IV poz. 4 - Tak

Pakiet IV poz. 5 - Tak

Pakiet IV poz. 6 - Tak

Pakiet IV poz. 11 - Zgodnie z SWZ

Pakiet IV poz. 12 - Zgodnie z SWZ

Pakiet IV poz. 16 - Zgodnie z SWZ

Pytania:

Pakiet V, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą 20Gx34mm?

Pakiet V, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą?

Pakiet V, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igły 27Gx120mm z prowadnicą?

Pakiet V, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule neoflon bez dodatkowego portu o przepływie 17ml/min?

Pakiet V, pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, wyłącznie z zabezpieczeniem przed zakłuciem?

Pakiet V, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 61ml/min?

Pakiet V, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 100ml/min?

Pakiet VI, pozycja 9-12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające czarną pojedynczą skalę, pojedynczą kryzę zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka oraz rozszerzeniem skali o 10%?

Pakiet VI, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych posiadający wyłącznie parametry: Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji bakterii oraz wirusów min. (bez potwierdzenia dokumentem producenta). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami (bez oceny wykonanej w laboratorium zewnętrznym).Filtr odpowietrzania zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Długość drenu 150 cm. Zestaw wolny od DEHP i lateksu. W celu identyfikacji nazwa producenta na zaciskaczu rolkowym. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Pakiet VI, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń krwi posiadający wyłącznie parametry: z filtrem 200 µm z odpowietrznikiem. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Dren zakończony ochronnym kapturkiem. Bez DEHP.

Pakiet VI, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający wyłącznie

WŁAŚCIWOŚCI:

- regulacja przepływu: od 5 do 250 ml / h (niebieskie cyfry na białym tle), jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości.
- regulacja przepływu: od 5 do 200 ml / h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%.
- zakres błęd wynosi ± 15%.
- komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów (DEHP free)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- kolec z odpowietrzeniem
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką
- długość drenu 145 cm
- zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren
- port Y
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- nie zawiera lateksu ani ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier/folia

Pakiet VI, pozycja 20-24

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP, z 4 paskami rtg, spełniające pozostałe wymagania swz?

Pakiet VI, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,3x45mm?

Pakiet VI, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze x100?

Pakiet VII, pozycja 13-21

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu informacji o rozmiarze rurki i nr serii, ponieważ ten rodzaj nie posiada mankietu i tym samym balonika?

Pakiet VII, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z drutem 3,3mm – CH10?

Pakiet VII, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z drutem 4,7mm – CH14? **Pakiet VII, pozycja 28-34**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zatyczki?

Pakiet VII, pozycja 47-48

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 105cm?

Pakiet VII, pozycja 56-58

Czy Zamawiający dopuści cewnik z nieprzeźroczystym konektorem jak na zdjęciu:



Pakiet VII, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3ml?

Pakiet VII, pozycja 62-69

Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany: wew. folia,zew. papier-folia?

Pakiet VII, pozycja 62-64

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-10ml?

Pakiet VII, pozycja 70-73

Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu?

Pakiet VII, pozycja 70-73

Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany: wew. folia,zew. papier-folia?

Pakiet VII, pozycja 82-84

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójdrożny z balonem 30ml?

Pakiet VII, pozycja 94-95

Czy Zamawiający dopuści żel z lidokainą i chlorheksydyną?

Pakiet VII, pozycja 94

Czy Zamawiający dopuści żel 11ml?

Pakiet VII, pozycja 98-99

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane: wew. folia,zew. papier-folia?

Pakiet VII, pozycja 101

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika w rozmiarze ch5?

Pakiet IX, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²?

Pakiet IX, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 188 cm H₂O?

Pakiet IX, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm.

Pakiet IX, pozycja 1, 2, 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonną zawierającą włókninę wiskozową?

Pakiet IX, pozycja 1, 2, 3, 4, 6 – Czy Zamawiający dopuści zestawy z 4 etykietami samoprzylepne typu TAG?

Pakiet IX, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 197 cm H₂O. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420%?

Pakiet IX, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie, z dołączoną osobno dwukomorową kieszenią 30x40cm?

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Pakiet IX, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów? Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Pakiet IX, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 100 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

+ kieszeń dwukomorowa 30x40cm - pakowana osobno

+ taśma samoprzylepna z włókniny spunlance 10x50cm - pakowana osobno?

Pakiet IX, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.?

Pakiet IX, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Pakiet IX, pozycja 5 – Czy Zamawiający osłonę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m²?

Pakiet IX, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylizowaną radiacyjnie?

Pakiet IX, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m²?

Pakiet IX, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o kroju prostym, trzyścieżkowe szwy ultradźwiękowe, w kolorze niebieskim?

Pakiet IX, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H₂O?

Pakiet IX, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku z przodu fartucha?

Pakiet IX, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści kolorową lamówkę przy szyi ułatwiającą identyfikację rozmiaru, zamiast kolorowej serwety owijającej?

Pakiet IX, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z ręcznikami w rozmiarze 30x30cm?

Pakiet IX, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

Pakiet X, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm
- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Pakiet X, pozycja 2-5 – Czy Zamawiający dopuści folię posiadającą fingerlifty w kolorze zielonym na całej długości krótszego boku, wyznaczające pole operacyjne?

Pakiet X, pozycja 2-5 – Czy Zamawiający dopuści folie pakowane a'1szt?

Pakiet X, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej 45x49cm?

Pakiet X, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm o powierzchni lepnej 51x55cm?

Pakiet X, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 10x50cm?

Pakiet X, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

Pakiet X, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

Pakiet X

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm?

Pakiet X

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Pakiet XI

Czy Zamawiający dopuści Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Ubranie w kolorze niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne?

Pakiet XII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim?

Pakiet XII, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet XII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m², ze szwami poliestrowymi dodatkowo zakrytymi taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane o wysokości 48 cm i długości podeszwy 38 cm? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Pakiet XII, pozycja 13-17, 21, 24, 25,27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet XII, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego, który zapewni najlepszą jakość wydruku?

Pakiet XII, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 48mm?

Pakiet XII, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 54mm?

Pakiet XII, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 42x56mm?

Pakiet XII, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 54mm?

Pakiet XII, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści pojemniki pakowane po 90szt?

Pakiet XII, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30 ml?

Pakiet XII, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po a'90 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet XII, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm?

Pakiet XII, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy o gramaturze 20 g/m²?

Pakiet XII, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem?

Pakiet XII, pozycja 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet XII, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści maskę dla dzieci w rozmiarze M?

Pakiet XII, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści maskę dla dzieci w rozmiarze S?

Pakiet XII, pozycja 33,34

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Pakiet XII, pozycja 43

Czy w miejsce opisanej myjki Zamawiający dopuści myjkę e o poniższym opisie?

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15 cm x 21 cm, gramatura 90g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty).Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

Pakiet XII, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Pakiet XII, pozycja 43

Czy w miejsce opisanej myjki Zamawiający dopuści myjkę e o poniższym opisie?

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2020 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie foliowe. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk.

Pakiet XII, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Pakiet XII, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Pakiet XII, pozycja 44,45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet XII, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści medyczne poszwy w rozmiarze 160x210cm?

Pakiet XII, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na rolce o szerokości 38 cm?

Pakiet XII, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

Pakiet XII, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Pakiet XVII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane z siłą zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N, grubość na palcu 0,17mm ±0,01 oraz długość rękawicy min. 280mm?

Pakiet XVII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z poziomem protein ≤30 µg/g, grubość na palcu 0,17mm ±0,01 oraz długość rękawicy min. 280mm?

Pakiet XVII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z poziomem białek lateksowych: max 33µg/g, grubość na palcu 0,22±0,02mm oraz długość rękawicy min. 280-290mm (w zależności od rozmiaru)?

Pakiet XVII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym, o sile zrywu przed starzeniem min. 13N, nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej na palcu $0,20 \pm 0,02$ mm oraz długości uzależnionej od rozmiaru od min. 280 mm (dla rozm. 6.0) do min. 300 mm (dla rozm. 9.0)?

Pakiet XVII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice bez lateksowe, poliizoprenowe dla osób uczulonych na lateks, o sile zrywu przed starzeniem min. 11N, nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej na palcu $0,21 \pm 0,02$ mm oraz długości uzależnionej od rozmiaru od min. 290 mm (dla rozm. 6.0) do min. 305 mm (dla rozm. 9.0)?

Pakiet XVII, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice składane w połowie?

Pakiet XVIII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 10N?

Pakiet XVIII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,16\text{mm} \pm 0,01$?

Pakiet XVIII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min. 7,5N?

Pakiet XVIII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,11\text{mm} \pm 0,01$?

Odpowiedzi:

Pakiet V, poz. 2 - TAK

Pakiet V, poz. 3 - TAK

Pakiet V, poz. 5 - TAK

Pakiet V, poz. 6 - zgodnie z SWZ

Pakiet V, poz. 8-9 - TAK

Pakiet V, poz. 8 - zgodnie z SWZ

Pakiet V, poz. 9 - zgodnie z SWZ

Pakiet VI, poz. 9-12 - TAK

Pakiet VI, poz. 13 - TAK

Pakiet VI, poz. 14 - TAK

Pakiet VI, poz. 19 - TAK

Pakiet VI, poz. 20-24 - TAK

Pakiet VI, poz. 26 - TAK

Pakiet VI, poz. 28 - TAK

Pakiet VII, poz. 13-21 - NIE

Pakiet VII, poz. 22 - zgodnie z SWZ

Pakiet VII, poz. 22 -TAK

Pakiet VII, poz. 28 -34 - NIE

Pakiet VII, poz. 47 - 48 - TAK

Pakiet VII, poz. 56 -58 - NIE

Pakiet VII, poz. 59 - zgodnie z SWZ

Pakiet VII, poz. 62 -69 - TAK

Pakiet VII, poz. 62 -64 - TAK

Pakiet VII, poz. 70 -73 - TAK

Pakiet VII, poz. 70 -73 - TAK

Pakiet VII, poz. 82 -84 - TAK

Pakiet VII, poz. 94 -95 - TAK

Pakiet VII, poz. 94 - TAK

Pakiet VII, poz. 98 -99 - TAK

Pakiet VII, poz. 101 - NIE

Pakiet IX, poz. 1 - TAK

Pakiet IX, poz. 1 - TAK

Pakiet IX, poz. 1 - TAK

Pakiet IX, poz. 1,2,3,4 - TAK

Pakiet IX, poz. 1,2,3,4,6 - TAK

Pakiet IX, poz. 2 - TAK

Pakiet IX, poz. 2 - TAK

Pakiet IX, poz. 3 - TAK

Pakiet IX, poz. 3 - TAK

Pakiet IX, poz. 4 -TAK

Pakiet IX, POZ 4 - TAK

Pakiet IX, poz. 5-TAK

Pakiet IX, poz. 5 TAK

Pakiet IX poz, 6 TAK

Pakiet IX poz,6 TAK

Pakiet IX POZ,6 TAK

Pakiet IX poz,6 TAK

PAKIET IX POZ 6 TAK

PAKIET IX POZ6 -TAK

PAKIET IX POZYCJA 8-TAK

PAKIET X POZ,8-TAK

PAKIET X POZ,2-5-TAK

PAKIET X POZ,2-5-TAK

PAKIET X POZ, 5-TAK

PAKIET X POZ,5-TAK

PAKIET X POZ,7-TAK

PAKIET X POZ,-9 -TAK

PAKIET -X-TAK

PAKIET X-TAK

PAKIET XI -TAK

PAKIET XII POZ,2-TAK

PAKIET XII POZ,-2 ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XII POZ 2 TAK

PAKIET XII POZ,13-17,21,25,27- ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XII POZ,3-TAK

PAKIET XII POZ 7 -TAK

PAKIET XII POZ,7-TAK

PAKIET XII POZ, 8 TAK

PAKIET XII POZ 8 -TAK

PAKIET XII POZ, 22 -TAK

PAKIET XII POZ 26 - TAK

PAKIET XII POZ 26 ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XII POZ 27-TAK

PAKIET XII POZ,28 -TAK

PAKIET XII POZ,28 TAK

PAKIET XII POZ, 28 ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XII POZ, 29 -TAK

PAKIET XII POZ, 30-TAK

PAKIET XII POZ,33,34 ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XII POZ,43 TAK

PAKIET XII POZ 43 TAK

PAKIET XII POZ,43 TAK

PAKIET XII POZ,43 ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XII POZ,44 TAK

PAKIET XII POZ,44,45 ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XII POZ 45 TAK

PAKIET XII POZ,48 TAK

PAKIET XII POZ, 49 ,-TAK

PAKIET XII POZ 49 TAK

PAKIET XVII POZ, 1 TAK

PAKIET XVII POZ -2 TAK

PAKIET XVII POZ, -2 TAK

PAKIET XVII POZ,3 TAK

PAKIET XVII POZ, 3 -TAK

PAKIET XVII POZ,1-3 -TAK

PAKIET XVIII POZ 1 ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XVIII POZ 1 ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XVIII POZ 2 ZGODNIE Z SWZ

PAKIET XVIII POZ 2 ZGODNIE Z SWZ

Pytania:

Pakiet IV, pozycja nr 1-5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiety umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet IV, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 35ml?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet IV, pozycja nr 16

Czy zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 70ml?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pakiet IV, pozycja nr 17

Czy zamawiający dopuści laryngoskop z rękojeścią wykonaną z innego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: dopuszcza się.

Pakiet IV, pozycja nr 17

Czy zamawiający dopuści laryngoskop w rozmiarach 0-4?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet V, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 88mm?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet V, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 88mm z prowadnicą o dł. 38mm?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet V, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 88mm?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet V, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 120mm?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet VII, pozycja nr 1-12

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z oznaczeniem rozmiaru rurki i numeru serii na baloniku kontrolnym wyłącznie w pozycjach 1-12, ponieważ pozostałe pozycje dotyczą rurek intubacyjnych bez mankietu, które nie posiadają balonika kontrolnego?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VII, pozycja nr 28-34

Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki?

Odpowiedź: NIE

Pakiet VII, pozycja nr 29

Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy Ch26 o długości 1000mm?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet VII, pozycja nr 36-41

Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną niesilikonowaną?

Odpowiedź: NIE

Pakiet VII, pozycja nr 36-41

Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z niewielką zawartością ftalanów?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet VII, pozycja nr 36-41

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe? Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź: NIE

Pakiet VII, pozycja nr 42

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarze Ch7 z prowadnicą dedykowaną dla tej rurki?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet VII, pozycja nr 42-46

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

Odpowiedź: NIE

Pakiet VII, pozycja nr 42-46

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięścieni?

Odpowiedź: TAK

Pakiet VII, pozycja nr 42-46

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną pakowaną w opakowanie w kształcie półksiężyca, zachowujące anatomiczny kształt rurki?

Odpowiedź: TAK

Pakiet VII, pozycja nr 48

Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy Ch16 o długości 800mm?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VII, pozycja nr 48

Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki?

Odpowiedź: NIE

Pakiet VII, pozycja nr 59

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 3ml?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VII, pozycja nr 62-68

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 5-15ml?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet VII, pozycja nr 70-72

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VII, pozycja nr 82-84

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 5-15ml?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VII, pozycja nr 93

Czy zamawiający dopuści łącznik schodkowy 5/8mm?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VII, pozycja nr 98-99

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 5-15ml?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet VII, pozycja nr 98-99

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie w opakowanie folia + folia-papier?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet VII, pozycja nr 98-99

Czy zamawiający dopuści cewnik Foley sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VII, pozycja nr 100

Czy zamawiający dopuści równoważny zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie:

1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm
2. dodatkowy filtr perforowany

3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm
4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm
5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm
6. dren z końcówką lejek – cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianległe oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 30 cm – dla rurek tracheostomijnych

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści dreny w rozmiarze Ch24-25?

Odpowiedź: Tak

Pakiet VIII, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną z kodowaniem barwnym wyłącznie na zaczepie?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną kodowaną cyfrowo na korpusie oraz z mankietem kodowanym kolorystycznie dla rozmiarów:

- rozmiar 1 – niebieski
- rozmiar 2 – pomarańczowy
- rozmiar 3 – różowy
- rozmiar 4 – biały
- rozmiar 5 – żółty?

Odpowiedź: TAK

Pakiet VIII, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1650ml?

Odpowiedź: TAK

Pakiet VIII, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną maską w rozmiarze 4 w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: TAK

Pakiet VIII, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenowym o pojemności 2000ml?

Odpowiedź: TAK

Pakiet VIII, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści resuscytator przeznaczony dla pacjentów o wadze od ok. 40kg?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 10

Czy zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 550ml?

Odpowiedź: TAK

Pakiet VIII, pozycja nr 10

Czy zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną osobno maską w rozmiarze 3 w kolorze zielonym?

Odpowiedź: TAK

Pakiet VIII, pozycja nr 10

Czy zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 2 w kolorze żółtym?

Odpowiedź: TAK

Pakiet VIII, pozycja nr 10

Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenowym o pojemności 1600ml?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 10

Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów o wadze 10-30kg?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną osobno maską w rozmiarze 0 w kolorze białym?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenowym o pojemności 1600ml?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów o wadze ≤ 10 kg?

Odpowiedź: jak w SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 12

Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 12

Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 13

Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Pakiet VIII, pozycja nr 14-17

Czy zamawiający dopuści obwody z możliwością stosowania przez 7 dni przy wymianie filtra co 24h, potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet VIII, pozycja nr 14, 16

Czy zamawiający dopuści obwód o długości 200cm?

Odpowiedź: dopuszcza się

Pakiet VIII, pozycja nr 15, 17

Czy zamawiający dopuści obwód gładki wewnętrznie z 2 pułapkami wodnymi o długości 200cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 18, 19

Czy zamawiający dopuści obwód o długości 180cm i długości dodatkowej rury – 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pakiet VIII, pozycja nr 20

Czy zamawiający doprecyzuje jakiego zestawu wymaga? Z maską tlenową czy ustnikiem?

Odpowiedź: z maską tlenową

Pytanie:

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 3 ust. 4 a) b) - czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu poprzez dodanie następującej treści: „(...) Zamawiający zobowiązuje się wyczerpać przedmiot umowy na poziomie min. 70% w okresie jej obowiązywania.”

Odpowiedź: Zamawiający nie może wyrazić zgody na taką zmianę. Niektóre z przyczyn takiej odpowiedzi zostały określone w PPU.

Pytanie:

2. Dotyczy zapisów wzoru umowy § 3 ust. 12- czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu poprzez dodanie następującej treści: „...oraz wyłącznie po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie może zgodzić się na proponowane obniżenia i pozostawia postanowienia PPU bez zmian ze względu na szczególne zadania ochrony zdrowia i życia i bezwzględną konieczność terminowych dostaw. Zamawiający przypomina, że Wykonawcy powinni priorytetowo traktować Zamawiający Szpital i zachować szczególną staranność w terminowym realizowaniu wszystkich podjętych zobowiązań.

Pytanie:

3. Dotyczy zapisów wzoru umowy § 4 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację następnych zamówień do momentu uregulowania zaległości bądź zrealizować zamówienie z obowiązkiem przedpłaty.”

Odpowiedź: Zamawiający nie może wyrazić zgody na taką zmianę z uwagi na potencjalne trudności jako publicznej jednostki ochrony zdrowia, jak też ze względu na dotychczasową

praktykę i zgodę wykonawców na takie postanowienia w poprzednich postępowaniach przetargowych, w tym w zawartych umowach na dostawy.

Pytanie:

4. Dotyczy zapisów wzoru umowy § 6 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 5% na 2,5% oraz z 2% na 1% jak również z 200 zł na 100 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie może zgodzić się na proponowane obniżenia i pozostawia postanowienia PPU bez zmian ze względu na szczególne zadania ochrony zdrowia i życia i bezwzględna konieczność terminowych dostaw. Zamawiający przypomina, że Wykonawcy powinni priorytetowo traktować Zamawiający Szpital i zachować szczególną staranność w terminowym realizowaniu wszystkich podjętych zobowiązań.

Pytania:

5. Czy Zamawiający w pakiecie XV, poz. 1 dopuści proponowane rozwiązanie: Ustniki endoskopowe dla dorosłych jednorazowe, wolne od DEHP oraz latexu, z materiałową opaską mocującą. Pakowane indywidualnie. Data produkcji i data ważności oraz kody EAN na każdym jednostkowym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z otworem = 100szt.

6. Czy Zamawiający w pakiecie XV, poz. 2 dopuści proponowane rozwiązanie: Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyzeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. cewnika 2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralna cewnik pokryty teflonem. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, 3 etykiety samoprzylepne z kodem na opakowaniu jednostkowym, op. 10 szt.

7. Czy Zamawiający w pakiecie XV, poz. 3 dopuści proponowane rozwiązanie: Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów giętkich, dwustronna, średnica cewnika 1,9 mm, średnica główek 6,0 mm, długość główek 20 mm, długość robocza szczotki 230 cm, opakowanie zbiorcze 100 szt.

8. Czy Zamawiający w pakiecie XV, poz. 4 dopuści proponowane rozwiązanie: Pętla do polipektomii **obrotowa**, jednorazowego użytku, plecionka, owalna, śr. pętli 25 oraz 35 mm (do wyboru Zamawiającego). Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, op. 10 szt.

9. Czy Zamawiający w pakiecie XV, poz. 5 dopuści proponowane rozwiązanie: Pętla do polipektomii **obrotowa**, jednorazowego użytku, plecionka, heksagonalna, śr. pętli 25 oraz 35 mm (do wyboru Zamawiającego). Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, op. 10 szt

Odpowiedzi: zgodnie z SWZ

Pytania:

1. Czy Zamawiający w pakiecie XV, poz. 6 dopuści proponowane rozwiązanie: Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,7 mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem, op. 10 szt
2. Czy Zamawiający w pakiecie XV, poz. 7 dopuści proponowane rozwiązanie: Chwytek do polipów, jednorazowego użytku, dł. 230 cm, śr. 2,3 mm, śr. pętli z siatką 30 x 60 mm, brzegi pętli w kolorze niebieskim dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym, funkcja rotacji, op. 10 szt

Odpowiedzi: zgodnie z SWZ

Pytanie:**Pakiet X poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą wertykalną 330x244 cm, z folią chirurgiczną 30x40 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ są wiążące przy składaniu ofert.

Dyrektor Szpitala