



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 04.01.2023 r.

dotyczy: PN 82/22 dostawa sprzętu jednorazowego użytku IV

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 23:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki

trzyzęściowej do pomp infuzyjnych 50 (60)ml producenta firmy Margomed z zakończeniem luer-lock, wykonanej z PP (korpus) oraz z PE (tłoczysko), bez poprzecznego zabezpieczenia (wcięcia) w tłoku, z czterostronnym podcięciem tłoczyska co pozwala na stabilne umocowanie w pompie infuzyjnej oraz pierścieniem stabilizującym wokół zakończenia luer-lock, skalowana co 1ml do 50ml, oznaczenia na korpusie: logo producenta - opakowanie zbiorcze 85 szt. - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital; poz. 1 - biała/ przezroczysta, poz.2- bursztynowa.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Zadanie 27:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek w opakowaniach max 100szt.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki

trzyzęściowej do pomp infuzyjnych 50 (60) ml producenta firmy Margomed z zakończeniem luer-lock, wykonanej z PP (korpus) oraz z PE (tłoczysko), bez poprzecznego zabezpieczenia (wcięcia) w tłoku, z czterostronnym podcięciem tłoczyska co pozwala na stabilne umocowanie w pompie infuzyjnej oraz pierścieniem stabilizującym wokół zakończenia luer-lock, skalowana co 1ml do 50ml, czarna czytelna skala, oznaczenia na korpusie: logo producenta - opakowanie zbiorcze 85 szt.

ODP-ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ

Zadanie 30:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml) z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (tj. zaoferowania 3250 op po 500ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzeniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum

282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.

ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA

2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zastosowania wody u wielu pacjentów, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia

ODP- ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ