



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 01.02.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: **PN 01/24 – dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zadanie 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii jednorazowego użytku bez znacznika głębokości? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 1:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Zadanie 2 pozycja 3

Czy Zamawiający pętlę z siatką o średnicy 30x60 mm oraz wersja **powiększona** 40x60mm, średnica narzędzia 2,6mm, bez pęsety w zestawie, brzeg w kolorze białym, 4 etykiety do dokumentacji medycznej??

Odpowiedź nr 2:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Zadanie 2 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy o średnicy otworu 22x27 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 3:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 4:

Zadanie 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści Zestaw szczotek o średnicy cewnika 1,7 mm, średnicy włosa 6/6 mm, długości 230 cm . Szczoteczka do zaworków: szczotki o wymiarach: śr.włosa 5/12 mm, długość szczoteczek 30/35 mm

Dł. Całkowita szczotki 16cm. Opakowanie zawiera 50 sztuk szczoteczek?

Odpowiedź nr 4:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Zadanie 2 pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne bez przyrządu do pobierania próbek?

Odpowiedź nr 5:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Zadanie 2 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pętlę wielostopniową z drutu MONOFILAMENTNEGO 0,3 mm zamiast plecionego, średnica otwarcia w zakresie 6/10/15 mm, średnica osłonki 2. 3mm?

Odpowiedź nr 6:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Zadanie 2 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści pętlę do zmian płaskich wykonaną z drutu monofilamentnego, średnica pętli 13 i 25 mm, kształt owalny, 4 etykiety do dokumentacji medycznej ?

Odpowiedź nr 7:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Zadanie 2 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści igły bez kodowania kolorystycznego rękojeści?

Odpowiedź nr 8:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga pętli z funkcją rotacji?

Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, powleczone niebieską hydrofilną powłoką PE, łyżeczki **wydłużone 4,3mm**, rozwarcie 7,5mm, pojemność 7,46mm³ łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, dostępne w długościach: 160 cm, 180cm, 230 cm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień zagięcia endoskopu, bez przyrządu do pobierania próbek?

Odpowiedź nr 9:

TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10:

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku Skład zestawu: nasadka na endoskop z 6, 7 i 9 opaskami (do wyboru), głowica z nicią o długości 1500 mm, połączone z dwukierunkowym pokrętkiem do naciągania nici. Słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki . Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki Opaski zapewniają doskonałą widoczność w obrazie endoskopu Zestaw wyposażony w port Luer/złącze do irygacji Opaski w niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym **Zestaw gotowy do bezpośredniego zakładania – nić przewleczona przez rękoność**. Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.5-13 mm?

Odpowiedź nr 10:

TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Sporządziła: Agnieszka Bolewska

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl

