

Celestynów, 14 września 2021 r.

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**

ul. Wojska Polskiego 57  
05-430 Celestynów

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – sprawa nr WOFiTM/33/2021/TP.**

W wyniku otrzymanych pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na „Dostawę wyrobów medycznych przeznaczonych do odświeżania zestawów ratownictwa taktycznego”, Zamawiający na podstawie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o odstąpienie od wymogu umieszczania na opakowaniu opatrunku indywidualnego Olaes 4 instrukcji w języku polskim w przypadku znajdowania się na opakowaniu piktogramów z instrukcją użycia, które to piktogramy zaleca sam Zamawiający. Ustawa o wyrobach medycznych przewiduje umieszczenie na opakowaniu wyrobu, zharmonizowanych symboli (piktogramów) lub rozpoznawalnych kodów, zamiast instrukcji używania w języku polskim – art. 14. 1 Ustawy.

Uzasadnienie: opatrunek indywidualny Olaes 4, dopuszczony poprzez opis WTT przez Zamawiającego, jest produkowany standardowo w jednym wzorze opakowania na cały świat. Na jego opakowaniu znajdują się piktogramy przedstawiające sposób użycia opatrunku (instrukcja użycia) co zgodnie z wymaganiami UE oraz ustawy o wyrobach medycznych zastępuję słowną instrukcją użycia w danym języku, ponieważ nie możliwe jest żeby wytwórca produkował kilkadziesiąt różnym wzorów opakowania z instrukcją użycia w języku danego kraju.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy w pozycji nr 56 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pulsoksymetru o poniższych parametrach?

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie: 2 × bateria 1,5V AAA

Pobór mocy: ≤40mA

Wymiary: 59 × 34 × 30 mm (PC-60A)

Waga: około 60g

Pomiar SpO2

Zakres pomiaru SpO<sub>2</sub>: 75 ~ 100%

Dokładność: w zakresie SpO<sub>2</sub> – 75 ~ 100%, możliwy błąd wynosi  $\pm 2\%$ ; poniżej 75% nieoznaczona. Rozdzielczość: 1%

Pomiar tętna

Zakres pomiaru: 30 bpm ~ 240 bpm

Dokładność:  $\pm 2$  bpm lub 2%, którakolwiek wartość jest wyższa. Dokładność wyświetlanej wartości: SpO<sub>2</sub>: 1%, Tętno: 1bpm. Zakres wyświetlania indeksu perfuzji (PI): 0%~20%.

Czujnik optyczny

Światło czerwone (długość fali – 660 nm  $\pm 3$ nm)

Światło podczerwone (długość fali – 905 nm  $\pm 5$ nm, 1,2 mW)

Stopień ochrony

Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem: II (urządzenie zasilane wewnątrznie)

Stopień ochrony przed porażeniem prądem: urządzenie typu BF

Tryb pracy: praca ciągła

Stopień ochrony przed wilgocią i zalaniem: IP22

Kompatybilność elektromagnetyczna: Grupa I, Klasa B

Warunki przechowywania i transportu:

Temperatura: -10°C ~ +40°C

Wilgotność względna: 10 ~ 80%

Ciśnienie atmosferyczne: 50 hPa ~ 106 kPa

Normalne warunki robocze

Temperatura: 5 ~ 40°C

Wilgotność względna: 30 ~ 80%

Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa ~ 106kPa

Działanie w warunkach niskiej perfuzji:

Dokładność pomiaru SpO<sub>2</sub> oraz pomiaru tętna nadal pozostanie zgodna z opisanymi powyżej standardami precyzji, jeżeli amplituda modulacji będzie wynosiła co najmniej 0.6%.

Zakłócenia związane ze światłem w otoczeniu

Różnica między wartością SpO<sub>2</sub> zmierzoną w warunkach naturalnego oświetlenia wewnętrznego i ciemni jest mniejsza niż  $\pm 1\%$ .

W zestawie:

Pulsoksymetr

Smycz do zawieszania

2 baterie AAA

Instrukcja obsługi urządzenia

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.**

### Pytanie nr 3

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotem postępowania jest unieważniony pakiet z postępowania nr WOFITM/23/2021/PN czy Zamawiający odstąpi od badania próbek jeśli Wykonawca zaoferuje te same opatrunki indywidualne i opatrunki na rany

penetracyjne klatki piersiowej, co w postępowaniu nr WOFITM/23/2021/PN, w którym zostały przebadane i ocenione pozytywnie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi do badania próbek w niniejszym postępowaniu.**

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania 1 pozycji nr 62, 63, 64, 68 do odrębnego Zadania nr 4 z zachowaniem wszystkich pozostałych wymogów SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli wskazanych pozycji do osobnego zadania.**

**KOMENDANT**

**/-/ płk Waldemar PAWELEC**