



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 584/11/2021

Chrzanów, 08.11.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa narzędzi dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa 97/2021.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pyt. 1 IV. pkt 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od zawarcia umowy. Ilość narzędzi oraz różna ich specyfika powoduje wydłużenie cykli produkcyjnych.

Odp. Tak Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do 42 dni od daty zawarcia umowy.

Pyt. 2 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Pyt. 3 . Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wykonania umowy **.i nie więcej niż 10% wartości brutto danego zamówienia;**
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie **i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru;**
- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie

Odp. zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pyt. 4 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 3). **Odp. Nie dopuszczamy.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pyt. 5 Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? **Odp. zgodnie z §3 ust. 5 wzoru umowy.**

Pyt. 6 W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie

Pakiet nr 1 - Zestaw do szycia ortopedycznego. Do zakupu 3 zestawy.

- Lp.4 Imadło o dł. 200 mm.
- Lp.5 Imadło o dł. 200 mm.
- Lp.6 Kleszczyki Adson-Baby o dł. 140 mm.
- Lp.8 Kleszczyki o dł. 160 mm.
- Lp.10 Kleszczyki o dł. 180 mm.
- Lp.12 Kleszczyki o dł. 180 mm.
- Lp.13 Kleszczyki o dł. 180 mm
- Lp.14 Hak o wym. 10x28 mm.
- Lp.17 Hak o wym. 7x20 mm i dł. 210 mm.
- Lp.22 Młotek Kirk o wadze 700g i dł. 195 mm.
- Lp.23 Kleszcze o dł. 220 mm.
- Lp.25 Raspator o dł. 220 mm.
- Lp.28 Kosz druciany o wym. 510x255x70 mm.

PAKIET 2 Zestaw kostny do kości drobnych. Do zakupu 2 zestawy

- Lp.2 Młotek o wadze 200g.
- Lp.3 Młotek o Wagner o wadze 130g z 2 końcówkami plastikowymi o wadze 40 g i śr. 35 mm oraz z dwoma końcówkami metalowymi o wadze 220 g śr. 35 mm, dł. 240 mm.
- Lp.5 Odgryzacz o dł. 150 mm.
- Lp.11 Raspator o dł. 165 mm.
- Lp.12,13,14,15,16 Osteotom z rękojeścią z tworzywa Novotex, pozostałe parametry bez zmian.
- Lp.17,18,19,20 Dłuto z rękojeścią z tworzywa Novotex, pozostałe parametry bez zmian.
- Lp.22 Dźwignia o szer. 6 mm i dł. 160 mm.
- Lp.23 Dźwignia o szer. 3 mm.
- Lp.24 Dźwignia o szer. 5 mm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Lp.25 Dźwignia o dł. 160 mm.

Lp.27,28,29,30,31,32 Osteotom o dł. 130 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Lp.35 Kosz druciany o wym. 510x255x70 mm.

Lp.36 i 37 Kontener jako komplet w jednej pozycji, pokrywa wykonana w całości z aluminium, wym. kontenera 590x290x100 mm.

Pakiet nr 3 Dodatki chirurgiczne.

Lp.1 Kleszcze o dł. 235 mm.

Lp.3 Zacisk o dł. 230 mm.

Lp.5 Kleszczyki o dł. 190 mm.

Lp.6 Kleszczyki o szer. szczęki 5 mm.

PAKIET 4 Zestaw do chirurgii ręki. 1 zestaw.

Lp.1 Hak o dł. 120 mm, wym. 10x25 i 17x32 mm oraz 10x30 i 17x35 mm.

Lp.2 Hak Senn-Miller o dł. 160 mm i wym. 7x9 mm, łopatka 19x5,5 mm.

Lp.3 Kleszczyki Leriche o dł. 150 mm.

Lp.11 Kleszczyki Crile o dł. 140 mm.

Lp.13 Nożyczki Metzenbaum o dł. 140 mm.

Lp.14 Nożyczki o dł. 150 mm.

Lp.15 Nożyczki Metzenbaum o dł. 140 mm.

Lp.17 Imadło o dł. 150 lub 160 mm.

Lp.19 Naczynie o wym. 60x30 mm, pojemność bez zmian.

Lp.20 Sonda z uchwytem z oczkiem, pozostałe parametry bez zmian.

Lp.22 Kosz siatkowy o wym. 510x255x70 mm.

Pakiet nr 5 zestaw narzędzi pojedynczych

Lp.1 Kleszczyki o dł. 250 mm.

Lp.2 Kleszcze o dł. 240 mm.

Lp.4 Kleszczyki o dł. 210 mm.

Lp.8 Nożyczki Metzenbaum o dł. 140 mm.

Lp.15 Imadło o dł. 135 mm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Lp.16 Imadło o dł. 150 lub 160 mm.
- Lp.17 Imadło o dł. 180 mm.
- Lp.22 Raspator o dł. 220 mm.
- Lp.23 Raspator o szer. 9 mm i dł. 170 mm.
- Lp.24 Kleszczyki o dł. 200 mm.
- Lp.25 Kleszczyki o dł. 180 mm.
- Lp.26 Kleszczyki Adson-Baby, dł. 140 mm.
- Lp.30 Hak o dł. 220 mm.
- Lp.31 Hak o wym. 38x20 mm.
- Lp.34 Ciężno o dł. 900 mm.
- Lp.41 Kleszczyki o dł. 190 mm.
- Lp.42 Zacisk o dł. 230 mm.
- Lp.47 Naczynie o wym. 110x55, pojemność bez zmian.

PAKIET 6 Kościotrzymacze. 2 zestawy

- Lp.1 Kościotrzymacz o dł. 200 lub 240 mm.
- Lp.2 Kościotrzymacz o dł. 280 mm.
- Lp.3 Kościotrzymacz Dingmann o dł. 190 mm.
- Lp.4 Kościotrzymacz o dł. 170 mm.
- Lp.5 Kleszcze o dł. 160 mm.
- Lp.11 Dźwignia Hohmann o dł. 260 mm.
- Lp.13 Dźwignia Verbrugge-Hohmann o szer. 42 mm, dł. 240 mm.
- Lp.14 Dźwignia Verbrugge-Hohmann o dł. całkowitej 250 mm.
- Lp.16 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców lub prosimy o dopuszczenie haka Volkmann o dł. 215 mm.
- Lp.22 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców lub prosimy o dopuszczenie rozwieracza Weitlaner o dł. 200 mm, dł. zęba 20 mm.
- Lp.23 Prosimy o dopuszczenie młotka o wadze 550 g.
- Lp.24 Dłuto o dł. całkowitej 200 mm.
- Lp.25 Dłuto o dł. całkowitej 200 mm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



Lp.29 Hak o wym. 30x16 i 33x16 mm oraz 33x16 i 42x16 mm.

PAKIET 7 Narzędzia - Ginekologia - 1 Zestaw

Lp.8 Kleszczyki Foerster o dł. 240 mm.

Lp.10 Kleszczyki o dł. 180 mm.

Lp.11 Hak o wym. 20x38 mm.

Lp.12 Kleszczyki o dł. 180 mm.

Lp.14 Kleszczyki o dł. 220 mm.

Lp.15 Kleszczyki Halsted (Adson), dł. 210 mm.

Lp.16 Kleszczyki o dł. 185 mm.

Lp.20 Kleszczyki o dł. 180 mm.

Lp.22 Imadło o dł. 200 mm.

Lp.24 Kosz druciany o wym. 510x255x70 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję długości narzędzi zgodnie z zał. Wymagania dotyczące zaoferowanych narzędzi (AIT) pkt.9

Pyt. 7 Prosimy o wydłużenie terminu do 56 dni od dnia zawarcia umowy.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

Odp. tak. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 42 dni.

Pyt. 8

Pak. 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Pak. 1, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Pak. 1, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Pak. 1, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Kocher Ochsner dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Pak. 1, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Pean dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Pak. 1, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt skalpela dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

• Pak. 1, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 280 mm, pozostałe parametry bez zmian.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Pak. 1, poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 1, poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na młotek Ombredane 740 g, dł. 250 mm.
- Pak. 1, poz. 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 1, poz. 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na raspator dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 1, poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 540 x 250 x 75 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 3, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Fino Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 180, lub 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na raspator dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt skalpela dł. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt skalpela dł. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt hak dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 34: Czy Zamawiający wyraża zgodę na uchwyt ciągnąco dł. 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 5, poz. 47: Czy Zamawiający wyraża zgodę na naczynie wym. 110 x 70 x 55 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę Singley Tuttle, pozostałe parametry bez zmian.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Pak. 7, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Heiss dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Pean, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Pean dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 21: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pak. 7, poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz wym. 540 x 250 x 75 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję długości narzędzi zgodnie z zał. Wymagania dotyczące zaoficerowanych narzędzi (AIT) pkt.9

Pyt. 9

- Czy Zamawiający dopuści tolerancje długości w **Pakiecie 1** +/- 5 mm lub +/- 10 mm ?
Czy Zamawiający dopuści tolerancje długości w **Pakiecie 3** +/- 5 mm lub +/- 10 mm ?
Czy Zamawiający dopuści tolerancje długości w **Pakiecie 4** +/- 5 mm lub +/- 10 mm ?
Czy Zamawiający dopuści tolerancje długości w **Pakiecie 5** +/- 5 mm lub +/- 10 mm ?
Czy Zamawiający dopuści tolerancje długości w **Pakiecie 6** +/- 5 mm lub +/- 10 mm ?
Czy Zamawiający dopuści tolerancje długości w **Pakiecie 7** +/- 5 mm lub +/- 10 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 4** Imadło MAYO HEGAR o dł 180 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 5** imadło Hegar o dł 200 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 5** imadło HEGAR bez TC ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 9** Kleszczyki o nazwie własnej Rochester Pean ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 10** Kleszczyki o nazwie własnej Rochester Pean ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 10** Kleszczyki o długości 180 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 11** Kleszczyki o nazwie własnej Rochester Pean ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 12** Kleszczyki o nazwie własnej Rochester Pean ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 12** Kleszczyki o długości 180 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 13** Kleszczyki o długości 180 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 14** Hak o długości 215 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 16** Uchwyt do skalpela o długości 120 mm ?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16


Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 17** Hak operacyjny Kocher Langenbeck 23 x 8 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 17** Hak operacyjny Kocher Langenbeck o dł. 210 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 18** Kleszcze o długości 270 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 19** Nożyczki Nelson Metzenbaum bez tc ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 17** Hak operacyjny Kocher Langenbeck 23 x 8 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 19** Nożyczki preparacyjne o nazwie własnej METZENBAUM TC ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 19** Nożyczki preparacyjne o nazwie własnej METZENBAUM FINO TC ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek o nazwie własnej Ombredanne ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek 770 g ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek 700 g ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek 600 g ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek 1000 g ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek o długości 240 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek o długości 185 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek o długości 200 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek 700 g, 180 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 22** młotek 700 g, 240 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 25** raspator Lambotte o długości 210 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 27** raspator Volkmann o długości 215 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 28** kosz stalowy perforowany o wymiarach 540 x 255 x 50 mm?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 28** kosz stalowy perforowany o wymiarach 540x253x67 mm?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1 poz. 28** kosz stalowy perforowany o wymiarach 540x253x97mm?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 1** kleszcze o długości 27 cm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 1** kleszcze o długości 23 cm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 2** zacisk o długości 250 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 3** Zacisk jelitowy o długości 230 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 4** Kleszczyki jelitowe o długości 250 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 6** kleszczyki jelitowe o długości 160 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 7** Kleszczyki o nazwie własnej Rochester Pean ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 8** Kleszczyki o nazwie własnej Rochester Pean ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 7** Kleszczyki o nazwie własnej Rochester Pean ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 3 poz. 9** kleszczyki o nazwie własnej Rochester Ochsner ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 1** Hak Farabeuf o wymiarach 26x10mm i 30x13 mm oraz 30x10 mm i 34x13 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 1** Hak Farabeuf o długości 12 cm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 2** hak operacyjny o długości 150 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 4** Kleszczyki o długości 140 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 7** uchwyt do skalpela o długości 120 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 10** Kleszczyki jelitowe o długości 150 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 13** nożyczki o długości 150 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 15** Nożyczki o długości 180 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 15** Nożyczki o długości 150 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 15** O nazwie własnej Metzenbaum Fino ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 17** imadło o długości 160 mm ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 19** naczynie laboratoryjne o pojemności 0,07 l ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 21** Sondę rowkową o długości 140 mm ?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 22** kosz stalowy perforowany o wymiarach 540 x 253 x 67 mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 4 poz. 22** kosz stalowy perforowany o wymiarach 540 x 253 x 70 mm?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.1** Kleszcze o długości 240 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.3** Kleszcze do trzymania kości o długości 190 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.5** Kleszcze o długości 160 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.9** dźwignię kostną o długości 200 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.11** Dźwignię kostną o długości 240 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.12** Dźwignię kostną o szerokości 8 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.13** dźwignię kostną o szerokości 43 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.13** dźwignię kostną o nazwie własnej hohmann ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.13** dźwignię kostną o długości 240 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.14** dźwignię kostną o szerokości 70 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.14** dźwignię kostną o nazwie własnej hohmann ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.14** dźwignię kostną o długości 240 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.16** hak o długości 215 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz.20** odgryzacz LUER o długości 170 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz. 22** Rozwieracz o nazwie własnej ADSON ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz. 22** Rozwieracz o długości 190 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz. 22** rozwieracz ostry 4x4 zęby ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz. 23** młotek Ombredanne o wadze 550 g
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz. 26** pilnik kostny o szerokości 15 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz. 26** pilnik kostny o długości 245 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz. 27** Raspator Lambotte o długości 210 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz. 28** Raspator Lambotte o długości 210 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 6 poz. 29** Hak Farabeuf o wymiarach 26x10mm / 30x13 mm oraz 23x16 mm/ 27 x 16 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 8 poz. 21** sondę maciczna o długości 320 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 1** kleszczyki o długości 270 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 3** Kleszcze o długości 240 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 5** kleszczyki o długości 210 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 7** nożyczki o nazwie własnej Metzenbaum fino ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 14** dopuści imadło o długości 260 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz.16** Imadło o długości 160 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 17** imadło o długości 180 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 18** Kleszcze o długości 185 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz.20** odgryzacz o długości 180 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 21** odgryzacz o długości 160 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 22** raspator o długości 210 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 23** Raspator o długości 190 mm, i szerokości 10 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz.24** kleszczyki o długości 200 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 25** kleszczyki o długości 180 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz.28** uchwyt skalpela o długości 215 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 29** uchwyt skalpela o długości 215 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 30** hak Kocher o długości 200 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 30** hak Kocher o długości 210 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 31** Hak operacyjny Kocher Wagner o wymiarach 38x20 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 32** hak operacyjny Israel o długości 250 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 34** ciągnio do rozszerzadła o długości 90 cm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 42** kleszczyki o długości 230 mm ?
- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 42** kleszczyki o długości 250 mm ?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 47** naczynie laboratoryjne o pojemności 0,35 l ?
Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 2 poz. 47** naczynie laboratoryjne o wymiarach 11,6 cm x 5,0 cm ?

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję długości narzędzi zgodnie z zał. Wymagania dotyczące zaoferowanych narzędzi (AIT) pkt. 9

*W związku ze zmianą terminu realizacji zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień **18.11.2021** (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie o godz. 11:00.*

Termin związania ofertą do dnia 15.12.2021.

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892