

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Zatwierdzam
podinsp. Andrzej KORYCKI

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zasilaczy do wag precyzyjnych model **WPS 600/C/2**.

Zasilacz o podanych, lub zbliżonych parametrach, który umożliwi poprawne funkcjonowanie w/w modelu wagi:

- uwyj1w (wtyk) dla: I_{obc}=1100 mA: 10,5 V AC ± 5%
- U (volt): 10.50
- I (amper): 1.10
- wymiary (mm): 61x88x86
- ekoprojekt: 2005/32/WE rozporządzenie komisji (we) nr 278/2009 art.1 pkt.2 ppkt. F
- LVD zgodnie z: 2006/95/we pn-en 60950-1:2007
- EMC zgodnie z: 2004/108/we pn-en 55022: 2011; pn-en 55024: 2011; pn-en 61000-3-2:2007; pn-en 61000-3-3:2011
- waga: 400 g
- stopień ochrony obudowy: IP30
- klasa palności: UL94-V0

STARSZY TECHNIK
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Plebańska
Martyna PLEBAŃSKA

KIEROWNIK
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
M. Lewiński
mł. asp. Marek LEWIŃSKI