

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

Wodzisław Śląski 17.11.2021

L.dz. TP /21

Oferenci biorący udział w postępowaniu:
Zakup aparatu do znieczuleń
Nr sprawy 15/Zp/21

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy: Załącznika nr 5, Część: Monitor Pacjenta

Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści monitor o masie całkowitej wraz z baterią 4,2kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o współpracę z aparatem i respiratorem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 16. Czy Zamawiający dopuści pomiar NMT metodą elektromiografii, uznawaną za złoty standard i zapewniającą najwyższej jakości pomiary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem