



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 | NIP 725-10-19-093 | REGON 000288774  
Tel. 42 677 68 34 | Fax 42 678 11 76

[www.barlicki.pl](http://www.barlicki.pl)

Łódź, 03.10.2023 r.

**Znak sprawy: 99/TP/ZP/D/2023**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa aparatów do hemodializy”.

**Szanowni Państwo!**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie 1.**

**Dotyczy załącznika 1a1 do 99/TP/ZP/D/2023 aparat do hemodializy:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy, z automatycznym profilowaniem sodu i ultrafiltracji minimum 3 profile, z ultrafiltracją kontrolowaną w sposób ciągły metodą przepływową, z płynną regulacją przepływu pompy krwi w zakresie 20-600 ml/min, z wygodniejszym indywidualnym systemem blokady kół, z kolorowym ekranem dotykowym, z zamkniętym obiegiem do automatycznej dezynfekcji dołączanymi bagnetami?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat do hemodializy z automatycznym profilowaniem sodu i ultrafiltracji min. 3 profile, z ultrafiltracją kontrolowaną w sposób ciągły metodą objętościową z płynną regulacją pompy krwi 20-600 ml/min. z indywidualną blokadą kół, z kolorowym ekranem dotykowym, z automatyczną dezynfekcją aparatu, łącznie z końcówkami ssawek do powszechnie stosowanych płynnych koncentratów kwaśnych i zasadowych w kanistrach. Pozostałe parametry pozostają zgodne z SWZ.**

Z poważaniem,

Z-ca Kierownika  
Sekcji Zamówień Publicznych  
*M. Kieras*  
mgr Marta Kieras