

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

### Przedmiot zamówienia: Ultrasonograf kieszonkowy

Wymagane parametry i funkcje	
L.p.	Wymagany parametr
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	
1.	Zestaw składający się z głowicy, kabla USB, ładowarki oraz tabletu.
2.	Ultrasonograf spełniający deklaracje zgodności oraz certyfikat CE
3.	Spełniający standardy badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
<b>PARAMETRY GŁOWIC</b>	
<b>1) Convex</b>	
4.	<i>a</i> 128 kryształów
	<i>b</i> Kąt pola obrazu 60 stopni
	<i>c</i> Zakres częstotliwości 2-5 MHz
	<i>d</i> Głębokość skanowania 24 cm
<b>2) Liniowa</b>	
5.	<i>a</i> 192 kryształy
	<i>b</i> Szerokość czoła 40 mm
	<i>c</i> Zakres częstotliwości 3-12 MHz
	<i>d</i> Głębokość skanowania 8 cm
<b>TABLET</b>	
6.	Tablet przekątna min.8"

7.	Pamięć min 64 GB
8.	Wi-fi
9.	Bluetooth
10	Wyświetlacz rozdzielczości min.2200x1400 pikseli