

Wrocław, dnia 06.08.2021r.

numer sprawy: 37/P/21

#### Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą analizatora”**

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, działając jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane do niniejszego postępowania pytania:

#### Pytanie nr 1:

Parametry graniczne p.13

Czy Zamawiający dopuści analizator, który ma dedykowane (kodowane kolorami) osobne statywy do próbek pierwotnych i dla hemolizatów?

#### Odpowiedź nr 1:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie takiego rozwiązania.**

#### Pytanie nr 2:

Parametry graniczne p. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator z drukarką zewnętrzną (oferent zapewni materiały zużywalne)?

#### Odpowiedź nr 2:

**Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie takiego rozwiązania.**

#### Pytanie nr 3:

Parametry graniczne p. 22

Czy Zamawiający dopuści analizator, który wykonuje oznaczenia w jednej serii badań zarówno we krwi żyłnej jak i włośniczkowej bez zastosowania kapilarnego systemu pobierania krwi wykonanego przez tego samego producenta co aparat i odczynniki, zwalidowanego dla oferowanego analizatora?

#### Odpowiedź nr 3:

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania.**

#### Pytanie nr 4:

Parametry graniczne p. 10 i p. 11

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości rozbudowy aparatu dla podniesienia przepustowości 50 próbek wstawianych jednocześnie jeśli Wykonawca zaproponuje aparat o załadunku próbek więcej niż 50 próbek ?

#### Odpowiedź nr 4:

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania, ale pod warunkiem, że wymiary aparatu nie przekroczą: 60cm x 60cm (szerokość x głębokość).**

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”